



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 128/03/2022

Chrzanów, 22.03.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nr 21/2022 na „Dostawa łóżek elektrycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

1. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści podstawę łóżka na ramionach wznoszących podpierających leże w 8 punktach co jest równoważne do opisanego ?

Odp. Tak. Jest to zgodne z wymaganiami SWZ-AIT.

2. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści łóżko o długości całkowitej 2200 mm, szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 995 mm (wymiar leża 900x2000)?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ-AIT.

3. Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści regulację elektryczną wysokości łóżka w zakresie: 400 do 850 mm?

Odp. Zgodnie z zapisami swz-AIT i odpowiedziami na zapytania z 11.03.2022 – odpowiedź na pytanie nr 4 (pismo 116/03/2022 z 11.03.2022).

4. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny, w celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga z możliwością blokady na pilocie przewodowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pkt. 12 może wyjaśnić jakiego sposobu sterowania wymaga, skoro w celu bezpieczeństwa pacjenta nie dopuszcza funkcji Trendelenburga na pilocie przewodowym?

Odp. Zamawiający w SWZ-AIT nie dopuszcza Trendelenburga na pilocie przewodowym pacjenta. W odpowiedzi na pytanie dopuszcza, ale z możliwością blokady przez personel.

6. Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest metalowymi lamelami, malowanymi proszkowo, odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV?

Odp. Nie.

7. Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści Bariierka lakierowana proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych składane za pomocą jednej dźwigni spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 ?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ-AIT.

8. Czy Zamawiający w pkt. 28 dopuści łóżko ze stolikiem przyłóżkowym o poniższych parametrach:

Lp.	Parametr wymagany
1.	Szafka dwustronna z możliwością postawienia z prawej lub lewej strony łóżka. Wymiary; Szerokość - 540 mm (+/- 20 mm) Głębokość - 510 mm (+/- 20 mm) Wysokość - 900 mm (+/- 20 mm) Szerokość szafki z rozłożonym blatem – 1100 mm (+/- 20 mm) Wysokość drzwiczek – min. 360 mm Wysokość szuflady – min. 90 mm Wolna przestrzeń między szufladą a drzwiczkami na rzeczy pacjenta min. 120 mm
2.	Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym
3.	Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
4.	Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na min. 3 butelki 1,5 l
5.	Blaty szafki(główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów
6.	Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
7.	Szafka posiada cztery koła jezdne o Ø min. 65 mm, każde z blokadą.
8.	Półka na obuwiu w dolnej części szafki wykonana z metalowej siatki montowanej na stałe
9.	Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm (+/- 20 mm) oraz nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm (+/- 20 mm) i obciążeniu do min. 10 kg.
10.	Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady
11.	Czoła szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru min. 16 kolorów
12.	Waga szafki maks. 30 kg

Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ-AIT.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892