



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

Olsztyn, dn. 24.10.2023 r.

Nr sprawy 37/2023

**Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie**

Dotyczy: odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na :”Dostawa aparatu USG na potrzeby Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania oraz dokonuje modyfikacji zapisów SWZ.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Zestaw 1:

PYTANIA DO SWZ

Pyt. 1 Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada wbudowany panel sterowania LCD o wielkości 10,1 cala ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pyt. 2 Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego waga wynosi 85 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 3 Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ze stabilną platformą jezdną na 4 kółkach z możliwością blokady każdego z nich oraz kierunku jazdy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 4 Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z większym monitorem 21,5 cala w orientacji poziomej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 5 Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z możliwością obrotu całej platformy aparatu o +/- 25 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pyt. 6 Dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym prędkości kolorowego Dopplera wynosi +/- 4,58 m/s ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pyt. 7 Dot. pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada stałe uchwyty na głowice specjalistyczne umiejscowione z obu stron pulpitu sterowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 8 Dot. pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o głowicę śródoperacyjną jednopłaszczyznową convex o zakresie częstotliwości 4-10 MHz, kącie skanu 65 stopni oraz szerokości skanu 21 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pyt. 9 Dot. pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z głowicą convex o zakresie częstotliwości 1-5 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ

Pyt. 10 Dot. pkt. 42,43,44,47,48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z głowicą dwupłaszczyznową convex-convex o zakresie częstotliwości 2-10 MHz, ilość elementów 192 bez przycisków na głowicy oraz bez możliwości jednoczesnego wykonania biopsji wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy z przystawką biopsyjną regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 1,4-2,2mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pyt. 11 Dot. pkt. 52,54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z głowicą liniową bez przycisku umożliwiającą uruchomienie głowicy oraz zamrożenie i aktywację obrazu z możliwością wykonania biopsji za pomocą przystawki biopsyjnej, wielokrotnego użytku, z regulacją linii biopsyjnej pod min. trzema kątami: 35, 45 i 60 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Dodatkowo Komisja dokonuje modyfikacji :

Załącznika nr 3 – Formularz Wymagania techniczne – warunki graniczne poprzez wykreślenie zapisu w pkt. 56:

„Dostawa licencji RIS/PACS wraz z integracją z systemem USK Olsztyn. USK Olsztyn użytkuje system RIS/PACS dostarczony przez ResQmed Sp. z o.o.”

oraz

Załącznika nr 2- Arkusz asortymentowo-cenowy, poprzez wykreślenie pozycji nr 2 o nazwie:

„Licencja RIS/PACS”

Dokumenty zmodyfikowane dołączone do odpowiedzi:

1. Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo – cenowy – modyfikacja z dn. 24.10.2023r.
2. Załącznik nr 3 - Formularz Wymagania techniczne – warunki graniczne - modyfikacja z dn. 24.10.2023r

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings