



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 2**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/Z/ 3001/2022**

**Data: 19.07.2022r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem” Znak Sprawy 1665/ 2022**

*„Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem” dofinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”*

**Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1***

Czy Zamawiający będzie wymagał zainstalowania klimatyzacji w pomieszczeniu aparatu rtg cyfrowego? Klimatyzacja zapewni długotrwałą funkcjonalność i bezpieczeństwo pracy aparatu rtg i jego integralnych elementów.

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu klimatyzatora w ilości 1 szt. w pomieszczeniu aparatu RTG cyfrowego w celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy aparatu RTG i jego integralnych elementów.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

