

Łódź, dn. 29.09.2021 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wirówek dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” – ZP/67/2021.

Odpowiedzi na pytania

I. Działając w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1 – Pakiet II:

Czy dla pakietu III Zamawiający może odstąpić od wymogu przeprowadzenia czynności wymienionych w projekcie umowy w paragrafie 1 punkt B, C i D? Urządzenie które chciałbym zaproponować jest bardzo proste w budowie, montażu i użytkowaniu a personel Zamawiającego który będzie użytkował to urządzenie jest w stanie spokojnie uruchomić taką wirówką po zasięgnięciu informacji z dołączanej instrukcji obsługi.

Odpowiedź 1:

Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy **dot. pakietu III** w paragrafie 1 ust. 2 pkt. b, c i d w następujący sposób:

2. W ramach realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w SWZ i ofercie Wykonawcy datowanej na dzień Wykonawca oprócz dostawy towaru wykona także:
 - a) transport do pomieszczeń jego ostatecznego posadowienia w UMed w Łodzi;
 - b) ~~montaż wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi;~~
 - c) kalibrację ~~i uruchomienie;~~
 - d) ~~przeprowadzi szkolenia personelu – wymagania szczegółowe określone w § 5 oraz w SWZ;~~
 - e) założy paszport techniczny dla urządzeń (w wersji elektronicznej wg załączonego wzoru – Załącznik nr 3 do niniejszej umowy) oraz dostarczy na adres: aparatura@umed.lodz.pl;
 - f) dostarczy elektroniczną wersję instrukcji obsługi (w języku polskim i/lub angielskim) na adres: aparatura@umed.lodz.pl lub dostarczy instrukcję obsługi na nośniku CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym, do Biura Inwestycyjno-Technicznego UM w Łodzi, 92-213 Łódź ul. Pomorska 251 bud.C-7. Przy dostawie Wykonawca dostarczy również wersję papierową instrukcji obsługi (w języku polskim).

Jednocześnie zamawiający informuje, że wzór umowy **dot. pakietu I i II pozostaje bez zmian.**

Wszelkie zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi, jako obligatoryjne muszą być podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawców.

Termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert **pozostają bez zmian.**