

Goleniów, 27.10.2021r.

Rozeznanie rynku dla dostaw
poniżej kwot określonych w wewnętrznym Regulaminie udzielania zamówień przez Spółkę
Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie

nr WOZ/ZP/2/RR/2021/AL

Dotyczy: „**Zakup i dostawa zautomatyzowanych 4 sztuk defibrylatorów AED z akcesoriami i szafkami zabezpieczającymi oraz tabliczkami informacyjnymi**”

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
Tel.: 0 91 418 44 31
Fax: 0 91 418 24 54
NIP: 856 00 00 703
REGON: 812524393

Adres Platformy do obsługi postępowań („Platforma”): <https://platformazakupowa.pl/pn/woz>

Godziny pracy: 07⁰⁰-15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.woz.pl

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, tel.: 0 91 418 44 31 (wew. 39), Fax: 0 91 418 24 54, adres e-mail: biuro@woz.pl, b.banasiewicz@woz.pl
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o. o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, jest Pan Konrad Klim, e-mail: iod@woz.pl, tel.: 500 283 420
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa zautomatyzowanych 4 sztuk defibrylatorów AED z akcesoriami i szafkami zabezpieczającymi oraz tabliczkami informacyjnymi”, Znak sprawy: WOZ/ZP/2/RR/2021/AL prowadzonym na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o. o. w Goleniowie.

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o postanowienia §21 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o. o. w Goleniowie.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z §21 ust. 13 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o. o. w Goleniowie, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone w formie rozeznania rynku na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Spółki z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” w Goleniowie (zarządzenie Prezesa nr 13/2017 z dnia 15.09.2017 roku).
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019. 2019 z późn. zm.)

¹ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 sztuk zautomatyzowanych defibrylatorów AED z akcesoriami i szafkami zabezpieczającymi wraz z tabliczkami z oznakowaniem z logo AED.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć dostarczany przedmiot zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.

Minimalne wymagania:

1) Automatyczne 4 sztuki defibrylatorów AED :

Urządzenia powinny być wyposażone w:

- baterię (min. okres gwarancyjny w trybie czuwania – 4 lata),
- elektrody dedykowane do urządzenia z okresem gwarancyjnym min. 2 lat,
- wskaźniki dźwiękowe i/lub wizualne informacje – użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez wyraźne i jednoznaczne komunikaty głosowe w języku polskim,
- wbudowany metronom, który umożliwia zachowanie właściwego tempa masażu klatki piersiowej,
- pamięć wewnętrzną, umożliwiającą ciągły zapis EKG wraz z informacjami o czynnościach ratowniczych i komunikatami AED;
- zestaw ratunkowy do pierwszej pomocy min. 2 pary rękawiczek medycznych, nożyczki medyczne, min. 2 jednorazowe maszynki do usuwania owłosienia, maska ratownicza do sztucznego oddychania, materiał dezynfekcyjny do przetarcia klatki piersiowej oraz folia życia,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- gwarancja na urządzenie min. 8 lat,
- bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego defibrylatora zastępczego, Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany elektrod i baterii w okresie gwarancyjnym,
- defibrylatory powinny przeprowadzać cyklicznie automatyczne testy i sygnalizować gotowość do użycia,
- zewnętrzna obudowa urządzenia winna być odporna na działanie wody i kurzu,
- urządzenia mają być fabrycznie nowe, pochodzące z aktualnej produkcji, dostępne na Polskim rynku, niebędące przedmiotem wystawowym, ekspozycyjnym, szkoleniowym, pozbawione blokad serwisowych,
- możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych.

Dane techniczne defibrylatora:

- odporność na wibrację: MIL-STD-810
- odporność na wstrząs: 100G

- stopień ochrony – nie mniej niż IP55
- serwis producenta w Polsce
- urządzenie wielokrotnego użycia

Urządzenia mają posiadać algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, łączny czas analizy rytmu serca i czasu ładowania defibrylatora do wstrząsu mniejszy niż 10 sekund.

2) 4 szt. szafek zabezpieczających urządzenie AED:

- fabrycznie nowa skrzynka wewnętrzna do przechowywania defibrylatora AED wewnątrz budynku,
- szczelna, zamykana,
- wykonana z metalu lub z wysokiej jakości tworzyw sztucznych,
- część frontowa powinna być przezroczysta albo z okienkiem inspekcyjnym,
- powinny posiadać uchwyt do zamocowania ich na ścianie,
- szafki powinny być dostosowane wielkością do proponowanego defibrylatora.

3) 8 szt. tabliczek z oznakowaniem logo AED:

- każdy zestaw oznakowania defibrylatorów powinien zawierać przynajmniej dwa znaki bezpieczeństwa (2 tabliczki) z logo AED wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Wymogi techniczne:

- wymiary 20x20 cm
- certyfikowane, zgodnie z normą ISO 7010,
- wykonane na płycie sztywnej, z odpowiednich tworzyw odpornych na wilgoć i zniszczenie,
- z błoną klejącą na całej powierzchni,

IV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.