

Znak: ZOZ.V.010/DZP/81/21

Sucha Beskidzka dnia 27.09.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

pakiet 4, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 4, poz. 10-12

czy zamawiający oczekuje wyceny w metrach bieżących w stanie rozciągniętym czy w stanie spoczynku?

odp. Zamawiający wymaga wyceny w stanie swobodnym.

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym -?

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. = poz. 10

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. =poz. 11

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.=poz.12

Odp. Zamawiający dopuszcza.

pakiet 5, poz. 16

Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

czy zamawiający dopuści przylepiec z zintegrowanym opatrunkiem, bez dodatkowej luźnej poduszeczki?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 12, poz. 19-21

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w

klasie II a reg.7.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

pakiet 12, poz. kompresy gazowe

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 12, poz. 3,6,9-13

czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia, kompresy pakowane bez dodatkowego przewiązywania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 19, poz. 1-2

czy zamawiający dopuści myjki w formie gąbki a nie rękawicy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 19, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyj-no-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 21, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki do wklejenia do dokumentacji, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchbátowie / Łódzkiej
mgr Janusz Baczeński

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek