

### Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku II – znak sprawy: PN 69/23.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

**Zadanie nr 15 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z nebulizatorem o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- pojemność 6 ml (skalowane co 1 ml)
- dren długości 2 metry, średnica wewnętrzna drenu 5mm +/- 0,5mm
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe.

**Odpowiedź nr 1: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNE Z SWZ.**

**Pytanie nr 2:**

**Zadanie nr 15 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z workiem o poniższym opisie:

- wykonana z przezroczystego medycznego PVC
- maska zapewnia wysokie stężenie tlenu, otwory boczne maski z zastawką jednokierunkową
- pojemność worka (rezerwuar) około 1 000 ml
- posiada regulowany metalowy klip na nos oraz gumkę mocującą
- dren długości 2 metry wyposażony w uniwersalne

łączniki

- nie załamujący dren o przekroju gwiazdkowym
- nie zawiera lateksu
- instrukcja obsługi oraz przechowywania na opakowaniu
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku.

**Odpowiedź nr 2: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ, OCZEKUJEMY MASKI DO PODAWANIA TLENU BEZ REZERWUARU.**

**Pytanie nr 3:**

**Zadanie nr 15 poz. 4.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z drenem o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- dren długości 2 metry
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe.

**Odpowiedź nr 3: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNE Z SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

**Zadanie nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej żaneta 100 ml?

**Odpowiedź nr 4: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNE Z SWZ.**

**Pytanie nr 5:**

**Zadanie nr 16 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawki 20 ml w op. a'50szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź nr 5: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNE Z SWZ.**

**Pytanie nr 6:**

**Zadanie nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 600 ml
- pojemność komory pomiarowej 500 ml
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)
- system By-Pass zapobiega przepięnieniu
- zawór antyzwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)
- zawór dolny typu T
- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)
- port do pobierania próbek
- elastyczne sznurki mocujące
- wbudowany wieszak w worek na mocz
- tylna biała ściana umożliwiającą lepszą wizualizację wypełnienia worka
- dren o długości 120 cm.

**Odpowiedź nr 6: - SWZ, ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE WORKA DO ZBIÓRKI MOCZU 7 DNIOWEGO A NIE DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU.**

**Pytanie nr 7:**

**Zadanie nr 18 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z zastawką lateksową?

**Odpowiedź nr 7: - SWZ, W TEJ POZYCJI ZNAJDUJĄ SIĘ WORKI DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU.**

**Pytanie nr 8:**

**Zadanie nr 18 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z zastawką lateksową oraz balonem 3-5 ml?

**Odpowiedź nr 8: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

**Pytanie nr 9:**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

**Odpowiedź nr 9: ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 KWIETNIA 2023 ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODSTAWOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA APTEKI, ZAMAWIAJĄCY MA 36 M-CY OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIĘ ROZPORZĄDZENIA NA DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W WYMAGAŃ. TYM SAMYM W TRAKCIE TRWANIA UMÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PN 69/23 FORMALNIE NIE BĘDZIE TAKIEGO WYMOGU.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – **zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.**

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie. Proszę o załączenie dokumentów przedmiotowych potwierdzających wszystkie wymagane zapisami SWZ cechy.

Sporządziła: Ewa Nowakowska.