

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer referencyjny postępowania: **BK/03/2024**  
Nazwa zadania: **Dostawa przepływomierzy**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), informujemy, że w dniu 2024.03.08 w przedmiotowej sprawie do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który cytujemy poniżej:

*„Szanowni Państwo,  
w załączniku nr 4, numer referencyjny postępowania BK/03/2024, w punkcie 14 widnieje zapis z wymaganymi minimalnymi wartościami:  
„Możliwość zgodnego z PCA wzorcowania, wykonywanego przez Wykonawcę w miejscu instalacji urządzenia, w siedzibie Zamawiającego”  
Wg naszej najlepszej wiedzy jak i źródeł ogólnodostępnych w tym strony PCA z rejestrem laboratoriów wzorcujących i strony GUM, istnieje możliwość wykonania tego wzorcowania tylko przez jedną firmę będącą producentem przepływomierzy jakie są przedmiotem zamówienia. Co więcej, nie ma możliwości wykonania zgodnego z PCA wzorcowania przez jakąkolwiek firmę bądź instytucję, w miejscu instalacji urządzenia, w siedzibie Zamawiającego.  
Zgodnie z ustawą Pzp Art.99. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,  
Pkt 4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  
Zapis w załączniku nr 4, numer referencyjny postępowania BK/03/2024, w punkcie 14 wskazuje na konkretnego wykonawcę posiadającego możliwość wykonania takiej usługi. Wnosimy o usunięcie tego zapisu z wymogów minimalnych gdyż nie jest ona kluczowym elementem niniejszego postępowania.”*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający znosi wymóg wykonywania wzorcowania przepływomierzy w miejscu ich instalacji, jednak podtrzymuje zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia zgodnego z PCA wzorcowania przepływomierzy. W związku z tym zawarte w SWZ wymagania w tym zakresie zmienia się odpowiednio:

### **W części III. Opis przedmiotu zamówienia:**

dotychczasową treść pkt 14:

*14) Możliwość zgodnego z PCA wzorcowania, wykonywanego przez Wykonawcę w miejscu instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego.*

zmienia się na następującą:

*14) Możliwość zgodnego z PCA wzorcowania, wykonywanego przez Wykonawcę lub wyznaczony przez niego podmiot.*

**W załączniku nr 4 do SWZ: FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ,  
pkt 14, kolumna 2: Nazwa parametru,**

dotychczasową treść:

*Możliwość zgodnego z PCA wzorcowania, wykonywanego przez Wykonawcę w miejscu instalacji urządzenia, w siedzibie Zamawiającego.*

zmienia się na następującą:

*Możliwość zgodnego z PCA wzorcowania, wykonywanego przez Wykonawcę lub wyznaczony przez niego podmiot.*

Z uwagi na zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/892001>) zaktualizowaną, edytowalną wersję tego załącznika, do wykorzystania przy sporządzaniu oferty.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych.