

Konin, dnia 31.05.2023 r.

WSZ-EP-7/611/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, wyrobów medycznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb zabiegów okulistycznych.**”, nr sprawy WSZ-EP-7/2023.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuści również soczewkę dwuhaptyczną bez otworów w haptkach o angulacji 5 stopni z injectorem i soczewką pakowanych osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 soczewkę dwuhaptyczną bez otworów w haptkach o angulacji 5 stopni z systemem implantacyjnym rozdzielnym (injector + kartridż) i soczewką pakowanych osobno, spełniającą wszystkie pozostałe kryteria techniczne. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 11 :

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu 0,06% pakowany po 10 fiolek o pojemności 1ml ? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu nr 17 :

Czy zamawiający dopuści również retraktory pakowane po 5 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający w opisie nie określa wielkości opakowań.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: S. Skrycka