



Znak: AE/ZP-27-30/20

Tarnów, 2020-06-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaferowania w ww. pozycji rękawic w opakowaniach a'100 sztuk czy a'200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic zgodnych z nowymi normami (zamiast EN 374-3), tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic w rozmiarach: S (6,5), M (7,5) oraz L (8,5). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
4. **Dotyczy pkt XIV.6 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 6 SIWZ poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „*W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.*”
5. **Dotyczy pkt XIV.11 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 11 SIWZ poprzez zmniejszenie wysokości przewidzianej w nim kary umownej do 10%.
6. **Dotyczy pkt XIV.18 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 18 SIWZ poprzez dookreślenie zakresu „*zmiany wielkości zapotrzebowania*”.
7. **Dotyczy pkt XIV.22 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wnosimy o usunięcie z rozdziału XIV pkt 22 SIWZ jako sprzecznego zapisami art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
8. **Dotyczy pkt XIV.24 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wnosimy o dodanie do rozdziału XIV pkt 24 SIWZ lit. k) o następującej treści: „*w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.*”
9. **Dotyczy pkt XIV.26 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 26 SIWZ poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „*z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ, w szczególności wynikających ze zmiany stawki podatku VAT.*”
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic w rozmiarach, S, M, L, XL.
12. **Dotyczy pkt XIV.26 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:
 - 1) Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
 - 2) Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3) W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4) Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5) Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice diagnostyczne, nitrylowe posiadały korzystniejszy poziom AQL 1,0?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowania rękawic powinny być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie foliowe otworu do pobierania?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego rękawic niewiele różniących się długością zakrywających nadgarstek o długości min. 270 +/- 5 mm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic chirurgicznych bezpudrowych czy pudrowanych?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby poziom protein wynosił < 10 ug/g i był potwierdzony przez badania jednostki niezależnej z nazwą rękawicy, której dotyczą nie starszymi niż z 2016 roku dołączonymi do oferty?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o długości 265cm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy EN 374 oraz ASTM F 1671 i dopuści do zaoferowania rękawice spełniające normy PN-EN 455, PN-EN 420, PN-EN ISO 10993-5 oraz PN-EN ISO 10993-10, bez zawartości ftalanu dioktylu (DOP, DEHP), dopuszczone do kontaktu z żywnością?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice AQL 0,65?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** rękawic w opakowaniach zarówno po 100 jak i 200 szt., pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-2** również rękawic spełniających zamiast normy EN 374-3 normy EN 374-4 oraz EN 16523-1, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający odpowiedzią Ad 2 z dnia 01.06.2020 dopuścił zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** rękawic w rozmiarach S(6,5), M(7,5), L(8,5), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4-9, 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do pkt XIV SIWZ, tj. do ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 1** i utworzenie osobnej części.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** rękawic w rozmiarach: S, M, L, XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** rękawic diagnostycznych, nitrylowych posiadających poziom AQL 1,0.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** rękawic w opakowaniach wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie foliowe otworu do pobierania.



Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** rękawic zakrywających nadgarstek o długości min. 270 +/- 5 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** rękawic spełniających wymagania SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** rękawic spełniających wymagania SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** rękawic o długości 265 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** rękawic spełniających wymagania SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 3 poz. 1**.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** rękawic o współczynniku AQL 0,65.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

T/N

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

