

DZP.260.70.2024.JO

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w imieniu Centrum Nauki Kopernik informuję, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320) (dalej: ustawa) na **dostawę szkolnych mikroskopów optycznych i stereoskopowych**, nr postępowania DZP.260.70.2024.JO, od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

1. Czy w odniesieniu do pozycji 1. Zamawiający zaakceptuje produkt o parametrach:

Delta Optical Genetic Trino

ródło oświetlenia: LED

Obiektywy: 4x 10x 40x 100x

Oświetlenie: przechodzące

Głowica: trinokularowa

Mechanizm przesuwu preparatu: z noniusem, zakres ruchu 70x30mm

Kondensator: Abbego N.A. 1,25

Klasa optyki: achromatyczna

Powiększenie okularu: 10 x

Zasilanie mikroskopu: AC

Regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie

Korekcja: 160 mm

Rozstaw źrenic: 50-75 mm

Regulacja ostrości: mikro / makro

Stolik mikroskopowy: 125 x 115 mm

Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy

Pokręta regulacji ostrości: dwustronne, współosiowe, z regulacją siły docisku

Technika obserwacji: Jasne pole

Powiększenia mikroskopu: 40 x 100 x 400 x 1000 x

Pole widzenia okularów: 18 mm

Działka elementarna ruchu mikro: 2 um

Podział światła w głowicy: 30:70 (okulary : tubus kamery)

Szerokopolowe okulary i jasne oświetlenie LED, dają możliwość oglądania już bardzo niewielkich obiektów.

Mechaniczny stolik oraz precyzyjnie regulowane śruby ruchów mikro i makro, zapewniają niezbędną dokładność pracy.

W zestawie:

- kabel zasilający
- Okulary: 10x
- pokrowiec przeciwkurzowy
- olejek imersyjny
- obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x?

Wyżej wymieniony produkt ma bardzo podobne parametry do opisanego przez Zamawiającego. Różnice są niezauważalne dla standardowego użytkownika. Dopuszczenie wymienionego produktu zwiększy konkurencyjność i pozwoli uzyskać bardziej korzystne cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym zaoferowane przez Wykonawców urządzenia muszą spełniać wszystkie parametry w nim określone.

Pytanie 2:

Czy w odniesieniu do pozycji 2. Zamawiający zaakceptuje produkt o parametrach:

Mikroskop Delta Optical Discovery 20 - to stereoskopowy mikroskop renomowanej firmy Delta Optical.

Mikroskop posiada obrotowy zmienniacz obiektywów co czyni go uniwersalnym. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania powiększenia 20x. Mikroskop ma możliwość zamontowanie specjalnej kamery w miejsce jednego z tubusów okularowych. Posiada system oświetlenia do obserwacji preparatów na szkiełkach przedmiotowych przez światło odbite (górne - tzw. EPI). Oświetlenie odbite umożliwia obserwowanie obiektów nieprzeźroczystych (np. owady, minerały, tkaniny, monety). Oświetlenie diodowe LED zapobiega nagrzewaniu się preparatu i mikroskopu (brak ryzyka poparzenia) i gwarantuje kilkadziesiąt tysięcy godzin pracy. Podwójna regulacja ostrości: współosiowe pokrętki makrometryczne i mikrometryczne - ułatwia precyzyjną regulację ostrości, co jest szczególnie ważne szczególnie przy dużych powiększeniach. Mikroskop Discovery 20 posiada opcje zasilania baterijnego, dzięki czemu można wykorzystać mikroskop w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Solidny, metalowy, a zarazem lekki korpus gwarantuje wieloletnią niezawodność.

Wyposażenie:

komplet akumulatorów

pokrowiec

Dane techniczne:

Powiększenie mikroskopu: 20x,

Powiększenie okularu: 10x

Pole widzenia okularów: 20 mm

Regulacja dioptrii: +/- 5D w obu tubusach

Źródło oświetlenia: LED

Maksymalna odległość robocza: 80 mm

Regulacja ostrości: makro

Głowica: binokularowa

Technika obserwacji: jasne pole

Pokrętki regulacji ostrości: dwustronne

Zasilanie: AC; akumulatorki AA?

Wyżej wymieniony produkt ma bardzo podobne parametry do opisanego przez Zamawiającego. Różnice są niezauważalne dla standardowego użytkownika. Dopuszczenie wymienionego produktu zwiększy konkurencyjność i pozwoli uzyskać bardziej korzystne cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym zaoferowane przez Wykonawców urządzenia muszą spełniać wszystkie parametry w nim określone.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, Wykonawca Moje Bambino Sp. z o.o. wnosi o zmianę warunków umowy w zakresie § 7 Kary umowne odnoszących się do:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną:

1) z tytułu pozostawiania w zwłoce względem terminu wskazanego § 3 Umowy: w wysokości 1 000,00 zł netto

(słownie złotych netto: jeden tysiąc, 00/100) za każde rozpoczęte 24 godziny zwłok

Zamawiający określił wysokość kary niezgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dobrych praktyk kontraktowych:

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0023/42737/Zalacznik-1-Dobre-i-zle-praktyki-kontraktowe.pdf , pkt. 1.2 lit. a), str. 10

Zgodnie z rekomendacją, kary wyrażone w procentach o wysokości odpowiadającej naruszeniu i wartości

umowy winny być w przedziale 0,1%-0,5% za każdy dzień zwłoki.

Zatem wnosimy o zmianę wartości na 0,5%

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z powyższym § 7 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną:

z tytułu pozostawiania w zwłoce względem terminu wskazanego § 3 Umowy: w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.”

Odpowiedź na pytanie 3 jest równoznaczna ze zmianą dokumentacji przetargowej, tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, wprowadzoną w trybie art. 286 ust. 1 ustawy.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania ofert, termin ich otwarcia oraz termin związania ofertą, a tym samym zmienia następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

- W Rozdziale XIII ust. 1 zamiast:
Ofertę przygotowaną w formie określonej w Rozdziale XII należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do **26 listopada 2024 roku do godziny 11.00.**
jest
[Ofertę przygotowaną w formie określonej w Rozdziale XII należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do 29 listopada 2024 roku do godziny 11.00.](#)
- W Rozdziale XIII ust. 2 zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **26 listopada 2024 roku o godzinie 11.30** za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert.
jest
[Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 29 listopada 2024 roku o godzinie 11.30 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert.](#)
- W Rozdziale XI ust. 1 zamiast:
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. 25 grudnia 2024 roku.
jest:
[Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28 grudnia 2024 roku.](#)

Powyższe informacje stanowią integralną część dokumentacji przetargowej i od momentu ich udostępnienia wykonawcom – opublikowania na stronie internetowej przedmiotowego postępowania są wiążące dla wszystkich ubiegających się o uzyskanie zamówienia wykonawców.

Z poważaniem,

Ilona Hłowiecka-Tańska
Zastępca Dyrektora Programowego ds.
Innowacji
Centrum Nauki Kopernik