



Dyrektor (067) 210  
Centrala (067) 210  
Fax (067) 212  
e-mail: [wspila@www.szp](mailto:wspila@www.szp)

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
**64-920 Piła, ul. Rydygiera 1**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108628147

Piła, dn. 29.09.2021 roku

FZP.II-24/56/21

***Wszyscy uczestnicy postępowania***

**Sprostowanie wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą:  
**„Dostawa maseczek jednorazowych”**.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że modyfikuje odpowiedzi udzielone w dn. 29.09.2021 r. na:

pytanie nr 1

zadanie I Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

z brzmienia:

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

na brzmienie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 2

zadanie II Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

z brzmienia:

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

na brzmienie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga