

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 08.06.2022 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 08.06.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
Zamówienia Publicznego**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego wraz z dostawą rezonansu magnetycznego**”. Oznaczenie sprawy: **9/2022**

Zapytanie nr 1: Serwer aplikacyjny Punkt 5

Pytanie. Czy w związku z brakiem dostępności sprzętu zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające poniższy zapis? "Interfejsy sieciowe: Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb w standardzie SFP+ (z wkładkami SFP+ SR). Minimum dwa interfejsy 16Gb FC wyposażone we wkładki optyczne SFP+ typu Multimode. Dopuszcza się montaż karty FC w slotcie PCI-E."

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści.

Zapytanie nr 2: Macierz – 1 sztuka Punkt 30

Czy w związku z brakiem dostępności sprzętu zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające poniższy punkt? "Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 128 TB"

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści.

Zapytanie nr 3: Przełącznik 2szt Punkt 58

Czy w związku z brakiem dostępności sprzętu zamawiający dopuści rozwiązanie które spełnia wszystkie punkty znacznie przewyższając minimalne wymagania ale nie posiada obsługi protokołu TR-069?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację oprogramowania do postprocessingu na serwerze opisanym w punktach 170-183 Załącznika nr 1 do SWZ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści instalację oprogramowania do postprocessingu na serwerze opisanym w punktach 170-183 Załącznika nr 1 do SWZ, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę niezbędnych licencji.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**