



WSSz -NZP – 632/24

Łódź, dnia 13.12.2024 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu medycznego do Pracowni Hemodynamiki - sprawa ZP 42/24

- I. Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2024 poz. 1320 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Pytania do pakietu nr 5:

Czy Zamawiający dopuści sprzęt do obrazowania IVUS o następujących parametrach:

Sondy:

- Częstotliwość 60MHz / 40 MHz – 2 różne cewniki,
 - Głowica mechaniczna zapewniająca rozdzielczość osiową 22 µm (dla cewnika 60MHz) i 38 µm (dla cewnika 40MHz),
 - Maksymalna głębokość penetracji – 6mm,
 - Siedem prędkości rejestrowania obrazu (pullback speed): 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0 mm/s,
 - Maksymalna długość obrazowania: 150mm (manual pullback) / 100mm (automatic pullback),
 - Separacja ramki: od 17 µm (dla najwolniejszej prędkości) do 267 µm (dla najszybszej prędkości),
- Aparat do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej:
- Konsola mobilna,
 - Intuicyjne oprogramowanie oferujące łatwość pracy w tym automatyczne pomiary naczynia (Media), światła, zwężeń, obszarów referencyjnych, długości,
 - Wysokiej jakości obrazy uzyskane przy siedmiu prędkościach rejestracji – 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 mm/sec,
 - Urządzenie kompatybilne z wielorazowymi saniami odciągowymi,

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. **Dotyczy Pakietu 5** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 IVUS o następujących parametrach: Sondy IVUS kompatybilna z przewodnikami angioplastycznymi 0,014" oraz z cewnikami prowadzącymi 6F, marker widoczny w RTG w odległości 5 mm od końcówki dystalnej cewnika, zapewniające możliwość obrazowania z częstotliwością 40MHz lub 60MHz, długość robocza 135 cm, Crossing profile Distal -3.15F ; Proximal -3.5F, Tip entry profile 0,02inch, Profil trzonu proksymalnego cewnika 3,5 F, Długość tzw. „martwej strefy” obrazowania – odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20mm, Rozdzielczość osiowa dla obrazowania 60MHz - 22µm, Penetracja w głąb tkanki miękkiej (ang. soft tissue penetration) 7F, 4 prędkości akwizycji (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 mm/s, Maksymalna długość jednoczasowej akwizycji: 150mm, Możliwość co-rejestracji -zintegrowanej współpracy z stołem zabiegowym?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. **Dotyczy Pakietu 5** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 IVUS o następujących parametrach: Sonda IVUS kompatybilna z przewodnikami angioplastycznymi 0,014" oraz z cewnikami prowadzącymi 6F, marker widoczny w RTG w odległości 5 mm od końcówki dystalnej cewnika, zapewniające możliwość obrazowania z częstotliwością 40MHz lub 60MHz, długość robocza 135 cm, Crossing profile Distal -3.15F ; Proximal -3.5F, Tip entry profile 0,02inch, Profil trzonu proksymalnego cewnika 3,5 F, Długość tzw. „martwej strefy” obrazowania – odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20mm, Rozdzielczość osiowa dla obrazowania 60MHz - 22µm, Penetracja w głąb tkanki miękkiej (ang. soft tissue penetration) 7F, 4 prędkości akwizycji (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 mm/s, Maksymalna długość jednoczesowej akwizycji: 150mm, Możliwość co-rejestracji -zintegrowanej współpracy z stołem zabiegowym?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet nr 3, pozycja 2 Według naszej najlepszej wiedzy cewnik o podanych parametrach nie jest osiągalny na rynku polskim ani w całej Unii Europejskiej z powodu zaprzestania produkcji przez jedynego wytwórcę. Czy zważywszy na to Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pakietu 3 pozycji 2 – cewnik dwuświatłowy?

Wyjaśnienia: Tak. Patrz punkt II niniejszego pisma.

5. Dotyczy Pakietu 7 Prosimy o zmniejszenie wymaganych ilości do przekazania jako asortyment depozytowy z 2 sztuk do 1 sztuki.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy projektu umowy - zał. nr 5 do SWZ Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

7. Dotyczy projektu umowy - zał. nr 5 do SWZ Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie limitu kar umownych w § 9 ust. 5 do 20%?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) załącznika nr 2 – Formularz cenowy poprzez wykreślenie pozycji nr 2 w pakiecie nr 3.
- 2) W punkcie III.2 - Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert na następującą:
„ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **24.12.2024r. do godz. 08:00**

Sposób składania ofert:

➔ za pośrednictwem Platformy,

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.12.2024r. o godz. 09:00** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. (...)”

- 1) W punkcie III.3 - Termin związania ofertą na następującą:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **23.03.2025r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W załączeniu:

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Paweł Lipiński