

Celestynów, dn.16 czerwca 2021 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji do zestawów medycznych Poziomu 1” – sprawa nr WOFiTM/20/2021/PN*

Na podstawie z art. art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 14-16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za elastyczną siatkę opatrunkową pakowaną a'10m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 19,108

Czy Zamawiający dopuści fartuchy jednorazowe w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 23,111

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. = 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 29

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 30,119

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe pakowane w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie papier-folia przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 30, 119

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zbiorcze a'40op (40opx10szt) z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie opakowań przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 33, 123

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=50 szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 35, 128

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 36-38, 129, 131, 132

Czy Zamawiający dopuści opaskę w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 54, 148

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 762 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 56, 150

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=6szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 78, 178

Czy Zamawiający dopuści średnice wewnętrzną 1.15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 79, 179

Czy Zamawiający dopuści średnice wewnętrzną 1.73 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 80, 181

Czy Zamawiający dopuści średnice wewnętrzną 1.35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 15- dotyczy zadania nr 84, 184

Czy Zamawiający dopuści worek ze wzmocnionymi otworami do zawieszenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 90
Czy Zamawiający dopuści kleszcze wygięte 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ w zakresie kleszczy wygiętych.

Pytanie nr 17 - dotyczy zadania nr 90
Czy Zamawiający dopuści igłę 40mm, zamiast 39 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na igłę 40 mm przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 18 - dotyczy zadania nr 90
Czy Zamawiający dopuści zestaw zawinięty w serwetę min. 110 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zestaw zawinięty w serwetę min. 110 x 75 cm przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy zadania nr 91-92
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego wyposażenia oczekuje?

Odpowiedź: Jako wyposażenie do zgłębnika żołądkowego Zamawiający wymaga: żel do cewnikowania z lignocainą 2%, strzykawka ok. 50ml "JANETTE", miska nerkowata papierowa, pean-zacisk do zgłębnika, przylepiec bez opatrunku.

Pytanie nr 20 - dotyczy zadania nr 130
Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 4m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 21 - dotyczy zadania nr 188
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 50 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na serwetę z laminatu 50 x 50 cm przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy zadania nr 188
Czy Zamawiający dopuści serwetę min. 50 x 60 cm z otworem o śr. 7 cm?)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ na serwetę min. 50 x 60 z otworem o średnicy 5 cm.

Pytanie nr 23 - dotyczy zadania nr 188
Czy Zamawiający dopuści 5 sztuk tupferów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5 szt. tupferów przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy zadania nr 188
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH 16?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ w zakresie cewnik Foley CH 18.

Pytanie nr 25 - dotyczy zadania nr 14-16

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za 100 cm w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wycenę za 100 cm w stanie swobodnym.

Pytanie nr 26 - dotyczy zadania nr 18-20

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ

Pytanie nr 27 - dotyczy zadania nr 36-37,129

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Czy Zamawiający dopuści opakowanie w formie kartonika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe oraz w formie kartonika.

Pytanie nr 28 - dotyczy zadania nr 107-109

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ

Pytanie nr 29 - dotyczy zadania nr 176

Czy Zamawiający dopuści termometr o poniższych parametrach?

Termometr służy do pomiaru temperatury na czole, temperatury przedmiotów (np.mleka w butelce)

Czas pomiaru: ≤ 1 sekundy

Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD

Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95.

Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru.

Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru.

Zakres pomiaru: temperatura ciała: $22,0^{\circ}\text{C} - 42,9^{\circ}\text{C} / 71,6^{\circ}\text{F} - 109,0^{\circ}\text{F}$.

Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: $0,0^{\circ}\text{C} - 100,0^{\circ}\text{C} / 32,0^{\circ}\text{F} - 212,0^{\circ}\text{F}$.

Margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.

Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5–10 cm.

Tryb oszczędzania energii automatyczne wyłączenie: po upływie 6 s.

Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała

Zasilanie: DC3 V (baterie AA/2 sztuki).

Pobór mocy: $\leq 50\text{mW}$.

Podstawowe wymiary: 148mm × 43mm × 87mm (długość × szerokość × wysokość).

Masa netto: 120 g (bez baterii).

Standardowe warunki działania urządzenia:

Temperatura robocza otoczenia: $16^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$.

Wilgotność względna: $\leq 85\%$.

Emisyjność: 0,95.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy sposobu pakowania produktów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę jednorazowych produktów znajdujących się w zbiorczych opakowaniach producenta tj. np. pakowanych po 100 szt.? W formularzu cenowym produkty zostaną wycenione w cenie jednostkowej na sztukę. Tylko w dniu dostawy zostaną

dostarczone w opakowaniach zbiorczych a 50 szt. lub a 100 szt. Informacją o sposobie pakowania produktu zostanie zamieszczona w kolumnie UWAGI formularza cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy zadania nr 40, 134

Czy Zamawiający dopuści w miejsce tej pozycji inny opatrunek do tamowania krwawień z nosa, gdyż zgodnie z informacją uzyskaną od producenta wskazanych opatrunków produkt jest już niedostępny - został wycofany z produkcji, a w jego miejsce producent nie wprowadził zamiennika. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższych tamponów do nosa tj. np. kompres na nos Absorba lub tampon do nosa Stop Hemo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku równoważnego w zakresie przeznaczenia, bezpieczeństwa, skuteczności i wydajności stosowania.

Pytanie nr 32 - dotyczy zadania nr 57-59, 152-154

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawiczek bez przedłużonego mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy rurki intubacyjnej – zadanie nr 60-63, 155, 156

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurki intubacyjnej z umieszczoną w środku prowadnicą? Jest to rozwiązanie, które pozwala na zaoszczędzenie miejsca do przechowywania rurek. Wpływa też na obniżenie kosztu zakupu rurki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy rurki nosowo-gardłowej – zadanie nr 67-68, 160

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rurki wykonanej z Wiruprenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 35 - dotyczy sygnalizator – zadanie nr 74, 170

Z uwagi na fakt, iż sygnalizatory opisane w SWZ zostały wycofane z produkcji czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu nr 74 produktu alternatywnego tj. sygnalizator z dziewięcioma nabojami i magazynkiem. Jest to produkt jednostrzałowy, w którym po każdym strzale trzeba ładować nabój ponownie. Łącznie można oddać więc więcej strzałów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 36 - dotyczy zadania nr 143

Czy w zadaniu 143 Zamawiający wymaga wyceny 4 szt. pasów tj. 2 szt. na nadgarstek i 2 szt. na kończynę. Czy może sztuka to para np. 1 szt. to 2 szt. pasów na nadgarstek. A może sztuka to kpl. składający się z 2 szt. pasów na nadgarstek i 2 szt. pasów na kończynę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny 4 szt. uniwersalnego, kończynowego pasa do przymusu bezpośredniego, który może być stosowany zarówno na nadgarstku jak i kostce.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 1 kompletu składającego się z 2 pasów na nogi i 2 pasów na ręce.

Pytanie nr 37 - dotyczy pozycji - opatrunek indywidualny – zadanie nr 44 i nr 137

Czy przy spełnieniu wszystkich wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia i Protokołu Badania Próbek Zamawiający zezwoli na zaoferowanie opatrunku indywidualnego posiadającego opakowanie w języku angielskim oraz wyraźne instrukcje użytkownika w postaci piktogramów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 38 - dotyczy pozycji – rurka nosowo-gardłowa - zadanie nr 67, 68, 160

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową spełniającą wymagane parametry opisane SWZ dostarczoną w opakowaniu o maksymalnych wymiarach 12 cm x 22 cm? Producent dokonał modyfikacji wielkości opakowania w ubiegłych latach, rurka o którą pytamy od wielu lat jest dostarczana do zestawów typu Ipmed, PRS,PRM do polskiej armii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 39

Dotyczy wymaganego terminu w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ –

Uprzejmie prosimy Zamawiającego jak należy interpretować zapis dotyczący wymaganych terminów umieszczony pod tabelą z formularzem cenowym punkt nr 3:

***) Wymagania w zakresie terminów ważności:

1. Okres ważności dla zadań od nr 1 do nr 92 nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego przez producenta na dzień 01.10.2021 r.
2. Okres ważności dla zadań od nr 93 do nr 192 nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego przez producenta na dzień składania ofert.
3. w przypadku okresu ważności określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - okres ważności nie może być krótszy niż 80% podanego okresu.

Uprzejmie prosimy o informację jak należy rozumieć punkt nr 3 i wymagany zapis dotyczący okresu ważności przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź: Punkt nr 3 należy rozumieć w następujący sposób - w przypadku określenia przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia okresu ważności należy zaoferować produkt z terminem nie krótszym niż 80% podanego okresu liczonego na dzień określony w pkt nr 1 lub nr 2.

Pytanie nr 40 - dotyczy - opatrunek indywidualny – zadanie nr 44 i nr 137

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby złożone próbki opatrunków indywidualnych posiadały minimum 50 % pełnego okresu ważności w dniu złożenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności próbki

Pytanie nr 41 - dotyczy pozycji opatrunek indywidualny – zadanie nr 44 i nr 137

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z napisami w języku angielskim oraz z instrukcją obsługi w postaci piktogramów na opakowaniu ? Uprzejmie prosimy o dopuszczenie opatrunku bez instrukcji w j. polskim na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną formę instrukcji użytkownika.

Pytanie nr 42 - dotyczy zapisów umowy § 9. KARY UMOWNE:

8. Łączna wysokość kar umownych należnych Zmawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 100% wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych na poniższy zapis:

8. Łączna wysokość kar umownych należnych Zmawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 43 - dotyczy zadania nr 34

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 34 Zamawiający dopuści delikatną antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk, zalecana dla alergików, pH 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 44 - dotyczy zadania nr 51

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 51 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum biobójcze: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg EN 1500:2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791:2x3 ml przez 2x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml z pompką z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy zadania nr 53

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 53 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum biobójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C. albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment przy zachowaniu wymagania wydajności z 1 litra ok. 20-30m² oraz pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 46 - dotyczy zadania nr 145

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 145 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum biobójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M. terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS- Cov-2, BVDV, rota, noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500:2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2x3 ml przez 2x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych.. Opakowanie 1l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 47 - dotyczy zadania nr 146

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz 146 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę . Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500:2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2x3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml z pompką z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 48 - dotyczy zadania nr 60-63

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną z PCV, niesilikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 49 - dotyczy zadania nr 67-68

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z PCV, nieslikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 50 - dotyczy zadania nr 67-68

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową z niewielką ilością ftalanów, dopuszczalną dla wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 51 - dotyczy zadania nr 67-68

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „posiada ogranicznik chroniący przez wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 52 - dotyczy zadania nr 85

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny z filtrem elektrostatyczno-mechanicznym, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 53 - dotyczy zadania nr 118

Czy Zamawiający dopuści kołnierz służący do wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kołnierz służący do wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 54 - dotyczy zadania nr 118

Czy Zamawiający dopuści kołnierz pozwalający na przechowywanie w płaskiej pozycji o długości 58 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 55 - dotyczy zadania nr 118

Czy Zamawiający dopuści kołnierz w kolorze niebiesko-białym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 56 - dotyczy zadania nr 155-156

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną z PCV, niesilikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 57 - dotyczy zadania nr 160

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z PCV, nieslikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 58 - dotyczy zadania nr 160

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową z niewielką ilością ftalanów, dopuszczalną dla wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 59 - dotyczy zadania nr 186

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny z filtrem elektrostatyczno-mechanicznym, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 60 - dotyczy zadania nr 6

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 28.08.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 61 - dotyczy zadania nr 7,9

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 07.08.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 62 - dotyczy zadania nr 17

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.03.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 63 - dotyczy zadania nr 25

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 30.09.2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 64 - dotyczy zadania nr 30

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.03.2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 65 - dotyczy zadania nr 31

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.08.2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 66 - dotyczy zadania nr 36,37,38,129,131,132

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Opasek w opakowaniu papierowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 67 - dotyczy zadania nr 45

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.12.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 68 - dotyczy zadania nr 49

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 10.2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 69 - dotyczy zadania nr 76

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 11.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 70 - dotyczy zadania nr 78

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.10.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 71 - dotyczy zadania nr 84

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.12.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 72 - dotyczy zadania nr 86

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 15.08.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 73 - dotyczy zadania nr 90

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów posiadających w swoim składzie nici o poniższych konfiguracjach, pozostałe elementy zestawu zgodne z opisem przedmiotu zamówienia:

1. Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitki 75 cm

2. Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 40 mm, rozmiar 2/0, długość nitki 75 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 74 - dotyczy zadania nr 106

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.03.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 75 - dotyczy zadania nr 130

Prosimy o wyrażenie zgody na opaskę w rozmiarze 10cm x 4m lub 10cm x 5m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 76 - dotyczy zadania nr 138

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.12.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 77 - dotyczy zadania nr 143

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kompletu składającego się z 4 pasów (2 sztuki na nogi i 2 sztuki na ręce)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 78 - dotyczy zadania nr 151

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie do Zamawiającego Ręczników papierowych w rolce konfekcjonowanych w opakowaniach foliowych po 6 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 79 - dotyczy zadania nr 177

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 11.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 80 - dotyczy zadania nr 178

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.10.2025r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 81 - dotyczy zadania nr 184

Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.12.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 82 - dotyczy zadania nr 187

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie żelu o pojemności 11g.
- Prosimy o wyrażenie zgody na produkt z datą ważności 31.03.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu o pojemności 11 g, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ w zakresie terminu ważności.

Pytanie nr 83 - dotyczy terminu realizacji

1.W związku z nadal trwającą pandemią Covid 19, a co za tym idzie, trudnościami logistycznymi oraz niepewną sytuacją na całym świecie prosimy o zmianę terminu realizacji dostawy w zakresie zadań od 1 do 92 z „od dnia 01.10.2021r. do 15.11.2021r.” na „od dnia 01.10.2021r. do 30.11.2021r.”

2.W zakresie zadań od 93 do 192 z „45 dni kalendarzowych od podpisania umowy” na min. „60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”, preferowany termin 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 84

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3.W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Kwestię wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności spowodowanych siłą wyższą regulują odpowiednie postanowienia wzoru umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie nr 85

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1)Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw

przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Kwestię wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności spowodowanych siłą wyższą regulują odpowiednie postanowienia wzoru umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie nr 86 - dotyczy zadania nr 51, 145, 146

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na pojawienie się na rynku bardzo dużej ilości produktów niewiadomego pochodzenia oraz w celu zapewnienia jakości, skuteczności, bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka stwarzanego przez produkty przeznaczone do stosowania przez ludzi, w tym brak zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji substancji czynnej oraz jej odpowiednią czystość Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane w ofercie produkty alkoholowe do dezynfekcji były wytwarzane wyłącznie z substancji czynnych pochodzących od zatwierdzonych dostawców zgodnie z art. 95 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, a na potwierdzenie powyższego wymaga załączenia do oferty deklaracji i wpisu w wykazie dostawców substancji czynnych prowadzonym przez Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 87 - dotyczy zadania nr 51, 145, 146

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu z terminem ważności 65% od całkowitego terminu ważności preparatu wynoszącego nie mniej niż 24 miesiące. Preparaty produkowane są w określonych cyklach czasowych, w związku z tym, nie zawsze jest możliwość dostarczenia z wymaganym terminem nie wiedząc, kiedy nastąpi podpisanie umowy.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 88 - dotyczy zadania nr 53

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na pojawienie się na rynku bardzo dużej ilości produktów wątpliwej jakości, niewiadomego pochodzenia Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane w ofercie produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne przeznaczone do dezynfekcji lub mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi oraz sprzętu medycznego posiadały badania tolerancji materiałowej, które będą potwierdzały minimum dobrą kompatybilność materiałową produktu z najczęściej występującymi materiałami w placówkach medycznych. Tylko obiektywne badania wykonane w laboratoriach dają gwarancję Zamawiającemu bezpiecznego stosowania preparatów.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od oferenta w procesie dystrybucji wyrobów medycznych wypełnienia wymagań zawartych w Art. 14 ust. 3. 745/2017 MDR [obowiązuje od 26 maja 2021] „Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta.” tzn. na każdym etapie transportu i magazynowania zapewnienie warunków określonych przez producenta i możliwość udokumentowania zapewnienia tych warunków”. Na potwierdzenie

spełnienia wymagań oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty niezbędną procedurę transportu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 90 - dotyczy projektu „Istotne Postanowienia Umowy”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Termin wykonania umowy” znajdującym się w §4 ust. 1 pkt. 15 w kontekście np. naliczenia ewentualnych kar umownych? Zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną „za opóźnienie lub niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wynikającego z niniejszej umowy”. Jednocześnie w §4 ust. 1 pkt. 8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu na sprawdzenie przedmiotu umowy o kolejne 30 dni. Podstawowy termin na sprawdzenie dostawy wynosi 10 dni roboczych, więc zgodnie z zapisem w §4 ust. 1 pkt. 8 Zamawiający może sprawdzać asortyment do 40 dni od dostawy. Potencjalnie Wykonawca może, więc w 39 dniu od dostawy dowiedzieć się, że dostarczona przez niego 1 szt. asortymentu ma wadę i należy ją wymienić. Wykonawca ma na taką wymianę 14 dni roboczych tj. Kolejne 3 tygodnie.

Jak w takim razie należy rozumieć zapisy znajdujące się w w/w paragrafach? W jaki sposób Zamawiający naliczy ewentualne kary umowne? Czy w ogóle kary zostaną naliczone jeśli dostawa została dokonana w terminie zgodnym z umową, a jedynie proces sprawdzania przedmiotu umowy a następnie wymiany wadliwego elementu spowodował, że protokół odbioru został podpisany np. 30 dni później.

Za przykład podamy hipotetyczną sytuację:

Termin dostawy zgodny z umową to: do dnia 30.08.2021 r.

Dostawa dotarła do Zamawiającego: 19.08.2020 r.

Zamawiający wydłużył termin na sprawdzenie dostawy o 28 dni tj. zakończył sprawdzanie 25.09.2021 r. Tego samego dnia zgłosił wykonawcy potrzebę wymiany 1 elementu pakietu.

Wykonawca wymienia wadliwą torbę w terminie zgodny z umową tj. do 10.10.2021 r.

Protokół zdawczo-odbiorczy zostaje podpisany dnia 10.10.2021 r.

Który z powyższych terminów jest terminem wykonania umowy? Czy Zamawiający w takiej sytuacji naliczy Wykonawcy kary umowne? Jeśli tak to za jaki okres, za jaką liczbę dni?

Odpowiedź: Termin określony w § 4 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 4 do SWZ należy odczytywać w kontekście sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 załącznika nr 4 do SWZ oraz naliczenia ewentualnych kar umownych na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 4 załącznika nr 4 do SWZ. Do ww. terminu nie wlicza się okresu związanego z procesem sprawdzania przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

KOMENDANT

/-płk Waldemar PAWELEC