

Gdynia, dnia 13.03.2024 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Usługi serwisowe aparatury w Dziale Sterylizacji i Dezynfekcji w Szpitalu Morskim im. PCK oraz Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.”

Nr sprawy - D25M/251/N/50-81rj/23

I. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1. Prosimy o modyfikację § 6 pkt 16 Projektu umowy:

„16. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 70% łącznej wartości przedmiotu umowy.” Na:

„Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 30% łącznej wartości przedmiotu umowy.”

Uzasadnienie: obecny zapis regulujący kwestię poziomu maksymalnych kar umownych jest rażąco wysoki. Standardem w tego typu umowach (zgodnie z aktualnym orzecznictwem KIO) jest poziom 30% wartości umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 50 % i dokonuje stosownych modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie nr 2. Prosimy o wyłączenie z formularza asortymentowo-cenowego oraz adekwatnie z opisu przedmiotu zamówienia pozycji od D do I oraz od M do R z Tabela 1. Usługi serwisowe aparatury w Dziale Sterylizacji i Dezynfekcji w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

| | | | |
|---|---|--|---|
| D | Stanowisko do dekontaminacji | | 1 |
| E | Stanowisko do pakietowania bielizny i materiału opatrunkowego | | 1 |
| F | Stanowisko do pakietowania instrumentarium - podwójne | | 1 |
| G | Stanowisko do pakietowania instrumentarium - pojedyncze | | 1 |
| H | Stanowisko myjni ultradźwiękowej | | 1 |
| I | Stanowisko wydania sprzętu po sterylizacji | | 1 |
| M | System koszy sterylizacyjnych | | 1 |
| N | System wózków transportowych | | 1 |
| O | System wózków transportowych kompatybilny z jw. | | 1 |
| P | Urządzenie do czyszczenia parą wodną narzędzi chirurgicznych | | 1 |
| R | Wyposażenie stanowiska do przyjęcia materiału skażonego | | 1 |

Uzasadnienie: pozycje te nie są wyrobami medycznymi, nie podlegają czynnością konserwacyjnym, które wykonuje autoryzowany serwis urządzeń parowych jak sterylizator czy myjnia dezynfektor.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza wyłączenie urządzeń z umowy z powodów podanych powyżej. Jednakże pozycja: F, H oraz P pozostają. Pozycja F pozostaje pod nazwą Zgrzewarka Hawo szt. 2 SN: 530104, 530103 bez zmiany numeru seryjnego. Zamawiający wymaga, aby urządzenia z pozycji H oraz P miały wykonany przegląd. Zamawiający naniósł odpowiednie zmiany w SWZ.

Pytanie nr 3. Prosimy o wyłączenie z Tabela 1. Usługi serwisowe aparatury w Dziale Sterylizacji i Dezynfekcji w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni pozycji nr L – Suszarka do narzędzi Deco do osobnego pakietu. Uzasadnienie: Suszarka Deco to urządzenie innego producenta niż pozostałych wyrobów medycznych w tym pakiecie. Zamawiający wymaga autoryzacji lub certyfikatów producenta, pozostawienie pozycji nr L Suszarka do narzędzi Deco w pakiecie z pozostałymi urządzeniami uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyklucza urządzenie z pozycji nr L – Suszarka do narzędzi Deco DC 2200iX z obecnego postępowania.

Pytanie nr 4. Pozycja nr E z Tabeli 2. Usługi serwisowe aparatury w Dziale Sterylizacji i Dezynfekcji w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - zgrzewarka GS57/1D jest urządzeniem w statusie End of Service to znaczy że producent nie wspiera już tego urządzenia w zakresie serwisu ze względu na jego rok produkcji. Czy w przypadku naprawy Zamawiający przyjmie oświadczenie Wykonawcy o braku możliwości naprawy bez konsekwencji w postaci kar ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem § 3 pkt 14 Projektu Umowy o treści: „14. W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do aparatury będącej przedmiotem umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych”, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o braku części zamiennych w formie pisemnej. Zamawiający nie wystosuje w takim przypadku konsekwencji w postaci kar.

Pytanie nr 5. Prosimy o doprecyzowanie zakresu walidacji urządzeń. Które urządzenia i w jakim zakresie powinny zostać zwalidowane?

Odpowiedź Zamawiającego: Walidacja urządzeń powinna zostać wykonana raz do roku i dotyczy ona urządzeń z pozycji A-C oraz J-K w tabeli 1. oraz A-D w tabeli 2. Należy przeprowadzić walidację programów dostępnych w urządzeniach w tym:

P1 - narzędzia 90 stopni; P2 - narzędzia cito 90 stopni; P3- dezynfekcja 55 stopni; P6 - da Vinci; P3- dezynfekcja 60 stopni; P1 - owinięte 121 stopni; P2 - owinięte 134 stopni; P3- ciężki wsad 134 stopni; P7 - da Vinci; P8 – priony; P2 - program kontenerowy; P3 - długi; P11- chemiczny; P1 - narzędzia; P2 - kontenery; P3- dezynfekcja chemiczna; P1- narzędzia 134; P2 - narzędzia 121; P6 – priony.

Dostępność programów zależy od urządzenia.

Pytanie nr 6. Urządzenia z Tabela 1. Usługi serwisowe aparatury w Dziale Sterylizacji i Dezynfekcji w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni pozycje od A do C oraz od J do K obecnie są na gwarancji producenta aż do 25.11.2024 roku. Czy Zamawiający zmieni wobec tego ilość miesięcy do fakturowania w formularzu asortymentowo-cenowym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza zmianę ilości miesięcy do fakturowania w Formularzu asortymentowo-cenowym. Odpowiednie zmiany będą odnotowane w SWZ.

Pytanie nr 7. Prosimy o modyfikację § 6 punkt 10 Projektu umowy

„W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości 1 % wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.” Na:

„W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości 1 % wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto urządzenia, którego dotyczy nieterminowe wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 8. Prosimy o wyłączenie zapisu § 6 punkt 6 Projektu umowy

„Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest dołączenie do faktury przez Wykonawcę karty pracy (raportu serwisowego) zawierającej opis wykonanych czynności i wymienionych części. W przypadku przedstawienia faktury bez wymienionych dokumentów Zamawiający ma prawo odesłać fakturę bez księgowania.”

Uzasadnienie: zamówienie dotyczy usług ciągłych, wykonywanych na wezwanie Zamawiającego zawsze potwierdzone raportem serwisowym wysyłanym na wskazany adres emailowy ale nie zawsze w każdym miesiącu trwania umowy musi dość do wezwania serwisu do naprawy czy przeglądu. W związku z tym faktura ryczałtowa może zostać wystawiona bez raportu serwisowego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgadza się, aby faktura została dostarczona bez raportu serwisowego, w momencie gdy w danym miesiącu nie została wykonana usługa serwisowa.

Pytanie nr 9. Prosimy o wyłączenie załącznika nr 7 do Umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych z uwagi na to, że zamówienie nie obejmuje wymiany danych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie nr 10. W jakiej wysokości należy wnieść wadium? W treści SWZ została wskazana kwota 19 500,00 zł, natomiast w formularzu oferty kwota 28 080,00 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż prawidłowa kwota wadium wynosi: 19 500,00 zł i jednocześnie poprawia omyłkę w Formularzu Ofertowym.

W załączeniu zmodyfikowany Formularz Ofertowy (zał. nr 1 do SWZ), zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 2 do SWZ) i zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SWZ).

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem,

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Przetargowej

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec
Małgorzata Brancewicz-Malec

