



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

ORSK.SZP.62.3.(APT-MI/30).2024.M.P.

Poznań, dnia 17 września 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH ORAZ STABILIZATORÓW ZEWNĘTRZNYCH”** nr referencyjny postępowania: **SZP/APT-MI/30/2024.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Dotyczy części 4 Rama do korekcji deformacji do pozycji 7 oraz 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kostek typu „Rancho”, które nie wymagają tulei centrujących, spełniają swoją funkcję bez nich? Jeśli tak czy oferent może pozostawić tą pozycję niewycenioną z adnotacją w formularzu cenowym, iż nie składa oferty na tę pozycję (7,20)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Z up. Dyrektora

Jarosław Woźniak
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Opracowała: Monika Pietrzyk
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa