

Konin, dnia 07.12.2021 roku

WSZ-EP-38/1101/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni radiologii Zabiegowej**”, nr sprawy **WSZ-EP-38/2021**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści system z przewodnikiem 0,014” lub 0,018” o długości 320cm/190cm, z filtrem położonym niecentrycznie względem przewodnika z możliwością zastosowania w krętych naczyniach, zamontowanym na przewodniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie w osi podłużnej, rozmiary średnic naczynia od 2,0 do 7,0mm ,koszulka dostawcza o profilu przejścia 3,2F ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.