

Katowice, dn. 01.08.2019r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA URZĄDZEŃ I APARATURY MEDYCZNEJ  
Nr sprawy: ZP-19-082BN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 Pakiet nr 5 Aparat do elektrokoagulacji (diatermia)- 1 sztuka**

Pytanie nr.1 (l. Parametry wymagane) dotyczy poz. 29 (Możliwość pracy z funkcja automatycznej aktywacji tzw. Auto Star (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej )  
Prosimy o weryfikację zapisu z poz. 29, jednocześnie czy zamawiający dopuści dostarczenie diatermii z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto START (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej ?

**Odp.: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w następujący sposób:**

29.	Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej	*Potwierdzić: .....
-----	---	------------------------

**Pytanie 2 Pakiet nr 5 Aparat do elektrokoagulacji (diatermia) - 1 sztuka**

Pytanie nr.2 (l. Parametry wymagane) dotyczy poz. 30 (Możliwość pracy z funkcja automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Star (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej)  
Prosimy o weryfikację zapisu z poz. 30, jednocześnie, czy zamawiający dopuści dostarczenie diatermii z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto STOP (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej)?

**Odp.: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w następujący sposób:**

30.	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej	*Potwierdzić: .....
-----	---	------------------------

Skorygowany Załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie pkt 29 oraz pkt 30 zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/242701>

**Pytanie 3 Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) - Pakiet nr 3 Pompa infuzyjna strzykawkowa - 6 sztuk**

Dotyczy pkt 11: Czy Zamawiający dopuści pompy z funkcją programowania objętości do podania (VTBD) od 0,1 – 999 ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) - Pakiet nr 3 Pompa infuzyjna strzykawkowa - 6 sztuk**

Dotyczy pkt 13: Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem dawki nasycającej. Dawka lub objętość/czas: 0,01-9999 jednostek/1sekundę–24h, automatyczne obliczanie szybkości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 3**

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w §3 ust.15:

„Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usuwania awarii nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Maksymalny czas naprawy przedmiotu zamówienia w przypadku kiedy naprawa wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego 48 godzin w przypadku kiedy naprawa wykonywana jest w siedzibie autoryzowanego serwisu Wykonawcy max. 5 dni roboczych”

zapisem:


„Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usuwania awarii nie później niż w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Maksymalny czas naprawy przedmiotu zamówienia w przypadku kiedy

**ZP-19-082BN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

naprawa wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego 72 godziny w przypadku kiedy naprawa wykonywana jest w siedzibie autoryzowanego serwisu Wykonawcy max. 5 dni roboczych”.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 3 ust. 15 projektu umowy w zakresie Pakietu nr 3.**

  
Z upoważnienia DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa MOLEK

