



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
skr. poczt. 119
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00
email: wsse.lublin@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.12.2024

Lublin, dnia 02.10.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 3

Zamawiający działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1320) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Zakup sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Lublinie**” przekazuje poniżej treść pytania i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść wspomnianych pytań oraz odpowiedzi są następujące:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisu – „szkolenie aplikacyjne 1 dzień (8 roboczegodzin) w siedzibie zamawiającego dla 2 osób” Prosimy o doprecyzowanie czy szkolenie aplikacyjne oprócz etapu przygotowania próbek ma obejmować część analityczną na posiadanym przez Zamawiającego spektrometrze ICP-MS oraz pomoc w ustawieniu metod i interpretacji otrzymanych wyników?

Odpowiedź: Tak, szkolenie aplikacyjne oprócz etapu przygotowania próbek ma obejmować część analityczną na posiadanym przez Zamawiającego spektrometrze ICP-MS oraz pomoc w ustawieniu metod i interpretacji otrzymanych wyników.

Pytanie nr 2

Czy dopuszczą Państwo zaoferowanie w zestawie z mineralizatorem kompatybilnej wagi analitycznej do naważania próbek bezpośrednio do oferowanych wkładów teflonowych naczyń do mineralizacji? Chcielibyśmy podkreślić, że jest to rozwiązanie rekomendowane w przypadku próbek sypkich jak np. mleko w proszku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w zestawie z mineralizatorem kompatybilnej wagi analitycznej do naważania próbek bezpośrednio do oferowanych wkładów teflonowych naczyń do mineralizacji

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisu – „przykrywki naczyń wyposażone w sprężyny”. Prosimy o doprecyzowanie czy sprężyny przykrywek naczyń mają być fabrycznie skalibrowane na wartość ciśnienia maksymalnego charakterystyczną dla oferowanych naczyń wysokociśnieniowych?”

Odpowiedź: TAK sprężyny przykrywek naczyń mają być fabrycznie skalibrowane na wartość ciśnienia maksymalnego charakterystyczną dla oferowanych naczyń wysokociśnieniowych.