



**D.25C/250/ 170 /2023**

**wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY OBŁOŻEŃ I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/2-2rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

**dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

**dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zastąpienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 Zestawu ginekologicznego o składzie:

- - 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm
- - 1 x Serweta ginekologiczna 290 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem kroczoowym przylepnym, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający.
- - 1 x Serweta pod pośladki 75 x 90cm
- - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm
- Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**4. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z etykietą bez piktogramu z poszczególnymi elementami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**5. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bez nadruku nazwy rodzaju podkładu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**6. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści ☐ 1 serwety z miękkiej włókniny kompresowej – 80 x 60cm

☐ 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm

☐ 1 kocyk flanelowy 160 x 80cm

☐ 1 czapeczka bawełnina dla noworodka?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 1:** Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganej chłonności podkładu wymaga przedstawienia karty danych technicznych wystawionej przez producenta podkładu, który wchodzi w skład zestawu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w rozdz. VIII SWZ szczegółowo określił jakich wymaga dokumentów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**8. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści: sterylne serweta chirurgiczna o wymiarach: 180 x 240 cm zamiast 200x240, otwór owal o wymiarach 15x10 cm wypełniony folią chirurgiczną zamiast otwór 12 cm otoczony taśmą lepłą? Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**9. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści: Sterylne serweta chirurgiczna z otworem otoczonym taśmą lepłą o wymiarach: 90 x 150 cm, otwór o średnicy 8 cm? Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści: Sterylne serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm zamiast 79 cm x 145 cm? Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**11. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**



**Zadanie 5 poz. 5:** Zamawiający opisał tylko dwa parametry serwety, czy Zamawiający oczekuje zatem serwety dwuwarstwowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści: Sterylna, nieprzemakalna serweta chirurgiczna o wymiarach 150x180 cm zamiast 150 x 175 cm? Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 6:** Zamawiający opisał tylko dwa parametry serwety, czy Zamawiający oczekuje zatem serwety dwuwarstwowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**14. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści: Sterylna, nieprzemakalna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu min 3-warstwowego z taśmą lepnią, o wymiarach: 150x100 cm zamiast 100 x 100 cm? Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**15. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 7:** Zamawiający opisał tylko dwa parametry serwety, czy Zamawiający oczekuje zatem serwety dwuwarstwowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści: Sterylna serweta operacyjna wykonana o wymiarach: 180 x 240 cm (włóknina min. 12 g/m<sup>2</sup> + folia PE min. 40 µm + włóknina min. 23 g/m<sup>2</sup>)? Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 13:** Czy Zamawiający dopuści: Obłożenie uniwersalne wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego. Skład:

a) serweta - ekran anestetyczny 150 x 240 cm - 1 szt.

b) serwety boczne 75 x 90 cm - 2 szt.

c) serweta dolna 200x170 cm zamiast 175 x 175 cm - 1 szt.

Serwety z dodatkową wstawką wysokochłonną zgodną z wymogami, gramatura 60 g/m<sup>2</sup>

d) osłona na stolik Mayo 80x145 zamiast 79 x 145 cm z warstwą chłonną 76x85 cm zamiast 65 x 85 cm - 1szt

e) ściereczki chłonne z włókniny medycznej 20x40 cm zamiast 18 x 25 cm - 4 szt.

f) dwuwarstwowa taśma lepna 9 x 50 cm - 1 szt.

g) serweta owinięcie 150 x 190 cm przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Wymagania dotyczące serwet:



- wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min włóknina 30 g/m<sup>2</sup> + folia PE min 24 μm
- wytrzymałość na rozerwania na sucho/mokro min 138/120 kPa w strefie krytycznej
- wytrzymałość na penetrację płynów min 152 cm H<sub>2</sub>O na całej powierzchni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 5 poz. 14:** Czy Zamawiający dopuści: Sterylna serweta do owinięcia noworodka wykonana z włókniny na bazie wiskozy i poliestru, posiadająca dużą możliwość absorpcji cieczy zanieczyszczonych, gramatura 40 g/m<sup>2</sup>, charakteryzująca się delikatną strukturą, nie wykazuje działania drażniącego i uczulającego, nie jest cytotoksyczna, i bardzo wysoką chłonnością, o wymiarze 80x60 cm, kolor biały?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 7 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

- a) serweta o wymiarach 180 x 320 cm zamiast 180 x 300 cm wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego. W części centralnej serwety znajduje się prostokątny otwór o wymiarach 35x32 cm zamiast 23 x 33 x 23 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór ten okala worek z usztywnionym poprzez warstwę tworzywa sztucznego brzegiem umożliwiającym łatwe dostosowanie kształtu, przechwytyjący płyny. Worek posiadający zawór do podłączenia drenu - 1 szt.
- e) tupfer gazowy 17-nitkowy, kulka 50 x 50 zamiast 40x50 cm z nitką radiocieniującą, pakowana po 5 szt. - 4 op.,
- f) kleszczyki niebieskie, zamykające się, plastikowe do dezynfekcji o długości 24 cm zamiast 19 cm - 1 szt,
- h) serweta dla owinięcia noworodka 60x80 cm zamiast 77x77 cm - 1 szt,
- i) ściereczka celulozowa wymiar 30 x 40 cm zamiast 18x25 - 2 szt,
- j) pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm zamiast 79x145- 1 szt.

Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**20. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 7 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści Zestaw do porodu fizjologicznego o składzie:

- a) serweta wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarze 90 x 113cm zamiast 85 x 120 cm , chłonna i barierowa na całej powierzchni (na całej powierzchni folia PE min 40 μm + włóknina 30 g/m<sup>2</sup>), oraz zintegrowaną z workiem bez sita przechwytyjącym płyny o wymiarze 90 cm x 27 cm zamiast 82 cm x 79 cm z sztywnikiem który umożliwi prawidłowe uformowanie worka- 1 szt.,
  - b) serweta - owinięcie noworodka z miękkiej włókniny bawełnopodobnej 60x80 cm zamiast 77 cm x 77 cm - 1 szt.
  - i) gaziki ośmiowarstwowe 10x10cm – 20 sztuk (17-nitkowe) zamiast czterowarstwowych 1-nitkowych
- Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie 7 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia krocza o składzie

- c) pęseta chirurgiczna prosta 15 cm, metalowa, jednorazowa - 1 szt.,

Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



**22. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zapytania dot. umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru w godz. od 8.00 do 15.00 (§ 4 ust. 2)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**23. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zapytania dot. umowy:**

Czy terminy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wyrażenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy: „nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem: „nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zapytania dot. umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby informacje, o których mowa w §3 ust. 5 umieszczane były na załączniku do faktury?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym oraz marginesem ułatwiającym otwieranie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 1

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny spunlace o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**27. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 1

Czy zamawiający dopuści chłonność podkładu chłonnego 789 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 1

Czy zamawiający dopuści kocyki ze wzorami dziecięcymi, niekoniecznie zwierzątka?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**29. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 2

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.



- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż zadanie nr 2 dotyczy nożyczek do epistomii.

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m<sup>2</sup> ( włóknina polipropylenowa 28g/m<sup>2</sup> + folia PE 28g/m<sup>2</sup>), z jedną taśmą samoprzylepną w komplecie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm, wykonaną z włókniny spunlance o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną 30x40cm wykonaną z folii PE 65g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści torbę samoprzylepną wykonaną z folii PE 65g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C wykonaną z folii PE 65g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.



**37. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm wykonaną z folii PE 50 g/m<sup>2</sup>, z perforowaną końcówką ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**38. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne osłonki na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych umożliwiające wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lampy w trakcie zabiegu bez obawy o ryzyko utraty sterylności.


Osłonka jednorazowa posiada kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy.

Wysokość samego uchwytu: 8 cm

Wysokość całkowita: 8,5 cm

Średnica otworu: 3 cm

Średnica kołnierza: 13 cm




**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**39. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierzem ochronnym, zapobiegającym przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera ?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**40. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarze 200/260cmx310cm, otwór o wymiarach 30cmx30cm wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem 18 x 16cm oraz torbę do zbiórki płynów ze sztywnikiem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**41. Zapytanie Wykonawcy:**



Zadanie 7, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową 45 x 45 cm, 17-nitkową, 4-warstwową z nitką RTG?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**42. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe do cięcia pępowiny o rozmiarze 12 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**43. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy 17 nitkowy kulka o wymiarze 50cmx50cm z nitką RTG ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**44. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jkesczyki niebieskie 19cm +/-1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**45. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla owinięcia dla noworodka o rozmiarze 75cmx80cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**46. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę chłonną z materiału Spunlace o wymiarze 30cmx30cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**47. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo 79 x 145cm +/-1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**48. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową zintegrowaną o rozmiarze 114cmx150cm z torbą do zbiórki płynów 78cmx80cm o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> (dwuwarstwowy laminat: włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m<sup>2</sup> + folia PE o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**49. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla owinięcia dla noworodka o rozmiarze 75cmx80cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**50. Zapytanie Wykonawcy:**





Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe do cięcia pępowiny o rozmiarze 12 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**51. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gaziki 8-warstwowe, 17-nitkowe o rozmiarze 10cm10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**52. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zestaw z dwiema przyklepnymi etykietami do archiwizacji danych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**53. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**54. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną o rozmiarze 14 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**55. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści klemy okienkowe metalowe jednorazowe o długości 25cm +/-1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**56. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw z dwiema przyklepnymi etykietami do archiwizacji danych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**57. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 7, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**58. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarze 150cmx190cm ze wzmocnieniem 65cmx190cm dwuwarstwowy laminat 70 g/m<sup>2</sup> (folia PE 40g/m<sup>2</sup> + wzmocnienie z włókniny 30g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**59. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 2



Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną o wymiarach 180 x 180 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**60. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne (dolna, górna, 2 boczne) wykonane z dwuwarstwowego laminatu (folia PE oraz włóknina PP) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, dodatkowo posiadające chłonną łąkę z materiału SM o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**61. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 2

Czy zamawiający dopuści wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**62. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 80x145 cm z warstwą chłonną 60cmx145cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**63. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową o wymiarze 30cmx40cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**64. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 5

Czy zamawiający dopuści ręcznik chłonny o wymiarach 30cmx30cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**65. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 6

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace zapięcie typu rzep w okolicy karku, troki wiązane w pasie sztywny kartonik umożliwiający aseptyczną aplikację, wzmocniony na froncie i rękawach dwuwarstwowym laminatem o łącznej gramaturze 40g/m, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 288,9 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**66. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści miskę z polipropylenu 250 ml z podziałką o kolorze niebieskim ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**67. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki blokowane z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**



Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**68. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace zapięcie typu rzep w okolicy karku, troki wiązane w pasie sztywny kartonik umożliwiający aseptyczną aplikację.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**69. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8

Czy zamawiający dopuści fartuch zapakowany z resztą komponentów, jako pierwsza warstwa po rozwinięciu serwety na stolik instrumentariuszki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**70. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści kolorystycznie oznaczenie w postaci różowych kółek na etykiecie głównej bez dodatkowej etykiety bocznej oraz bez kolorowego oznaczenia na kartonie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**71. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150cmx190cm ,obszar chłonny 65cmx190cm o strefie krytycznej 70 g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**72. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści torebkę papierową o rozmiarze 12,5 x 5 x 25,7 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**73. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści dren Redona o rozmiarze 12 Ch o długości 70 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**74. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/- 2cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**75. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/- 2cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**76. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 9



Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną 10 x 50cm wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**77. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończybę o rozmiarze 30cmx80cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**78. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową o rozmiarze 30cm40cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**79. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów o rozmiarze 2cmx22cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**80. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 150cmx250cm wzmocnioną przylepne wycięcie U 7cmx70cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**81. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 16

Czy zamawiający dopuści odporność na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**82. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9, składowa 17

Czy Zamawiający dopuści front fartucha oraz rękawy wzmocnione z włókniny polipropylenowej 25g/m<sup>2</sup> oraz folii PE 15g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 288,9 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**83. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150cmx190cm ,obszar chłonny 65cmx190cm o strefie krytycznej 70 g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**84. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści ściereczki celulozowe o rozmiarze 40cmx40cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**85. Zapytanie Wykonawcy:**



Zadanie 10, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z taśmą samoprzylepną, wzmocnioną o rozmiarze 75cmx90cm, gramatura w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/172 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**86. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 150cmx250cm wzmocnioną przylepne wycięcie U 7cmx70cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**87. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 200cmx260cm z wycięciem U 8,5cmx85cm z odpornością na wypychanie w strefie na sucho/mokro 205,6/ 199,4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 110cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**88. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą 10 x 50cm wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza taśmę lepłą 10 x 50cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**89. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści igłę punkcyjną 22Gx3"(0,7x75)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**90. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10cmx20cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**91. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 10

Czy zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne 11, zamiast 11E?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**92. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły poj 250ml z podziałką przezroczysty ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**93. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową 40cmx30cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.



**94. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30cmx80cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**95. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 25g/m<sup>2</sup> oraz Foli PE 15g/m<sup>2</sup>), wytrzymałość na rozrywanie na sucho 288,9 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**96. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy ze znacznikiem Rtg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**97. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 17

Czy Zamawiający dopuści tacę z polipropylenu o rozmiarze 42cm x 12cm x 5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**98. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10, składowa 18

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki blokowane o rozmiarze 23cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**99. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną o rozmiarze 180cmx150cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**100. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści o rozmiarze 30cmx40cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż pytanie jest nieprecyzyjne.

**101. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści tupfer twardej z gazy z nitką RTG pakowane w torebkę papierową ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**102. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy pakowany w banderolę papierową ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**103. Zapytanie Wykonawcy:**



Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na igły i ostrza z magnesem i pianką z liczbą miejsc 20?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**104. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro 2 x 22cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**105. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy o rozmiarze 30cmx30cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**106. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 24cm +/-1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**107. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o pojemności 120ml o kolorze niebieskim ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**108. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową (włókna polipropylenowa o gramaturze 30g + Folia PE o gramaturze 30g nieprzemakalny laminat o łącznej gramaturze 60g w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wzmocniona SM o gramaturze 80g, oporność na przenikanie płynów 197cm H<sub>2</sub>O, oporność na rozzerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa, o chłonności 600%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**109. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 200cmx270cmx300cm z otworem samoprzylepnym o rozmiarze 25cmx30cmz integrowanymi osłonami na kończyny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**110. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro 2 x 22cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**111. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści o dwustronnie przylepną naklejkę rozmiarze 8,25cmx8,75cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**



Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**112. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 120 ml przezroczysty ? Czy Zamawiający dopuści pojemnik 120 ml niebieski ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**113. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści ręcznik o rozmiarze 30cmx30cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**114. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści o rozmiarze 40cmx30cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż pytanie jest nieprecyzyjne.

**115. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe niebieskie 24cm +/-1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**116. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści tupfer z gazy RTG 17 nitkowy ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**117. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kable video 14cmx250cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

**118. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g o odporności na penetrację 197cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie 180 kPa i na mokro 172kPa o chłonności 680 % ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**119. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE NR 2**

**Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jałowych, jednorazowych, metalowych nożyczek typu Braun-Stadler do epistomii, o długość 14,5 cm, oznakowanych symbolem jednorazowego użytku z jednej strony. Pozostałe parametry nożyczek bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**120. Zapytanie Wykonawcy:**



### ZADANIE NR 3

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych o następującym składzie:

<b>Zestaw ginekologiczny III z workiem zbierającym płyn</b>	
<b>Skład zestawu:</b>	
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) x 280	250/280
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
1 ręcznik celulozowy	30 x 33
Opakowanie dodatkowe - papier krepowany	

Lub

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o powyższym składzie z serwetą na stół Mayo pakowaną oddzielnie, niezależnie od zestawu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### 121. Zapytanie Wykonawcy:

#### ZADANIE NR 11

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do tarczycy zawierał w swoim składzie także matę magnetyczną 40 x 25 cm, gdyż zestaw o takim składzie był przez Państwa testowany?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wymaga w w/w zestawie maty magnetycznej 40x25cm.

### 122. Zapytanie Wykonawcy:

#### Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych dolnych. Skład zestawu:

sterylna serweta w wymiarach 140x190cm

serweta na stół Mayo w wymiarach 80 x 142 cm (pakowana oddzielnie)

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

dwa ręczniki chłonne o wymiarach 20x30 cm

serweta samoprzylepna 90x75 cm

serweta ginekologiczna ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o wymiarach 175/290x242 cm z otworem na krocze 10 x 17 cm i zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka, trokami do fiksacji worka.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

### 123. Zapytanie Wykonawcy:

#### Pakiet 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony chirurgicznej na kończynę o wymiarach 36,5x72cm z taśmą o wymiarach 9x50cm, kolor niebieski.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

### 124. Zapytanie Wykonawcy:

#### Pakiet 4 poz.2



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy w rozmiarze 9x50.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**125. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych, sterylnych worków do liczenia gazików w rozmiarze 52x42 cm, wyposażone w 40 przegródek (5 rzędów, w każdym po 8 przegródek), z taśmą samoprzylepną umożliwiającą zamocowanie. Worki wykonane z przezroczystej folii polietylenowej, wyrób medyczny klasy I s, zgodne z normą EN13485. Opakowanie jednostkowe papier folia, sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 50szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**126. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**127. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego jednorazowego pokrowca na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m<sup>2</sup>), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**128. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4 poz.6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony ramienia C w rozmiarze 105x188 cm ±1 z elastyczną gumką na jednym z końców, trzema zintegrowanymi taśmami lepnymi do mocowania, wykonana z przezroczystej folii PE. Wyrób medyczny klasy I s. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy, zbiorczo pakowane po 20 szt./ karton. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**129. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody o szer. 18 cm oraz dł. 244 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m<sup>2</sup>), z elastyczną końcówką zwężającą się, z rozciągliwą taśmą lepną 1,8x20 cm, dodatkową taśmą lepną do mocowania. Opakowanie jednostkowe torebka typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę



ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**130. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4 poz.8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, uniwersalnej, osłony uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej 15mm do max. 48 mm zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 100mm. Konstrukcja osłony (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony) umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o średnicy od 15mm do max. 46mm o długości max 150mm. Osłony pakowane bezpiecznie potrójnie, jednostkowo w torebkę papierowo foliową z czterema etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej i zbiorczo w 2 worki foliowe, następnie w karton transportowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

*mgr Monika Klause*

