



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 27-02-2020 r.

W.Sz.Z: TZ-280-20/20

dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu i akcesoriów chirurgicznych – 5 zadań

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.1 zamiast opisanego trokaru również możliwość wystartowania z trokaru o parametrach:

Trokar nożowy 11mm z żebrowaną, transparentną kaniulą o dł. 100 mm. Trokar posiada:

- trójstopniowy zawór do insuflacji z zaworem do insuflatora umożliwiającym wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO₂(insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu, desuflacja)
- wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli i grocie
- kierunkowym dwustronnym metalowym ostrzem (obturator) w kształcie litery „V
- dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża
- trokar posiadający wbudowaną uszczelkę (redukcję) 5 -11 mm
- zdejmowalną uszczelkę/redukcję

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.2 zamiast opisanego trokaru również możliwość wystartowania z trokaru o parametrach:

Trokar nożowy 11mm z żebrowaną, transparentną kaniulą o dł. 100 mm. Trokar posiada:

- trójstopniowy zawór do insuflacji z zaworem do insuflatora umożliwiającym wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO₂(insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu, desuflacja)
- wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli i grocie
- kierunkowym dwustronnym metalowym ostrzem (obturator) w kształcie litery „V
- dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża
- trokar posiadający wbudowaną uszczelkę (redukcję) 5 -11 mm
- zdejmowalną uszczelkę/redukcję

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zadaniu nr 2. W obu pozycjach parametry wskazują na ten sam rodzaj trokaru.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.2 zamiast opisanego trokaru również możliwość wystartowania z trokarem o parametrach:

Trokar bezostrzowy 11mm, żebrowaną, transparentną kaniulą o dł. 100 mm. Trokar posiada:

— trójstopniowy zawór do insuflacji z zaworem do insuflatora umożliwiającym wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2(insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu, desuflacja)

– zdejmowalną uszczelkę/redukcję

– wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli i grocie

– kierunkowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek

- trokar posiadający wbudowaną uszczelkę (redukcję) 5 -11 mm.

Odpowiedź:

Tak, nastąpiła omyłka pisarska w poz. 2 w związku z tym, Zamawiający zamieści aktualny załącznik Nr 2/2 na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza opisanego powyżej trokaru.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 2/2 poz. 2. Poprawiony Załącznik z uwzględnieniem dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej informacji i zostaje umieszczony na stronie internetowej – www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

W trybie art. 18 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

p.o. KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wittruch-Krajeńska

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Trokar nożowy o średnicy 5 - 11mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie zębrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm, posiadający uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli, ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V w postaci mikronoża przecinającego powłoki o szerokości 3 mm; ekspozycja mikronoża w jamie brzusznej 3 - 5 mm: – dźwiękową i wzrokową aktywację noża – wbudowaną redukcję 5mm-11mm		600	Szt.					
2	Trokar nożowy o średnicy 5mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie		600	Szt.					

zębrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm, posiadający uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli, ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V w postaci mikronoża przecinającego powłoki o szerokości 3 mm; ekspozycja mikronoża w jamie brzusznej 3 - 5 mm:
 – dźwinkową i wzrokową aktywację noża –
 wbudowaną redukcję 5mm

Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....

data

.....
 podpis Wykonawcy