

Międzychód, dnia 06.10.2023r.

AG/ZP-18/2023

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZAPYTANIA DO SWZ**
w postępowaniu przetargowym pn.

**DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
NA BLOK OPERACYJNY**

w ramach projektu pn.:

„Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych” w ramach osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Nr sprawy: AG/ZP-18/2023)

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniem do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie 1

W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 15 grudnia 2023 r.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.

Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 15 grudnia oraz ujednoczenie zapisów w umowie w paragrafie 3 pkt 1.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ pkt 3

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisu kontakt zdalny, telefoniczny?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, potwierdzony pocztą elektroniczną.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ pkt 4

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych

(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ pkt 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie. Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Oprócz tego wymagane jest również uzyskanie pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje teść załącznika nr 5 do swz w następujący sposób (dotyczy wyłącznie pakietu 1):

Jest:

4.	Maksymalny czas naprawy / ilość dni roboczych, podać – nie więcej niż 7 dni/ Wymagany aparat/sprzęt zastępczy w okresie naprawy	
----	---	--

Po zmianie:

4.	Maksymalny czas naprawy / ilość dni roboczych, podać – nie więcej niż 7 dni/ Wymagany aparat/sprzęt zastępczy w okresie naprawy	
----	--	--

Pytanie 5

Dotyczy SWZ, Pkt XIX INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego?

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z SWZ.

Zamawiający na podstawie wypełnionego załącznika określającego oferowane parametry technicznej dokona oceny oferty na podstawie kryterium oceny oferty: **PARAMETRY TECHNICZNE – 20%**

Pytanie 6

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8**Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SWZ

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Stosowne zmiany ujęte zostały w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. (w załączeniu)

Dokument został podpisany przez Dyrektora Bartosza Grobelnego