



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12  
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl  
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dnia 17.05.2019 r.

## Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa wyrobów medycznych (wskaźniki do kontroli sterylizacji, opakowania sterylizacyjne)** Nr ogłoszenie nr 535744-N-2019, opublikowane w dnia 10.04.2019 r.  
**Znak sprawy PN 21/2019**

### Szanowni Państwo

W 24.04.2019 roku odbyło się otwarcie ofert.

Wpłynęły następujące oferty:

#### Oferta 1

Media-MED Sp. z o.o.

ul. Promienistych 7

31-481 Kraków

**Pakiet 4** z ceną netto 42.02,00 zł, brutto 45.742,56 zł

**Łączna liczba punktów: 86,79**

#### Oferta 2

3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117, Kajetany

05-830 Nadarzyn

**Pakiet 5** z ceną netto 54.408,00 zł, brutto 59.113,44 zł

#### Oferta 3

STERIGAT Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1

02-989 Warszawa

**Pakiet 2** z ceną netto 131.779,16 zł, brutto 144.842,89 zł

**Pakiet 3** z ceną netto 64.132,25 zł, brutto 70.016,49 zł

**Pakiet 4** z ceną netto 36.641,40 zł, brutto 39.700,21 zł

**Oferta w zakresie Pakietu Nr 4 została przez Zamawiającego odrzucona.**

**Podstawa prawna:** Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2017.10.16 – dalej: uPzp). Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne:** W zapisach SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 4 poz. 5) Zamawiający wymagał Uchwyt wielokrotnego użytku do testów, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego z poz.1,umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. **Otwierany w postaci klipsa.** Nie uszkadzający substancji testowej przy wkładaniu. Produkt zaoferowany przez firmę Sterigat Sp. z o.o. nie jest przyrządem w postaci klipsa, a uchwytem w który arkusz testowy należy wsunąć co może powodować uszkodzenie substancji testowej.

Pakiet 1- brak ofert

**Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

#### Oferta 1

Media-MED Sp. z o.o.

ul. Promienistych 7

31-481 Kraków

**Pakiet 4** z ceną netto 42.02,00 zł, brutto 45.742,56 zł  
**Łączna liczba punktów: 100**

**Oferta 2**

3M Poland Sp. z o.o.  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn

**Pakiet 5** z ceną netto 54.408,00 zł, brutto 59.113,44 zł  
**Łączna liczba punktów: 100**

**Oferta 3**

STERIGAT Sp. z o.o.  
ul. Zaściankowa 50/1  
02-989 Warszawa

**Pakiet 2** z ceną netto 131.779,16 zł, brutto 144.842,89 zł  
**Pakiet 3** z ceną netto 64.132,25 zł, brutto 70.016,49 zł  
**Łączna liczba punktów Pakiet 2 i 3: 100**

**W związku wystąpieniem przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie w pakiecie nr 1.**

**Uzasadnienie wyboru** – Wybrane oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – spełniały kryteria zawarte w SIWZ (uzyskały najwyższą liczbę punktów).  
Przewidywany termin zawarcia umów zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.1 i 2 Ustawy Pzp.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI  
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI  
„STOCER” Sp. z o.o.

Piotr Papaj

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji .- dostawa wyrobów medycznych (wskaźniki do kontroli sterylizacji, opakowania sterylizacyjne.) **Znak sprawy: PN -21/2019 r.**

Otrzymałem ( podać ilość stron ): .....Data otrzymania: .....

Podstawa prawna: art. 27.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U z 2018 r. poz. 1986.)

Uprawniony przedstawiciel wykonawcy – pieczęć z podpis