

Nr sprawy D25M/251/N/39-71rj/20

Gdynia, dnia 02.02.2021 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup akcesoriów jednorazowego użytku wraz z dzierżawą urządzeń dla Oddziału Okulistycznego”.

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz Dz. U. z 2020 poz. 288, 1086 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1 - Dotyczy pakietu nr 2 Laser okulistyczny siatkowy:

Czy pod nazwą Lp 4. Laser okulistyczny siatkowy zamawiający miał na myśli laser okulistyczny siatkówkowy?

Odp.: Zamawiający miał na myśli laser okulistyczny siatkówkowy.

Pytanie nr 2 - Dotyczy pakietu nr 2 Laser okulistyczny siatkowy:

Czy Zamawiający dopuści laser siatkówkowy multispot w zestawie z lampą szczelinową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza laser siatkówkowy multispot w zestawieniu z lampą szczelinową.

Pytanie nr 3 - Dotyczy pakietu nr 2 Laser okulistyczny siatkowy:

Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny siatkówkowy o następujących parametrach

Lp 4.2 moc: 1500mW przy tkance, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza laser o opisanym w pytaniu parametrze, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. Zamawiający zmienił opis przedmiotu w zakresie pakietu nr 2. Prosimy zapoznać się ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia i zestawieniem parametrów technicznych- wymaganych dla pakietu nr 2.

Pytanie nr 4 - Dotyczy pakietu nr 2 Laser okulistyczny siatkowy:

Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny siatkówkowy o następujących parametrach

Lp 4.3 czas trwania impulsu; od 0,01s do ciągłego, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza laser o opisanym w pytaniu parametrze, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. Zamawiający zmienił opis przedmiotu w zakresie pakietu nr 2. Prosimy zapoznać się ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia i zestawieniem parametrów technicznych- wymaganych dla pakietu nr 2.

Pytanie nr 5 - Dotyczy pakietu nr 2 Laser okulistyczny siatkowy:

Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny siatkówkowy o następujących parametrach

Lp 4.4 interwał powtórzeń: 0,1-0,2-0,3-0,5 i 0,7s i impuls pojedynczy, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odp.: Zamawiający zmienił opis przedmiotu w zakresie pakietu nr 2. Prosimy zapoznać się ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia i zestawieniem parametrów technicznych- wymaganych dla pakietu nr 2.

Pytanie nr 6 - Dotyczy pakietu nr 2 Laser okulistyczny siatkowy:

Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny siatkówkowy o następujących parametrach
Lp 4.5 chłodzenie: ogniwo Peltier'a, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Zamawiający zmienił opis przedmiotu w zakresie pakietu nr 2. Prosimy zapoznać się ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia i zestawieniem parametrów technicznych- wymaganych dla pakietu nr 2.

Pytanie nr 7 - Dotyczy pakietu nr 2 Laser okulistyczny siatkowy:

Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny siatkówkowy o następujących parametrach

Lp 4.9 regulacja ustawień lasera w postaci ekranu dotykowego, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza regulację ustawień lasera w postaci ekranu dotykowego, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. Zamawiający zmienił opis przedmiotu w zakresie pakietu nr 2. Prosimy zapoznać się ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia i zestawieniem parametrów technicznych- wymaganych dla pakietu nr 2.

Pytanie nr 8 - Dotyczy pakietu nr 2:

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści laser mocą na wyjściu do 2000mW i regulacją ustawień lasera na panelu dotykowym, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Zamawiający dopuści laser z mocą na wyjściu do 2000mW i regulacją ustawień lasera na panelu dotykowym, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 9 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.3 dopuści mikroskop w którym soczewka zainstalowana jest na wysokości źródła światła?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop w którym soczewka zainstalowana jest na wysokości źródła światła.

Pytanie nr 10 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.7 dopuści okular główny z regulacją kąta nachylenia 10 – 50 stopnia UltraLow III z wyjątkowo niską wysokością patrzenia oraz regulacją kąta i wysokości patrzenia?

Odp.: Zamawiający dopuści okular główny z regulacją kąta nachylenia 10-50 stopni UltraLow III z wyjątkowo niską wysokością patrzenia oraz regulacją kąta i wysokości patrzenia.

Pytanie nr 11 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.11 dopuści przełącznik nożny wielofunkcyjny bezprzewodowy, 12-14 funkcyjny wodoszczelny?

Odp.: Zamawiający dopuści przełącznik nożny wielofunkcyjny bezprzewodowy, 12-14 funkcyjny wodoszczelny.

Pytanie nr 12 – Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.12 dopuści mikroskop z możliwością ustawienia głowicy w zakresie +15 do -50 stopni?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop z możliwością ustawienia głowicy w zakresie +15 do -50 stopni.

Pytanie nr 13 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.3 dopuści mikroskop z soczewką zainstalowaną na wysokości źródła światła?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop z soczewką zainstalowaną na wysokości źródła światła.

Pytanie nr 14 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.5 dopuści mikroskop z manualnymi hamulcami poszczególnych przegubów ramienia mikroskopu realizowanych za pomocą pokręta?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop z manualnymi hamulcami poszczególnych przegubów ramienia mikroskopu realizowanych za pomocą pokręta.

Pytanie nr 15 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.7 dopuści okular główny z regulacją kąta nachylenia 10– 50 stopnia UltraLow III z wyjątkowo niską wysokością patrzenia oraz regulacją kąta i wysokości patrzenia?

Odp.: Zamawiający dopuści okular główny z regulacją kąta nachylenia 10-50 stopni UltraLow III z wyjątkowo niską wysokością patrzenia oraz regulacją kąta i wysokości patrzenia.

Pytanie nr 16 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy zamawiający w punkcie 1.1.11 dopuści przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy 12 funkcyjny wodoszczelny?

Odp.: Zamawiający dopuści przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy 12 funkcyjny wodoszczelny.

Pytanie nr 17 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.12 dopuści mikroskop z możliwością ustawienia głowicy $\pm 5^\circ$ ręczna regulacja precyzyjna?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop z możliwością ustawienia głowicy $\pm 5^\circ$ ręczna regulacją precyzyjną.

Pytanie nr 18 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.13 dopuści mikroskop bez ekranu sterującego na wysokości oczu operatora? Ekran sterujący jest wbudowany z boku ramienia mikroskopu?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop bez ekranu sterującego na wysokości oczu operatora.

Pytanie nr 19 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający w punkcie 1.1.14 dopuści mikroskop bez dodatkowego ekranu dotykowego z możliwością sterowania funkcjami mikroskopu?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop bez ekranu dotykowego z możliwością sterowania funkcjami mikroskopu.

Pytanie nr 20 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z możliwością zaprogramowania parametrów dla 4 użytkowników?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop z możliwością zaprogramowania parametrów dla 4 użytkowników.

Pytanie nr 21 - Dotyczy pakietu nr 1 zadanie nr 1: Mikroskop, pkt. 1.1.2:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop o ogniskowej soczewki głównej 200 mm (zamiast 175 mm) wraz z soczewką redukcyjną do BIOM 200 mm?

Odp.: Zamawiający dopuści mikroskop o ogniskowej soczewki 200 mm wraz z soczewką redukcyjną do BIOM 200 mm.

Pytanie nr 22 - Dotyczy pakietu nr 1, zadanie 2, pkt 2.1.14:

Czy Zamawiający ma na myśli wbudowany laser 532 nm zgodnie z pkt 2.2.2 (zamiast 5323 nm)?

Odp.: Zamawiający ma na myśli laser 532 nm zgodny z punktem 2.2.2

Pytanie nr 23 - Dotyczy pakietu 1, zadanie 3, Pkt 3 B i 3C:

Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie kaniuli soft tip 23 G (zamiast 25G) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza kaniule soft tip 23G.

Pytanie nr 24 - Dotyczy pakietu 1, zadanie 3, pkt 3F:

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów w pkt 3F jest oświetlacz żyrandolowy, natomiast w pkt 3F-1 jest oświetlacz z żyrandolem.

Odp.: Zamawiający zgadza się na ujednoczenie zapisu w pkt 3F i w pkt 3F-1, który będzie brzmiał „oświetlacz żyrandolowy”. Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania w zakresie zadania nr 3 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 25 - Dotyczy pakietu 1, zadanie 2, pkt. 2.1.6:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, czy Zamawiający wymaga „system utrzymujący stabilne w gałce ocznej” miał na myśli ciśnienie.

Odp.: Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie zapisu zgodny z zamysłem czyli: system utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej.

Pytanie nr 26 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 20% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.”?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie realizacji zamówień na poziomie 75% jest niewystarczające dla prawidłowego oszacowania ryzyka i racjonalnego skalkulowania oferty, Wykonawca prosi, aby poziom ten podnieść do 80%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy są standardowe dla Zamawiającego.

Pytanie nr 27 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4¹ ust. 14-16 w następującym brzmieniu:

*„14. Wykonawca zapewni przyjazd serwisu do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię aparatów w terminie 3 dni roboczych od dnia **przystąpienia do usuwania awarii**.*

*15. W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany urządzenia w terminie do 7 dni **roboczych od dnia stwierdzenia takiego uszkodzenia**. W przypadku, gdy termin ten nie będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgadniają termin, w którym nastąpi wymiana wadliwej aparatury.*

16. W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatu trwającej dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zapewni aparat zastępczy w ciągu 2 dni roboczych licząc od upływu terminu do dokonania naprawy.”?

Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi, aby kluczowe terminy umowne były określane w dniach roboczych, gdyż nie pracuje on w dni wolne od pracy. Ponadto takie rozwiązanie stawia go w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji;
- Umowa powinna precyzować, że Wykonawca ma 2 dni robocze na przystąpienie do usuwania awarii, a następnie kolejne 3 dni robocze na dokonanie naprawy;
- Wymiana urządzenia na inne powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia, że naprawa nie jest możliwa;
- Wykonawca prosi o doprecyzowanie terminu podstawienia urządzenia zastępczego, który powinien wynosić 2 dni robocze licząc od upływu terminu do usunięcia usterki;

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 2 - 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „2. W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia;
- wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamowanego asortymentu, z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- a) dostarczenia towaru złej jakości,
- b) dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,
- c) dostarczenia towaru ze zwłoką ponad 5 dni,
- d) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 4.”?

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadne jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie był liczony od dnia doręczenia mu tego asortymentu;
- Odmowa odebrania dostawy powinna być dopuszczalna tylko w przypadku zwłoki, czyli takiej nieterminowej dostawy, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający nie powinien wyciągać negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w sytuacji, gdy brak terminowego zrealizowania obowiązku umownego wynika z sytuacji niezawinionych przez Wykonawcę;

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy są standardowe dla Zamawiającego.

Pytanie nr 29 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości **netto niedostarczonych w terminie towarów** za każdy dzień **zwłoki** w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
- b) niedochowania terminów określonych w § 5 lub § 4¹ ust. 5, 14, 15 lub 19 niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wartości **netto** wadliwej dostawy za każdy dzień **zwłoki**;
- c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości **netto** niezrealizowanej części Umowy,
- d) **zwłoki** w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 lub § 4¹ ust. 21 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień **zwłoki**.”?

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

Uzasadnienie:

- Kara umowna naliczona w przypadku nieterminowej dostawy powinna być oparta na wartości niedostarczonych w terminie wyrobów, a nie całej dostawy, bowiem jej część może zostać doręczona prawidłowo;
- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania Wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się pojęciem „zwłoki”;
- Prosimy o obniżenie kary umownej za niedostarczenie dokumentów do 50 zł dziennie, wyższa kwota jest zbyt wygórowana;

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy są standardowe dla Zamawiającego.

Pytanie nr 30 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 10% łącznej wartości netto przedmiotu umowy, a za poszczególne uchybienie – 10% wartości netto danych wyrobów.*”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma pełnić funkcję odszkodowawczą i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, zasadnym jest więc obniżenie górnego limitu naliczania kar. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Ponadto Wykonawca uważa, że powinien obowiązywać górny limit naliczania kar umownych za dane uchybienie, w przeciwnym wypadku kara umowna mogłaby przekroczyć wartość danej dostawy, co byłoby niesprawiedliwe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy są standardowe dla Zamawiającego.

Pytanie nr 31 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §6 projektu umowy ustępu nr 4?

Uzasadnienie:

Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii nie jest możliwe dokonywanie potrąceń należności zaistniałych w związku z realizacją umów zawartych na podstawie ustawy PZP.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy są standardowe dla Zamawiającego i będą obowiązywać także po ustaniu stanu epidemii, co nie wyklucza obowiązywania i zastosowania w danym wypadku art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Pytanie nr 32 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zmian do §8 projektu umowy tak, aby **aktualna stawka VAT była stosowana automatycznie bez konieczności zawierania do umowy przy niezmienionej cenie netto?**

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek VAT składający się na cenę brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem, strony niniejszej umowy nie mają żadnego wpływu na wysokość tego podatku. Zasadnym jest, aby nowa stawka była stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy są o aneksowaniu umowy są standardowe dla Zamawiającego oraz zgodne z przepisami prawa.

Pytanie nr 33 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §9 projektu umowy ustępu nr 2?

Uzasadnienie:

W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy i jest to wystarczająca sankcja. Realizowanie dostaw od przedmiotu trzeciego na koszt Wykonawcy jest nieuprawnione, gdyż prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy są standardowe dla Zamawiającego.

Pytanie nr 34 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- a) **pięciokrotnej realizacji istotnych postanowień Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,**
- b) **podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nZamwiałajacy informuje również o n Umowy, chyba że wyższa cena została naliczona na skutek błędu systemu lub oczywistej omyłki – w takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie dokona stosownej korekty,**
- c) **innej nienależytej realizacji istotnych postanowień Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.”?**

Uzasadnienie:

- Rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością, z uwagi na to, że ma być zawarta na 36 miesięcy, Wykonawca prosi o zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień. Ponadto powinny być to naruszenia istotne;

- Nie można wykluczyć, że cena zostanie naliczona błędnie na skutek problemów z systemami komputerowymi Wykonawcy lub zwyczajnej omyłki, w takiej sytuacji rozwiązanie umowy nie powinno być dopuszczalne, a Wykonawca powinien być zobowiązany do dokonania korekty;

Odp.: Zamawiający łagodzi/zmienia zapisy w następujący sposób:

1. *Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku*
 - a) *realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,*
 - b) *podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn Umowy po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do korekty cen,*
 - c) *innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.*

Informacja o zmianie zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zawartego w rozdz. III SIWZ opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ zawierającego zestawienie parametrów technicznych- wymaganych w zakresie pakietu 2 a także w zakresie pakietu nr 1 zadania nr 2 i 3.

W załączeniu Zamawiający publikuje ujednocioną SIWZ oraz załącznik nr 2 z wprowadzonymi modyfikacjami.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a Zamawiający informuje, iż w związku z opisanymi powyżej zmianami w zakresie zapisów SIWZ dokonał również zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający zamieszcza również ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 02.02.2021 r.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Ossowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska