



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 14-09-2020 r.

SPZOZ-IV-ZP-237-2020

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/37/20

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

I grupa pytań:

- Pytanie nr 1 – dotyczy pakiet 1 poz. 1-7. Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu nr 1 na poszczególne pozycje. Pragniemy nadmienić, iż rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. w związku z tym, każda pozycja w części (pakiecie) nr 1 stanowi od teraz osobną część zamówienia.

- Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet 1 poz. 2, 4, 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2,4,6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

- Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych na gumki typu IIR o wymiarach 95mm x 175mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Pytanie nr 4 – dotyczy pakiet 1 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m², złożonego w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 troki wewnętrzne połączone kartonikiem, przy szyi zapinany na rzep. Rozmiar rzepów 3,5 x 2,5cm i 3,5 x 10 cm dla rozmiaru M oraz 3,5 x 12,5cm dla rozmiaru L-XXL. Fartuch posiada miękkie, poliestrowe mankiety o długości 7cm. Całość zestawu owinięta w papier krepowy.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Na zewnętrznym opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30,5 x 34cm z celulozy o gramaturze 55g/m². Oznaczenie rozmiaru i rodzaju fartucha widoczne przy złożonym fartuchu. Oferowane rozmiary:

- M – 125cm;
- L – 135 cm;
- XL – 145cm;
- XXL – 155 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Pytanie nr 5 – dotyczy pakiet 1 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wizytacyjnego wykonanego z włókniny. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Fartuch w rozmiarze uniwersalnym – długość fartucha około 115cm; szerokość około 137 cm; długość paska około 160cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

II grupa pytań:

1. Czy Zamawiający dopuści w części zamówienia nr 1.2 maseczki o wskazanych parametrach, badaniach w wielkości kartonika zbiorczego 50 szt? z przeliczeniem właściwym dla 1op=100 sztuk? Pozwoli to Wykonawcą złożyć konkurencyjne oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. Należy wpisać w ofercie zaoferowaną ilość szt w 1 op. handlowym.

2. Czy pozycje 1.6 i 1.7 są tożsame pod względem wymogów?

Odpowiedź: Część 1.6 to fartuch barierowy a część 1.7 to fartuch ochronny (fizelinowy), więc nie są tożsame pod względem wymogów.

3. W części 1.6 i 1.7 Czy Wykonawca może zmienić opis i wyliczenia np. pod opakowanie zbiorcze, które ma np.: 20 sztuk czy Zamawiający wymaga, aby każdy fartuch był w oddzielnym opakowaniu?

Odpowiedź: Wykonawca nie może zmienić opisu wymaganego wyrobu. Wykonawca może zaoferować op. handlowe np. 20 szt. Należy wskazać to w ofercie. Nie wymaga się osobnego (pojedynczego) pakowania fartuchów.

III grupa pytań:

Załącznik nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1.2 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w I grupie pytań.

SPZOZ



LUBLINIEC

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Załącznik nr 1, poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski medyczne typu II, zgodne z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1, wykonane z 3 warstw włókniny polipropylenowej, posiadające wkładkę modelującą za pomocą której można je dopasować do nosa użytkownika, wyposażone w elastyczne „ucho” z delikatnej, miękkiej włókniny, gwarantującej komfort użytkowania, kolor niebieski, rozmiar 17,5 x 9,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Załącznik nr 1. Poz. 1.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski pakowane a50szt ? Ilości zostaną adekwatnie przeliczone.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Załącznik nr 1. poz. 1.2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww. Na etapie składania ofert nie wymaga się składania ww. dokumentów. Zamawiający może wezwać do dostarczenia ww. dokumentów po otwarciu ofert.

Załącznik nr 1. poz. 1.2: Czy Zamawiający wymaga złożenia na potwierdzenie parametru: Zgodność z normą PN-EN 14683 raportu z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ?

Odpowiedź: Na etapie składania ofert nie wymaga się składania ww. dokumentów. Zamawiający może wezwać do dostarczenia ww. dokumentów po otwarciu ofert.

Załącznik nr 1. poz. 1.2: Czy Zamawiający wymaga aby szerokość maski po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy wynosiła 18 cm +/-0,5cm. ? Maski, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka - maski wąskie mało stabilnie trzymają się na podbródku, podciągając się w kierunku ust

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. szerokość maski.

IV grupa pytań:

Pytanie 1: Zamawiający wymaga wyrobów opisanych szeregiem różnych parametrów. Aby mieć pewność, że oferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty dokumentów je potwierdzających. Czy Zamawiający wymaga dla asortymentu z Części nr 3 (Fartuch barierowy wielokrotnego użytku) załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.:

- gramaturę,
- skład,
- odporność na przenikanie cieczy,
- zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie?

Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi w SIWZ.

Odpowiedź: Na etapie składania ofert nie wymaga się składania ww. dokumentów. Zamawiający może wezwać do dostarczenia ww. dokumentów po otwarciu ofert.

Pytanie 2: Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert określił termin realizacji zamówienia. Najwyżej punktowany jest termin 4 dni roboczych, najniżej zaś 5 dni roboczych. W przypadku wyrobów wielkorazowego użytku podane terminy są mało realne na przygotowanie asortymentu wysokiej jakości. Dodatkowo w zakresie Części nr 3 wyroby należy oznakować nadrukiem. Chcielibyśmy zauważyć, iż ocena jakościowa powinna faktycznie mieć wpływ na jakość oferowanego asortymentu, a tak krótki termin realizacji uniemożliwia przygotowanie jakościowego towaru. Ponadto panujący obecnie stan epidemiczny w Polsce i na Świecie sprawia, że wielu producentów bielizny zмага się z opóźnieniami w dostawach surowców, a co za tym idzie z brakami zapasów magazynowych. Przewidywana jest również tak zwana druga fala epidemii, co może powodować dodatkowe, nieznanne na dzień składania ofert, utrudnienia związane z dostępem do tkanin. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia od minimum 10 dni do maksimum 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz modyfikację oceny punktowej w kryterium terminu realizacji w zakresie Części nr 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww., w związku z tym tylko w zakresie części nr 3 następuje zmiana kryterium oceny ofert, na następujący:

1) *Cena – max 60 pkt*

$$\frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt} =$$

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

2) *Termin dostawy zamówionej partii towaru – 40 pkt*

- a) *za zaoferowanie 10 dniowego (dni robocze) terminu dostawy – 40 pkt,*
- b) *za zaoferowanie 14 dniowego (dni robocze) terminu dostawy – 0 pkt.*

Wykonawca winien to uwzględnić wypełniając ofertę na część nr 3 (załącznik nr 1 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie wypełni kryterium oceny ofert w zakresie terminu dostawy – przyjmuje się, że zaoferował 14 dniowy (dni robocze) termin dostawy i otrzyma 0 pkt w tym zakresie.



SPZOZ
LUBLINIEC

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



ISO 9001



AC 014
QMS, EMS
BHP

Uwaga: w związku z wprowadzoną zmianą do SIWZ, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy to:

Termin składania ofert: do 2020-09-21, do godziny: 12:00,
Termin otwarcia ofert: 2020-09-21, godzina: 12:10,

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzimierz Charchuła

Sporządził: Piotr Mastalerz

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
mgr inż. Piotr Mastalerz