

## Zadanie\_34

Zadanie	Charakterystyka preparatu	Aktywność bójcza	Ilość w op	J.m.	Ilość op	Cena netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent
34a	Preparat, zawierający aldehyd glutarowy, do maszynowej, chemiczno – termicznej dezynfekcji endoskopów Olympus w temperaturze do 60°C, w myjniach ETD 3 PLUS GA (firmy Olympus) ; wymagana opinia producentów myjni i endoskopów.	Spektrum działania : B (w tym Tbc), F, V – do 5 min.	5000 ml	op.	30	186,00	5 580,00	8%	6 026,40	Neodisher endo CLEAN - 5l	DR. WEIGERT
34b	Środek enzymatyczny do maszynowego mycia endoskopów w myjniach ETD 3 PLUS GA (firmy Olympus), nie zawierający soli kwasów organicznych, kompatybilny z endoskopami Olympus, wymagana opinia producentów myjni i endoskopów.		5000 ml	op.	30	225,00	6 750,00	8%	7 290,00	Neodisher endo SEPT GA - 5l	DR. WEIGERT
							<b>12 330,00</b>		<b>13 316,40</b>		