



Znak: AE/ZP-27-41/20

Tarnów, 2020-07-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętnicznej na gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy pozycji nr 3 Formularza Cenowego Pakiet Nr 1 Załącznik Nr 1 w powiązaniu z punktem nr 8 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia. Prosimy o ponowne rozważenie dopuszczenia próbki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z 4-miesięcznym okresem ważności?
2. Dotyczy pozycji nr 5 Formularza cenowego Pakiet Nr 1 Załącznik Nr 1. Prosimy o ponowne rozważenie i o dopuszczenie próbki z heparyną litową o objętości 2 ml lub 4 ml?
3. Dotyczy pozycji nr 7 Formularza cenowego Pakiet Nr 1 Załącznik Nr 1. Prosimy o ponowne rozważenie i dopuszczenie w tej pozycji igły motylkowej systemowej o długości drenu 17,8 cm i o pozostałych wymaganych parametrach?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 próbki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z 4-miesięcznym okresem ważności, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 próbki z heparyną litową o objętości 2ml lub 4 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 7 igły motylkowej systemowej o długości drenu 17,8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 20.07.2020r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 20.07.2020r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie X.1, XI.1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok

