

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stożecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYGKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie i przegląd serwisowy czujników RTF-CTw wraz z sondami oraz przegląd serwisowy rejestratora temperatury RTF sd systemu bezprzewodowej rejestracji temperatur chłodziarek oraz zamrażarek.

Ilość czujników RTF-CTw – 10 szt.

Ilość sond:

- 6 szt. dla zakresu temperatur 2-8°C

- 9 szt. dla zakresu temperatur (-15) – (-25)°C

RAZEM: 15 sond

Dla każdego zakresu temperatur dwa punkty pomiarowe wzorcowania:

- dla zakresu temperatur 2-8°C: 0°C i 10,0°C (wg ostatniego wzorcowania)

- dla zakresu (-15) – (-25°C): (-14,0)°C i (-18,0)°C (wg ostatniego wzorcowania)

RAZEM: 30 punktów pomiarowych.

Laboratorium wzorcujące powinno być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wzorcowania muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie obejmującym planowane wzorcowanie lub przez Główny Urząd Miar.

STARSZY TECHNIK
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
M. Plebanska
Martyna PLEBANSKA

SPECJALISTA
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
M. Lewiński
mł. at. Marek LEWIŃSKI