

**Zamawiający:**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU

ul. E. Orzeszkowej 1, 80-208 Gdańsk

NIP 9570731538, Regon 190597157

<http://www.pogotowie.gdansk.pl>

Gdańsk 17.09.2024

ZP/TP/06/2024

**WYJAŚNIENIA SWZ nr 1  
ZMIANA SWZ nr 1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH/LEKÓW**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **2024-06-26 pod nr: 2024/BZP 00382836/01**

**Ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone 2024-09-11 pod nr: 00495251/01**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców. Niniejsze wyjaśnienia na zapytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

**PYTANIE 1.**

Pakiet 5, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików.

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

**PYTANIE 2.**

Pakiet 5, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane w saszetkach o wymiarach 5 x 4,9 cm. Gaziki o wymiarze 3,3 x 3 cm złożony i 6,5 x 3 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Wyrób medyczny klasy I. Każdy gazik pakowany w osobną saszetkę, pakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk gazików

**ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

### **PYTANIE 3.**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.  
Lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

Lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

### **ODPOWIEDŹ 3**

W § 6 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### **PYTANIE 4**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.  
lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

Lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

### **ODPOWIEDŹ 4**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

**PYTANIE 5**

Do §2 ust. 15 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku braku leku u Wykonawcy na podstawie uzyskanego powiadomienia, lub w przypadku 24 godzinnej zwłoki w terminie dostawy, w wyniku których Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamówienia tego leku u dowolnego dostawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytułu kosztami, jedynymi roszczeniami Zamawiającego będzie żądanie pokrycia RÓŻNICY kosztów nabycia interwencyjnego, w szczególności różnicy pomiędzy ceną nabycia towaru u innego podmiotu, a ceną określoną w umowie, jeśli cena zapłacona przez Zamawiającego będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie?

**ODPOWIEDŹ 5**

Tak. Zgodnie z postanowieniami ust.14 § 2

**PYTANIE 6**

Do treści §6 ust.2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

**ODPOWIEDŹ 6**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

**PYTANIE 7**

Do §11 prosimy o dodanie :”...w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §11 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych”.

**ODPOWIEDZ 7**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

### **PYTANIE 8**

Dot. par. 2 ust. 5 umowy – Prosimy o zwolnienie dostaw pasków do glukometru (Pakiet 4) z obowiązku dostaw na cito w soboty i dni ustawowo wolne od pracy

### **ODPOWIEDZ 8**

§ 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

PAKIET 1,2,3,5,6,7\*

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkty farmaceutyczne/leki **w trybie tzw. „na cito”** w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia bieżącego/częściowego, przez Zamawiającego do Wykonawcy, w każdy dzień włącznie z sobotami i dniami ustawowo wolnymi od pracy.

PAKIET 4\*

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkty farmaceutyczne/leki **w trybie tzw. „na cito”** w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia bieżącego/częściowego, przez Zamawiającego do Wykonawcy, w każdy dzień, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

### **PYTANIE 9**

Pakiet 1, Pozycja 27, Corhydron 100 mg x 5 fiolek z proszkiem + amp. Wody do wstrzykiwań: Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka 10 ml, bez rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań), która jest powszechnie dostępna i stosowana w szpitalach do przygotowywania m.in. antybiotyków, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wyrażenie zgody spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty dla szpitala.

### **ODPOWIEDZ 9**

Nie. Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian

### **PYTANIE 10**

Pakiet 2, Pozycja 1, Fentanyl citrate 0,1 mg / 2 ml x 50 amp.: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnice, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

### **ODPOWIEDZ 10**

Tak. Zgodnie z zapisem SWZ.

### **PYTANIE 11**

Pakiet 2, Pozycja 8, Midazolamum 5 mg / 5 ml x 10 amp.: Czy Zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

### **ODPOWIEDZ 11**

Tak. Zgodnie z zapisem SWZ.

## **PYTANIE 12**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4 poz 1 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Zamawiający określa w Pakiecie 4 w poz.1 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego producenta) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę oferty. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów)?

Chcielibyśmy uprzedzić odpowiedzi na ewentualne pytania, które Zamawiający postawi przed sobą, zastanawiając się na odpowiedzią:

A . „zamawiający posiada i użytkuje w pełni sprawne glukometry i nie widzi potrzeby ich zmiany na nowy sprzęt”

Zmiana urządzenia pozwoli na obniżenie ceny i zmniejszy wydatki przeznaczone na zakup pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Dopuszczenie większej ilości konkurentów skutkuje rozsądnym ustaleniem ceny i obniżeniem kosztów w danym zakresie. Zamawiający w większości przypadków otrzymuje wymaganą ilość glukometrów bezpłatnie. Dodatkowo na rynku często pojawiają się nowe modele, które znacząco mogą wpłynąć na komfort pracy personelu.

B. „wymiana glukometrów na nowe nie jest celowa ani ekonomiczna, wiążąc się z dodatkowymi kosztami i angażowaniem personelu w szkolenia”

Dostarczanie nowych glukometrów odbywać się będzie całkowicie bezpłatnie na koszt Wykonawcy. W kwestii ekonomicznej jest to zyskiem dla Zamawiającego, który uzyska korzystniejszą cenę w danym obszarze zamówienia. Glukometr posiada intuicyjną obsługę polegającą na wsunięciu paska testowego, wprowadzeniu testowanej próbki krwi i odczekaniu czasu aż pojawi się wynik. Obsługa glukometru jest faktycznie uproszczona w takim stopniu, aby mógł posługiwać się nim każdy użytkownik nieprofesjonalny.

C. „zamawiający nie przewiduje wymiany glukometrów na nowe ze względów ekonomicznych, ponadto wymiana się w pełni sprawnego sprzętu generuje produkcję elektroodpadów”

Dostarczanie nowych glukometrów odbywać się będzie całkowicie bezpłatnie na koszt Wykonawcy, więc nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. Często nieużywane już glukometry można zwrócić do wykonawcy, który odpowiednio jest zutylizuje.

W związku z powyższymi sugestiami proponujemy nasze rozwiązanie w postaci pasków testowych charakteryzujących się wymienionymi parametrami:

Propozycja 1: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, stabilność pasków 12 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki. wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Propozycja 2: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki

krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

**ODPOWIEDZ 12**

Zgodnie z zapisami SWZ: „Formularzem asortymentowo-cenowym” zamawiający wymaga testów paskowych do ilościowego oznaczania glukozy we krwi kompatybilnych z glucometrem Accu chek INSTANT, które zamawiający posiada i nie przewiduje ich wymiany na nowe ze względów ekonomicznych, a wymiana w pełni sprawnego sprzętu generuje dodatkowo produkcję elektroodpadów.

Zapewnienie przez wykonawcę bezpłatnie 40 glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, gwarancja oraz serwis lub wymiana na nowy przez cały okres trwania umowy wraz z przeprowadzeniem bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego odbywa się bezpłatnie na koszt Wykonawcy, więc nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.

ZATWIERDZAM