



Katowice 23.09.2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych Nr sprawy: ZP-24-093UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), Zamawiający koryguje SWZ.

Pytanie 1 - Dotyczy Rozdziału II, pkt. 6 SWZ oraz Załącznika nr 3A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §2 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego dla morfologii krwi zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów?

Dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg. harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. Z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Nadmieniamy, iż to Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli. **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 2 - Dotyczy Rozdziału II, pkt. 6 SWZ oraz Załącznika nr 3A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §2 ust. 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może zaoferować termin ważności odczynników wynoszący minimum 6 miesięcy, natomiast materiał kontrolny, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi 2 miesiące?

Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis Rozdziału II, pkt. 6 SWZ oraz Załącznika nr 3A do SWZ następujący sposób: Termin ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Termin ważności materiału kontrolnego, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi 2 miesiące.

Pytanie 3 - Dotyczy Załącznika nr 3A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §3 ust.

3: Czy Zamawiający dopuści możliwość przesyłania faktury w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf?

„Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”. Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3B do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dzierżawy, §3 ust.

4.**Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust 5 Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>**



Pytanie 4 - Dotyczy Załącznika nr 3A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §5 ust. 1 lit. a) i c):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego – nie zależy to od jego należytej staranności. Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3B do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dzierżawy, §4 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 5 ust. 1 brzmi następująco: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób sprzeczny z jej treścią i po bezskutecznym upływie terminu 7 dni kalendarzowych, wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany lub poprawy sposobu wykonywania Umowy;

c) gdy Wykonawca nie dostarczy Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Pytanie 5 - Dotyczy Załącznika nr 3A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §8 ust. 8:

Uprzejmie prosimy o nadawanie §8 ust. 8 następującego brzmienia:

„Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących zmianę, o której mowa w pkt. 2 ppkt 2) lub po dacie zawarcia aneksu do Umowy w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1) oraz 3)-5)”. **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis umowy §8 ust. 8 w następujący sposób: Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących zmianę, o której mowa w pkt. 2 ppkt 2) lub po dacie zawarcia aneksu do Umowy w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1) oraz 3)-5).

Pytanie 6 - Dotyczy Załącznika nr 3B do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dzierżawy, §1 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 - Dotyczy Załącznika nr 3B do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dzierżawy, §1 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie wskazanego w §1 ust. 4 terminu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”. Uprzejmie prosimy również o tożsamą modyfikację w §1 ust. 11 przez dodanie do wskazanego czasu reakcji oraz czasu naprawy wyrażenia „w dni robocze”. **Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem II ust. 9 SWZ Ilekroć w dokumentach postępowania pojawi się informacja o dniach należy je rozumieć jako dni kalendarzowe. Dni robocze należy rozumieć zgodnie z opisem.

Pytanie 8 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – zestawienie wymaganych parametrów, pkt. 2 parametry trombocytarne:

Czy Zamawiający potwierdza wymóg i ma na myśli pomiar płytek krwi w osobnym dedykowanym trybie pomiarowym (z udowodnioną/udokumentowaną korelacją z metodą referencyjną CD41/61) z wydłużonym czasem zliczania płytek przy użyciu barwnika fluorescencyjnego?

Barwnik ten dedykowany jest i wykorzystywany tylko do pomiaru płytek krwi, a nie do oznaczania innych parametrów (np. retikulocytów) i przy tzw. okazji wykonywania oznaczeń retikulocytów barwi również RNA płytek krwi. **Odpowiedź:** zamawiający potwierdza wymóg.

Pytanie 9 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oceny jakości, pkt. 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby program służący do międzynarodowej codziennej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta posiadał akredytację organizatorów badań biegłości ISO? **Odpowiedź:** Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ



Pytanie 10 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

W załączniku nr 1 do SWZ – zestawienie wymaganych parametrów w pkt. 8 Zamawiający wymaga minimalnego zakresu liniowości dla PLT – do $5.000 \times 10^3/\mu\text{l}$, a w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz oceny jakości w pkt. 3 - Zamawiający przyznaje punkty za: „Zakres liniowości pomiaru parametru PLT (trombocyty) z pierwszego podstawienia próbki, jednej analizy, bez rozcieńczenia powyżej $3.000 \times 10^3/\mu\text{l}$ ”.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie rozbieżności w podanych zakresach liniowości. **Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SWZ – formularz oceny jakości, w pkt 3 nastąpiła omyłka. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: Zakres liniowości pomiaru parametru PLT (trombocyty) z pierwszego podstawienia próbki, jednej analizy, bez rozcieńczenia powyżej $5.000 \times 10^3/\mu\text{l}$**