

Znak: ZOZ.V.010/DZP/56/20

Sucha Beskidzka dnia 13.08.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawa endoprotez i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 2

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej charakterystyce:

Poz. 1. Element udowy anatomiczny (lewy, prawy), CL lub PS, cementowany, wykonany z chromokobaltu w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55mm do 88mm,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 2 Element puszczelowy, cementowany, wykonany z chromokobaltu, polerowany w 7 rozmiarach w przedziale od 63mm do 87mm,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3 Wkładka dostępna w wersji PS (8 wysokościach) oraz CR (w 5 wysokościach), wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana w tacy puszczelowej specjalną zawleczką,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 4 Cement kostny nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich z dodatkiem dwutlenku cyrkonii o średniej gęstości z kopolimerem metakrylanem metylu, z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Dodatek chlorofilu barwiący cement na zielono pozwalający odróżnić cement od reszty pola operacyjnego. Pakowany 1 x 40g,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 6 Element udowy anatomiczny (lewy, prawy), CL lub PS, bezcementowy, wykonany z chromokobaltu w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55mm do 88mm,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 7 Element piszczelowy, bezcementowy, wykonany z chromokobaltu, polerowany w Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa tel.: +48 22 509 87 00 [www.zimmerbiomet.com](http://www.zimmerbiomet.com) Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000471017 Kapitał zakładowy 106.000 zł REGON: 146804308 NIP: 527-269-75-61 7 rozmiarach w przedziale od 63mm do 87mm, składający się z 2 elementów tacy i klila.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 8. Wkładka dostępna w wersji PS (8 wysokościach) oraz CR (w 5 wysokościach), wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana w tacy piszczelowej specjalną zawleczką,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 9 Przedłużka piszczelowa lub udowa we wszystkich rozmiarach Poz. 12 Skrzydełko derotacyjne pod tacę piszczelową,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 14 Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe. Minimum w 5 rozmiarach

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 15 Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 16 Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 17 Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe. Minimum w 5 rozmiarach

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 18 Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering)

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6-18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 6-18 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 3-8 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1, 3-8 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 4, Dotyczy zapisów umowy Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego. Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami. Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

**Odp. Zamawiający wprowadza do § 4 umowy poniższe zapisy:**

„13. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

14. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

15. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty poczynawszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

16. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane, pod warunkiem określenia przez Wykonawcę warunków przechowywania depozytu.

17. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

18. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

20. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 18 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego”.

Z poważaniem:

mgr DOKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Bączkowski

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek