



Poznań, dnia 19.12.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-100/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 19 części**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Zestaw nr 1:**

**Część nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do portów typu Hubera o długości kaniuli: 15mm, 19mm i 25mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.**

**Część nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 24mg przy Vt500ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 24mg przy Vt500ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Część nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Część nr 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 35ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowanie filtra o przestrzeni martwej 35ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Część nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 7g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F





- Port do odsysania: tak, zabezpieczony klapką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?



**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaferowania zgodnie z SWZ.**

#### **Część nr 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do respiratora, o śr. 22 mm i dł. 183 cm, z kolankiem z portem luer. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40-60 cm. Układ jednorazowego użytku, sterylny, bez DEHP i PVC, pakowany pojedynczo, opakowanie papierowo-foliowe?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaferowanie układu oddechowego o parametrach jak w zapytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów tak jak w SWZ.**

#### **Zestaw nr 2:**

##### Część 5

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, posiadający dwukanałowy kolec komory kropłowej. Elastyczna komora kropłowa: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, bez skrzydełek dociskowych, posiada sztywny pierścień wokół komory kropłowej (jak na zdjęciu poniżej), ułatwiające wklucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15µm, kropłomierz komory 20 kropli = 1ml + \ - 0.1ml. Dren o długości min. 150cm zakończony Luer Lock, wyposażony w zacisk rolkowy. Koniec drenu zabezpieczony koreczkiem, igła biorcza posiada żebrowaną osłonę. Opakowanie typu papier-folia z informacjami identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylny, bez ftalanów - z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów, pakowany pojedynczo?



**Odp.: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o wymienionych w zapytaniu parametrach.**





Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga opakowania papier-folia**

### **Zestaw nr 3**

#### **Dot. asortymentu:**

1. **Pakiet 11:** Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana dodatkowo w folię, która zabezpiecza wyrób przed zawilgoceniem i zamoczeniem?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

2. **Pakiet 15:** Czy Zamawiający dopuści taśmę do wysiłkowego nietrzymania moczu o szerokość taśmy 1,1 +/- 0,1 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza taśmę do wysiłkowego nietrzymania moczu o szerokości taśmy 1,1 +/- 0,1 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

#### **Dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 9 ust. 1 pkt a. wzoru umowy?

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**

2. Czy Zamawiający zgodzi się dodać do wzoru umowy „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony towar przekracza 60 dni” ?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 5 ust. 6 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 5 ust. 6 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana na podstawie np. art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt b. i c. wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy netto określonej w §4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18 uznała za niedozwolone zastrzeżenie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**





**Zestaw nr 4:**

1. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 1: Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90°, typu Hubera, bez systemu zabezpieczającego przed zakłuciem, specjalnie zaprojektowany szlif igły zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, z elastycznymi, transparentnymi skrzydełkami umocowanymi z igłą, gwarantując dobry chwyt podczas wkłuwania i wykluwania igły umożliwiającą stabilne zamocowanie, z drenem o długości 18-25cm, zaciskiem i końcówką LuerLock, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi (22,4 bary) rozmiary do wyboru przez zamawiającego: 19G, 20G i 22G długość kaniuli 15mm, 20mm i 25mm, nie zawiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo.

**Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania igły do portów naczyniowych z owalną płytką / pianką (taką podstawą mocującą), na której umieszczona jest igła, przy spełnieniu wszystkich parametrów zgodnie z SWZ i dopuszczeniem.**

**Zestaw nr 5:**

CZĘŚĆ 5 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o długości min. 50 mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.**

CZĘŚĆ 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę gąbek za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę gąbek za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości**

DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY §9 UST. 1 a)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 do wysokości 1% wartości netto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.**

Sporządziła: Beata Tyłska

