



Wrocław, 25 sierpnia 2023r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego stosowanego w chirurgii, laparoskopii i endoskopii wraz z najmem generatora do termoablacji, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.61.2023

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 10:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie kleszczy pokrywanych PTFE, z łyżeczkami o długości 4,0 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kolor powleczenia niebieski dla kleszczy kolonoskopowych i szary dla kleszczy gastroskopowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 10:**

Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz o średnicy 0,4 mm dla średnicy otwarcia 25 mm, 30 mm i 35 mm, maksymalna długość oczka pętli 45,0 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 10:**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli przeznaczonych do resekcji zmian płaskich, wykonanych z drutu monofilamentowego (średnica drutu ok. 0,25 mm), wyposażonych w cztery zaczepy ułatwiające uchwycenie płaskich zmian, średnica otwarcia 15 mm lub 25 mm (do wyboru), średnica osłonki 2,3 mm, długość narzędzia 2300 mm, uchwyt bez skali.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 10:**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o otwarcu 25 mm i długości oczka 45 mm lub otwarcu 40 mm i długości oczka 65 mm (do wyboru), średnica narzędzia 2,5 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 10:**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 6 opasek.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, długość ostrza igły 4 mm, 5 mm i 6 mm (do wyboru).

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z plecionego drutu o średnicy 0,33 mm, średnica osłonki 2,4 mm długość robocza 240 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający w pozycji 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu tnącego 0,45 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pętli o wymiarach 30 x 60 mm i 40 x 65 mm, średnica cewnika 2,5 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie przewodników w powłoce białej czarnej lub pomarańczowo-niebieskiej, końcówka o długości 50 mm lub 70 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 29:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sond o średnicy 7Fr i 8,5Fr – do wyboru.

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 26 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem centralnym o wymiarach 21mm x 26,5mm, z niezłożoną gumką silikonową, bez zawartości lateksu, otwory w gumce co 35 mm, niesterylne, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 26 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem centralnym o wymiarach 21mm x 26,5mm, z gumką silikonową, bez silikonowej osłony uzębienia pacjenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 17:**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować

z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 17 do 21 dni od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 17:**

(Dot. wzoru umowy §7 ust. 2 ) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy (12 m-cy) a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności min. 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 17:**

Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie 17 poz. 1 filtry są sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk w opakowaniu, Zamawiający zmieni jednostkę miary ze sztuk na opakowania i dokona przeliczenia wymaganej ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 17:**

Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie 17 poz. 2 -8 dreny i pętle są sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk w opakowaniu, Zamawiający zmieni jednostkę miary ze sztuk na opakowania i dokona przeliczenia wymaganej ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 17:**

Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie 17 poz. 9-16 ostrza shavera są sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk w opakowaniu, Zamawiający zmieni jednostkę miary ze sztuk na opakowania i dokona przeliczenia wymaganej ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 17:**

Czy w związku z tym, że oferowany w pakiecie 17 asortyment jest pakowany w opakowania handlowe: poz. 1 po 25 szt. w opakowaniu, poz. 2-8 po 10 szt. w opakowaniu, poz. 9-16 po 5 szt. w opakowaniu, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 17:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §10 wzoru umowy, w taki sposób, aby kary były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie. Zapisy SWZ bez zmian. Ewentualna kara umowna będzie nałożona jeżeli przyczyna leżeć będzie po stronie wykonawcy.**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 28 poz. 32:**

Czy Zamawiający zgodzi się na klipsownice o długości trzonu 29cm zawierającą 20 klipsów? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 7 poz. 7:**

W związku z zakończeniem produkcji prosimy Zamawiającego o usunięcie z pakietu 7 pozycji 7, sondy do jejunostomii odżywczej.

**Odpowiedź na pytanie nr 22: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 7 pozycji nr 7.**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 7 poz. 9:**

W związku z zakończeniem produkcji prosimy Zamawiającego o usunięcie z pakietu 7 pozycji 9, zestawu do przezskórnej gastrostomii (PEG).

**Odpowiedź na pytanie nr 23: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 7 pozycji nr 9.**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 8 poz. 2:**

W związku z zakończeniem produkcji prosimy Zamawiającego o usunięcie z pakietu 8 pozycji 2, szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku.

**Odpowiedź na pytanie nr 24: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 8 pozycji nr 2.**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 8 poz. 6:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 6 elektrody do koagulacji bipolarnej wraz z igłą, długość narzędzia 210 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26:**

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 13:**

Pakiet 13 poz.4 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników hydrofilnych zagiętych z miękką końcówką, o średnicy „35” i długości 145 lub 80 cm (do wyboru zamawiającego).

**Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 13:**

Pakiet 13 Poz.11 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomu o średnicy cewnika 7.5 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 13:**

Pakiet 13 Poz.12 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomu o średnicy cewnika 7.5 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 13:**

Pakiet 13 Poz.15 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów czterostopniowych z cewnikiem o średnicy 6.6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 14:**

Pakiet 14 Poz.5 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł temperowanych na długości 4cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 14:**

Pakiet 14 Poz.6 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, sztywnych poszerzadeł temperowanych na długości 5cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 14:**

Pakiet 14 Poz.8 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów trzustkowych z temperowanym końcem dla rozmiaru 7 i 8.5Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 14:**

Pakiet 14 Poz.16 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników popychających z cewnikiem popychającym w rozmiarze 5, 7, 8.5, 10, 11 do wprowadzania protez w rozmiarze 5, 7, 8.5, 10, 11.5Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 15:**

Pakiet 15 Poz.8 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych do dróg żółciowych na cewnik w rozmiarze 6.6 lub 8Fr i długości 185 lub 200cm (do wyboru). Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 15:**

Pakiet 15 Poz.9 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji cytologicznej ze średnicą narzędzia w zależności od rozmiaru 5.4-4.3Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 15:**

Pakiet 15 Poz.10 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji histologicznej do użycia przy min kanale roboczym 2.8mm dla rozmiaru 19, 22, 25G i 3.7mm dla rozmiaru 20G. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 15:**

Pakiet 15 Poz.13 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, pętli elektrochirurgicznych o średnicy 7Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 15:**

Pakiet 15 Poz.20 - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników diagnostycznych tylko o średnicy 5Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 15:**

Pakiet 15 Poz.24 – Prosimy o wykreślenie z opisu stwierdzenia „kompatybilny z zestawem dostępnym z pozycji 51” – w pakiecie 15 są tylko 24 pozycje.

**Odpowiedź na pytanie nr 41: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 15 poz. 24, zapis otrzymuje brzmienie: „*PEG - zakładany metoda push - kompatybilny z zestawem dostępnym z pozycji 18 dostępny w rozmiarach 12-24 Fr, metoda kotwiczaca - balon na końcu cewnika*”.**

**Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 9 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny o długości uchwytu 160mm i długości kabla 5m? Uchwyt kompatybilny z innymi elektrodami monopolarnymi

**Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 9 poz. 13:**

Czy Zamawiający dopuści wielorazowe zagięte elektrody igłowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek ekstrakcyjny wielkość 200ml lub 800ml, łatwy w użyciu, o ergonomicznym kształcie. Rodzaj worka: jednorazowy worek na preparaty (ze sznurkiem/drutem), przewodnica z uchwytem?

**Odpowiedź na pytanie nr 44: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 25:**

Czy Zamawiający w pakiecie 25 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie

z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku, gotowy do użycia po rozpakowaniu, zszywki ze stali nierdzewnej, grubość zszywki 0,6mm szerokość 6,5mm; wysokość 4,7mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46:**

ad par. 1 ust. 17 wzoru umowy Prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „o ile zaległości płatnicze Zamawiającego nie przekroczą 60 dni”.

**Odpowiedź na pytanie nr 46: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 32:**

Pakiet nr 32, poz. 2 - czy Zamawiający w miejsce pierwotnego zestawu dopuści narzędzie do użycia podczas endoskopowej resekcji - system iniekcji podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawierającej 0.5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanianego modyfikowanego polimeru (AMP®), pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem. Opakowanie handlowe 5 zestawów

**Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 32:**

Pakiet nr 32, poz. 2 – w przypadku braku zgody na zaoferowanie systemu iniekcji podśluzówkowej prosimy o usunięcie tej pozycji z pakietu

**Odpowiedź na pytanie nr 48: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 32:**

Pakiet nr 32, poz. 16, 29 i 32 – dotyczy załącznika nr 3, § 1, pkt 4 – prosimy o zmianę formy zakupu asortymentu we wskazanych pozycjach na dostawy do Apteki Zakładowej zgodnie z § 1, pkt 3, poz. 1).

**Odpowiedź na pytanie nr 49: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 50:**

Załącznik nr 3, § 7, pkt 2 – prosimy o modyfikację zapisu „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności min. 24 miesiące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego” na „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego”

**Odpowiedź na pytanie nr 50: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 51:**

Par. 1 ust. 11 i par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 51: W odpowiedzi na pytanie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ:**

**zapis § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:**

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni roboczych*

*od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §7 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr .....i fax ..... lub e-mail .....*”

**zapis § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

*„W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i §1 ust. 11 w terminie w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania faxem na numer ...../e-mailem na adres .....*”

**Pytanie nr 52:**

Par. 10 ust. 1 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 15 lub w §4 ust 5 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów

**Odpowiedź na pytanie nr 52: Zapisy SWZ bez zmian.**

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść SWZ:

**1) Rozdz. VIII pkt. 1 ppkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie:**

**sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.** posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości: **2 011 480,00 PLN** (słownie: dwa miliony jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

PAKIET	KWOTA [PLN]
1.	25 590,00
2.	370,00
3.	3 180,00
4.	96 060,00
5.	750,00
6.	161 270,00
7.	95 240,00
8.	48 290,00
9.	68 290,00
10.	11 120,00
11.	19 720,00
12.	9 470,00
13.	117 280,00
14.	254 540,00
15.	109 310,00
16.	1 670,00

17.	74 880,00
18.	3 780,00
19.	7 830,00
20.	2 950,00
21.	11 220,00
22.	8 990,00
23.	86 220,00
24.	110 420,00
25.	16 840,00
26.	9 860,00
27.	1 180,00
28.	209 410,00
29.	8 730,00
30.	49 860,00
31.	69 560,00
32.	317 600,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 011 480,00</b>



- 2) **Rozdz. XIV pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:** Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia **29 listopada 2023r.**;
- 3) **Rozdz. XV pkt. 1 ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:** Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **108 950,00 PLN** (słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

PAKIET	KWOTA [PLN]
1.	1 420,00
2.	nie wymaga wpłaty wadium
3.	nie wymaga wpłaty wadium
4.	5 330,00
5.	nie wymaga wpłaty wadium
6.	8 950,00
7.	5 290,00
8.	2 680,00
9.	3 790,00
10.	610,00
11.	1 090,00
12.	nie wymaga wpłaty wadium
13.	6 510,00
14.	14 140,00
15.	6 070,00
16.	nie wymaga wpłaty wadium

17.	4 160,00
18.	nie wymaga wpłaty wadium
19.	nie wymaga wpłaty wadium
20.	nie wymaga wpłaty wadium
21.	620,00
22.	nie wymaga wpłaty wadium
23.	4 790,00
24.	6 130,00
25.	930,00
26.	540,00
27.	nie wymaga wpłaty wadium
28.	11 630,00
29.	nie wymaga wpłaty wadium
30.	2 770,00
31.	3 860,00
32.	17 640,00
<b>RAZEM</b>	<b>108 950,00</b>

- 4) **Rozdz. XV pkt 1 ppkt 2 lit. a) SWZ otrzymuje brzmienie:** pieniądzu; wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek zamawiającego **Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: „Wadium - znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.61.2023”** - środki finansowe powinny wpłynąć na konto zamawiającego do dnia **1 września 2023r. do godz. 11:00** pod rygorem odrzucenia oferty;

**Uwaga!**

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski – prowadzącym rachunek zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

- 5) **Rozdz. XVII pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:** Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **1 września 2023r. do godz. 11:00;**
- 6) **Rozdz. XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:** Planowany termin otwarcia ofert – **1 września 2023r. o godzinie 11:15;**

Zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 1 Pzp przekazuje treść zmian ogłoszenia o zamówieniu o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp.

*Załączniki:*

1. *Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji*
2. *Zmiana ogłoszenia o zamówieniu*

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

Z upoważnienia KOMENDANTA  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
mgr Piotr STRĄK  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych