



Wrocław, dnia 09.09.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp-242/FZ-041/2024

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Wózków różnych

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny wyposażony w 5 szuflad o wysokości frontów (od góry): 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny o wymiarach 650x575x1000mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]?,

Odp. Zamawiający nie dopuszcza