



Znak: AE/ZP-27-14/20

Tarnów, 2020-03-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych uwalniających Sirolimus. Pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej, uwalnianie leku do ściany naczynia bez udziału polimerów. Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
2. Czy Zamawiający dopuści do oceny stenty o długościach w zakresie 8 mm do 48 mm z pominięciem długości 6 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
3. Czy Zamawiający dopuści aby oferent wykazał się wykonaniem dostaw stentów wieńcowych w postaci kilku zsumowanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości wymaganej w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stentów wieńcowy opisanych w pytaniu i podtrzymuje wymóg określony w pkt 1 Załącznika Nr 6, „rodzaj użytego leku - wymagana pochodna sirolimusa”.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów o zakresie długości 8-48 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy stentów wieńcowych o wartości nie mniejszej niż 886.000 PLN.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

