

znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372-12/19

Opis przedmiot zamówienia dla pakietu V – Zmieniony załącznik nr 1e do SIWZ

I Lampa Sollux - sztuk 1

1. Światło podczerwone IR-A;
2. Regulacja jasności świecenia;
3. Wyświetlacz czas/jasność;
4. Programowanie sekwencji czas/jasność;
5. Zegar zabiegowy;
6. Filtry: niebieski i czerwony;
7. Stabilna konstrukcja mechaniczna;
8. Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy;
9. Wymuszone chłodzenie tubusa;
10. Siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra;
11. Trwała i niezawodna klawiatura;
12. Moc żarówki: 375W;
13. Regulacja jasności w zakresie min. 10-100%, krok 10%;
14. Zegar zabiegowy w zakresie min. 1-30 min;
15. Min. 10 programów do ustawienia dla użytkownika;
16. Zasilanie: 230V, 50Hz, 450W;
17. Wymiary : szerokość 500-600 mm ($\pm 10\%$);
długość 600-700 mm ($\pm 10\%$);
wysokość 1200-1900 mm ($\pm 10\%$).
18. Masa 13 kg (± 2 kg).
19. Okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty;
20. Łączenie kilku składowych w jeden ciąg, minimum 4 sekwencje do ustawienia.
21. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

II Lampa do fototerapii różnych części ciała – sztuk 1

1. Lampa do terapii światłem spolaryzowanym;
2. Średnica filtra 5 cm ($\pm 10\%$);
3. Moc źródła światła 20W ($\pm 10\%$);
4. Waga lampy bez statywu max. 0,5 kg;
5. Długość fali – zakres minimalny 500 nm – 3400 nm;
6. Duży obszar naświetlania (co najmniej 60 cm x 40 cm);
7. Zegar zabiegowy i wyłącznik bezpieczeństwa;
8. Akrylowe panele ochronne lub filtr polaryzacyjny, aby uniknąć dotykania promiennika;
9. Automatyczne wyłączenie po zakończeniu czasu zabiegu;
10. Stopień polaryzacji $\geq 95\%$;
11. Statyw podłogowy;
12. Zestaw do koloroterapii kompatybilny z filtrem
13. Rok produkcji 2019 lub nowszy.