

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIwersytetu Medycznego Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu <i>ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań</i>	F16 - ZP	
		Wydanie 3	Strona 1 z 2
Opis przedmiotu zamówienia			

Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: TP - 119/23

Videolaryngoskop 2 szt. - Neonatologia II

Producent, typ (model)		Podać: AUG MEDICAL VLR-100 USB z HDMI	
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) nowy, nieużywane		Podać: Tak 2023	
Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)		17 000 zł netto /1 szt. – przedmiotem zamówienia nie jest urządzenie modułowe	
Termin dostawy do 30.11.2023		Tak	
Gwarancja minimum 24 miesiące			
LP.	Opis wymagania	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim	Tak	Tak
2.	Szkolenie personelu z zakresu użytkowania	Tak	Tak
3.	Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania)	Tak	Tak
4.	Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane	Tak, jaka częstotliwość przeglądów	Tak, 1 raz na 12 m-cy.
5.	Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych.	Tak	Tak
6.	Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE	Tak	Tak
7.	Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF.	Tak	Tak
8.	Ekran LCD o przekątnej min 3,5" i rozdzielczości min 640 x 480 dpi ;	Tak	Tak
9.	Konstrukcja zapewniająca trzymanie całego urządzenia w dłoni (łącznie z ekranem) o ergonomicznym kształcie.	Tak	Tak

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

10.	Kamera o rozdzielczości 2 MP ze zintegrowanym źródłem światła;	Tak	Tak
11.	Łyżki zapewniające możliwość wykonania badania u pacjentów neonatologicznych;	Tak	Tak
12.	System zapewniający nagranie filmów i zdjęć na nośniku zewnętrznym (karta pamięci lub nośnik USB)	Tak	Tak
13.	Kompatybilna karta pamięci min. 8GB	Tak	Tak
14.	Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora poprzez złącze HDMI umożliwiające przechwytywanie live	Tak	Tak
15.	Źródło światła min. 800 luxów o barwie mieszczącej się w zakresie 4800 – 5200 K	Tak	Tak
16.	Kąt pola widzenia minimum 55°	Tak	Tak
17.	Łyżki wielorazowe w rozmiarze zapewniającym swobodną pracę przy pacjencie o masie 400 g – 10 kg (w dwóch rozmiarach SS/00 (2 szt.) oraz S/0 (1 szt.))	Tak	Tak
18.	Zasilanie akumulatorowe zapewniające pracę minimum 2 godziny przy pełnym naładowaniu akumulatora	Tak	Tak