



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WE WROCŁAWIU**

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33,  
tel. 47 871 39 78,  
[www.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl)  
[monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl](mailto:monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl)

PUZ-2380-182-117-182/2024/MA

Wrocław, 22.11.2024 r.

**-Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-182-117-182/2024/MA –**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa aparatu do analizy DNA dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu – sprawa numer: PUZ-2380-182-117-182/2024/MA.

Pytanie: Dotyczy załącznik nr 1, opis przedmiotu zamówienia:

b) posiada możliwość zdefiniowania ilości próbek kryminalistycznych poddawanych izolacji kwasów nukleinowych od 1 do co najmniej 24 w jednym cyklu - dodatkowo próbka z kontrolą procesu

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatu, w którym próbka kontrolna zawiera się w 1 z 24 próbek izolowanych podczas 1 cyklu. Z posiadanej przez nas wiedzy żaden aparat obecnie dostępny na polskim rynku nie posiada konfiguracji 24 + 1.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu, w którym próbka kontrolna zawiera się w jednej z 24 próbek izolowanych podczas 1 cyklu.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ – opis techniczny oferowanego sprzętu oraz załącznik nr 1 do PPU.

W zagadce *Parametry urządzenia* pkt b) w/w załączników otrzymuje brzmienie:

**b) posiada możliwość zdefiniowania ilości próbek kryminalistycznych poddawanych izolacji kwasów nukleinowych od 1 do co najmniej 24 w jednym cyklu. Próbka kontrolna zawiera się w jednej z 24 próbek izolowanych podczas jednego cyklu.**

ZMIENIONY Załącznik nr 1 do PPU oraz ZMIENIONY załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający dołącza do niniejszego pisma. Wykonawcy składając ofertę winni postużyć się ZMIENIONYM załącznikiem nr 4 do SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wykonawców.

Zatwierdził:

Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  
Z up. Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych  
KWP we Wrocławiu  
Małgorzata Rosołowicz

Wyk. 2 Egz.

Egz. Nr 1- zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania

Egz. Nr 2 – a/a

Wyk. M. Andruszkiewicz, tel. 47 871 43 24