



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 29.03.2024r.

Dotyczy: zapytania ofertowego **ID 907350** na zadanie pn.: Świadczenie usług serwisowych aparatu  
– GAMMA KAMERA BRIGHTVIEW X przez okres 6-miesięcy

Poniżej odpowiedzi na pytania:

**1. Pyt. dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 3 wzoru umowy jak następuje:

„3. Termin usunięcia usterki sprzętu medycznego strony ustalają na 3 dni od dnia zgłoszenia awarii lub 5 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.”

Prośbę swą motywujemy tym, iż wg opisu Zamawiający wymaga obsługi włącznie z częściami zamiennymi oraz zbyt wygórowanym oczekiwaniem w stosunku do czasu wykonania naprawy.

Odp.: Tak, Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowie z zakresie terminów usunięcia awarii.

**2. Pyt. dot. wzoru umowy**

Wnosimy o usunięcie §3 ust. 5 wzoru umowy ze względu na fizyczną niemożliwość wstawienia urządzenia zastępczego.

Odp.: Tak, Modyfikacja

**3. Pyt. dot. wzoru umowy**

Wnosimy o zmianę §5 ust. 1 punkt a i b wzoru umowy z 12 miesięcy na 6. Sama umowa ma trwać 6 miesięcy.

Odp.: Zmiana zapisów dotyczących gwarancji na wykonanie naprawy.

**4. Pyt. dot. wzoru umowy**

Wnosimy o zmianę §6 ust. 1 wzoru umowy zgodnie z informacją z zaproszenia tj na 6 miesięcy zamiast 12.

Odp.: Tak, Zamawiający zmieni zapis.

**5. Pyt. dot. wzoru umowy**

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy następującym zapisem.

Dla urządzenia starszego aniżeli 10 lat strony dopuszczają rozwiązanie umowy w przypadku, gdy nie będzie dostępna część zamienna w celu usunięcia awarii z powodu zakończenia życia serwisowego przez producenta sprzętu.

Odp.: Tak, modyfikacja

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY  
z POLIKLINIKĄ SP ZOZ  
50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5  
R 930090240, NIP 899-22-23-950