



Szp-241/FZ-061/645/2024

Wrocław, dnia 11.09.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA APARATU USG (SOR)”

Pytanie nr 1 – dotyczy wymaganych warunków, parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych Pkt 40

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą sektorową o kącie skanowania 90°, ilość elementów 64 spełniającą pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy wymaganych warunków, parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych Pkt 40

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o ilość elementów 128 spełniającą pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy wymaganych warunków, parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych Pkt 48

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową o kącie skanowania 90° spełniającą pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy wymaganych warunków, parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych Pkt 49

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową o ilość elementów 256 spełniającą pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Anna Henczel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

**RODNIK
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**
AcekJ Banaszak

