



Znak: SZP 610/11/2021

Chrzanów, 19.11.2021 r.

### Wykonawcy

## Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka z lampą dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa 122/2021.

### 1. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 pkt e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: po wykonaniu 3 istotnych napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas naprawy przekroczy 21 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy w całości lub jego zasadniczej części.

**Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.**

### 2. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

**Odp. Tak.**

### 3. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 10 dni roboczych. Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez dodanie zastrzeżenia: „w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych”.

**Odp. tak**

### 4. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu tak aby czas naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego nie przekroczył 10 dni **roboczych** od dnia zgłoszenia?

**Odp. Zgodnie ze wzorem umowy**

### 5. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 9

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Dodatkowo sformułowanie „odmowa usunięcia wad” jest bardzo ogólne i wskazuje, że Wykonawca zawsze jest zobowiązany do usunięcia wad (nawet tych, które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem / zalaniem sprzętu).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy”?

**Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.**

### 6. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy?

**Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.**





### 7. Dotyczy wzoru umowy § 10

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowo, odpowiedni termin”.*

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

### Odp. zgodnie ze wzorem umowy

### 8. Dotyczy wzoru umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie par. 11 o następujące zapisy:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

### Odp. zgodnie ze wzorem umowy

**Zamawiający przesługuje termin składania ofert do 23.11.2021 do godz. 10:00**

Forma złożenia oferty pozostaje bez zmian.

**Z poważaniem**

