

Dział Zamówień Publicznych
Tel. 12/ 614 25 34
e-mail: przetargi@szpitalip2.krakow.pl

88. 800,
DZ.271.55.....2021

Kraków22.10.2021

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.88.2021** - **Dostawa sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia współfinansowanego z dotacji MZ oraz ze środków własnych Szpitala.**

Pytanie 1.

Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji?"

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2020 r ?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.

Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia (np. szafa), która nie jest wyrobami medycznymi w myśl ustawy z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - stawka VAT 23% i tym samym nie będzie wymagał dokumentów typu Certyfikat CE, deklaracja zgodności, dokumenty powiadomienia?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Dotyczy Pakiet nr I, II, III, IV i VI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 23 (dla pakietu I), pkt. 22 (dla pakietu II), pkt. 20 (dla pakietu III), pkt. 27 (dla pakietu IV), pkt. 33 (dla pakietu VI):

„gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy.”

Na zapis następującej treści:

„gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.







Pytanie 5.

Dotyczy Pakiet nr I, II, III, IV i VI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 24 (dla pakietu I), pkt. 23 (dla pakietu II), pkt. 21 (dla pakietu III), pkt. 28 (dla pakietu IV), pkt. 34 (dla pakietu VI):

„gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.”

Na zapis następującej treści:

„gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych z poza Polski.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET I – Wideobronchoskop typu I – 4 sztuki.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu nr I: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 15:

“przyłącze ssania demontowalne, autoklawowalne, wielorazowe.”

Na zapis następującej treści:

“przyłącze ssania demontowalne, jednorazowego użytku.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET II – Wideobronchoskop typu II – 1 sztuka.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu nr I: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 14:

“przyłącze ssania demontowalne, autoklawowalne, wielorazowe.”

Na zapis następującej treści:

“przyłącze ssania demontowalne, jednorazowego użytku.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu nr II: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 5:

„Obrazowanie w jakości min. HDTV.”

Na zapis następującej treści:

„Obrazowanie w jakości min. HDTV poprzez kompatybilny wideoprocesor HDTV.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET III – Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) – 2 sztuki.

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu nr III: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 17:

„w zestawie do każdego oferowanego EBUS - dedykowane zawory biopsyjne wielorazowego użytku - po 20 sztuk”

Na zapis następującej treści:

„w zestawie do każdego oferowanego EBUS - dedykowane zawory biopsyjne jednorazowego użytku - po 40 sztuk.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.



PAKIET VI – Szafa do jałowego przechowywania endoskopów – 1 sztuka.

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu nr VI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 27:

„wewnętrzne powierzchnie oferowanej szafy wykonane z materiałów przeznaczonych do optymalnego czyszczenia”.

Na zapis następującej treści:

„wewnątrz szafy zaokrąglone naroża i równe powierzchnie w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET V – Bronchoskop sztywny z zestawem sztywnych optyk (teleskopów) i narzędzi – 3 zestawy.

Pytanie 11.

Dotyczy pakiet nr 5 poz.10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia kompatybilności i fabrycznego przystosowania do współpracy ze sobą dla optyki 30° spełniającej pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie nr V w pozycji nr 10 optyki 30°, dla której nie będzie możliwe potwierdzenie warunku opisanego w pakiecie V w punkcie nr 3.

Pytanie 12.

Dotyczy pakiet nr 5 poz.15

Czy Zamawiający dopuści kleszcze uniwersalne do biopsji i ciał obcych, obie bransze ruchome 4 mm, krokodylki proste, średnica 2,5 mm, długość 50 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kleszcze uniwersalne do biopsji i ciał obcych, obie bransze ruchome 4 mm, krokodylki proste, średnica 2,5 mm, długość 50 cm.

Pytanie 13.

Dotyczy pakiet nr 5 poz.18

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw - rozpylacz pudru z gumową gruszką, rurką prostą o śr. 5mm i długości roboczej 40 ± 5 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza, że w pakiecie nr V w pozycji nr 18 ma na myśli rozpylacz pudru z gumową gruszką, rurką prostą o średnicy 5 mm i długości roboczej 40 ± 5 cm.

Pytanie 14.

Dotyczy Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami Kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 5 do 6 tygodni od zawarcia umowy?

Odp.: Nie, w związku z koniecznością terminowego rozliczenia dotacji z MZ, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET VII - Wózki dla II Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 sztuki.

Pytanie 15.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym malowany jest tylko front (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)?. Oferowane rozwiązanie jest bardzo estetyczne i chętnie wybierane przez Użytkowników. – dotyczy l.p. 6.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Wykonawca, dla podniesienia estetyki wózka, ma umieścić na froncie wózka dekoracyjną grafikę nakładaną metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV (przynajmniej 10 motywów do wyboru)?

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga, aby umieścić na froncie wózka dekoracyjną grafikę nakładaną metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV (przynajmniej 10 motywów do wyboru).

Pytanie 17.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w których korpus wykonany jest z pojedynczej blachy nierdzewnej (gat. 1.4301/304) o grubości 1mm, natomiast front (szuflady) z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Front szuflad o grubości 18mm (grubość blachy zewnętrznej i wewnętrznej szuflady 0,8mm)? Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe (kolor szary ciemniejszy), uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelki zgrzewane – dotyczy l.p. 7, 10, 11, 12.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szuflad o następującej konstrukcji: dno, tył i boki szuflady wykonane z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy łączące, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 9, 10.



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyty do szuflad typu C umożliwiające wygodny pochwyt, wykonane ze stali nierdzewnej niemalowanej, o wymiarach 104 x 35 x 8 mm? – dotyczy l.p. 13.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający zaakceptuje prostokątne wgłębienie pod uchwytem ułatwiające chwytanie? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 14.



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304), o grubości 30mm, zagłębionym i otoczonym bandami z 3 stron na wysokości 60mm? – dotyczy l.p. 15.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt umieszczony z frontu wózka wykonany z rurki fi 20mm? – dotyczy l.p. 18.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny fi 100mm? – dotyczy l.p. 19.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (bez dodatkowego wyposażenia) 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm)? – dotyczy l.p. 21.



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

A. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat boczny wysuwany wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 23.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 1 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym malowany jest tylko front (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)? Oferowane rozwiązanie jest bardzo estetyczne i chętnie wybierane przez Użytkowników. – dotyczy l.p. 30.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Wykonawca, dla podniesienia estetyki wózka, ma umieścić na froncie wózka dekoracyjną grafikę nakładaną metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV (przynajmniej 10 motywów do wyboru)?

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga, aby umieścić na froncie wózka dekoracyjną grafikę nakładaną metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV (przynajmniej 10 motywów do wyboru).

Pytanie 28.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w których korpus wykonany jest z pojedynczej blachy nierdzewnej (gat. 1.4301/304) o grubości 1mm, natomiast front (szuflady) z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Front szuflad o grubości 18mm (grubość blachy zewnętrznej i wewnętrznej szuflady 0,8mm)? Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe (kolor szary ciemniejszy), uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelki zgrzewane – dotyczy l.p. 31, 32, 34, 35, 36.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szuflad o następującej konstrukcji: dno, tył i boki szuflady wykonane z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy łączące, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 33, 34.



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyty do szuflad typu C umożliwiające wygodny pochwyt, wykonane ze stali nierdzewnej niemalowanej, o wymiarach 104 x 35 x 8 mm? – dotyczy l.p. 37.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający zaakceptuje prostokątne wgłębienie pod uchwytem ułatwiające chwytanie? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 38.



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), o grubości 30mm, zagłębionym i otoczonym bandami z 3 stron na wysokości 60mm? – dotyczy l.p. 39.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt umieszczony z frontu wózka wykonany z rurki fi 20mm? – dotyczy l.p. 42.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 34.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny fi 100mm? – dotyczy l.p. 43.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (bez dodatkowego wyposażenia) 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm)? – dotyczy l.p. 21.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36.

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7).

B. Wózek zabiegowy typu 2 - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat boczny wysuwany wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 45.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania pakietu nr 7 do 9 tygodni? Prośbę swoją motywuję spiętrzeniem zamówień na produkcji związanym ze zbliżającym się końcem roku oraz wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły od naszych kooperantów i poddostawców.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji pakietu nr VII do 9 tygodni.

PAKIET VIII – Wózek do przewożenia chorych – 2 sztuki.

Pytanie 38.

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści wózek o całkowitej szerokości 780 mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39.

Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji wysokości leża 550 – 870 mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40.

Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją Trandelenburga za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie 0÷12[°]?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41.

Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją anty – Trandelenburga za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie 0÷12[°]?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

SL

PK



Pytanie 42.

Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych nożną dostępną z obu stron wózka?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43.

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 listwy po bokach wózków, wyposażone w uchwyty do mocowania akcesoriów mocowania na stałe?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44.

Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści wózek z wysokością barierki 315 mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45.

27. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w kolorze czarnym oraz ramą w kolorze szarym? Wybór kolorystyki dostępny jest jedynie przy ilości od 30 szt.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (2 szt.) o długości 2 185 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (2 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 47-79 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (2 szt.) z materacem w kolorze czarnym?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49.

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez prowadnicy na kasetę RTG pod leżem?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego długość całkowita wynosi: 2230mm?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

SL

PK



Pytanie 52.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość regulowana jest w zakresie: od 560mm do 875mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, w którym dźwignia do regulacji przechyłów wzdłużnych (TB oraz a-TB) dostępna jest tylko od strony nóg pacjenta?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w składane poniżej poziomu materaca uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego od strony głowy pacjenta, z możliwością blokady na czas transportu oraz uchwyt ze stali lakierowanej proszkowo od strony nóg pacjenta, z możliwością demontażu?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez listew z przesuwными uchwytami po bokach leża?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w 4 jednoosiowe krążki odbojowe w narożnikach wózka?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego barierki nie posiadają listwy odbojowej na dolnej poprzeczce?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez uchwytu na prześcieradło w rolce?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59.

Dotyczy pakietu 8. Wózek do przewożenia chorych - 2szt. Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego podstawa jest częściowo osłonięta tworzywem ABS montowanym na stałe oraz posiada dodatkowo kosz druciany na akcesoria lub podręczne rzeczy pacjenta?

SL

PZ



Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
Dział Inżynierii Klinicznej
Paweł Szkodny
mgr inż. Paweł Szkodny
tel. +48 12 614 2018

SPECJALISTA ds. APARATURY MEDYCZNEJ
DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ
Paweł Batorski
mgr inż. Paweł Batorski
tel. +48 12 614 26 31

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ
tel. +48 12 614 2018, +48 12 614 2445
fax +48 12 614 2410, +48 12 614 2446
NIP 677-16194-570, REGON 000290073

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Dorota Sobczyk
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

SL

PK