



Ldz. 90 – 0902/~~197~~/2019

Olsztyn, dnia 05.02.2019 r.

Nr postępowania : 33 / 2019 / PN / DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. *Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie.

Pytanie nr 1:

Pozycja 24: Produkt o numerze katalogowym E0269-01 ma od stycznia 2019 r. zmienioną wielkość opakowania. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tego odczynnika w opakowaniu 10 x 1 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika w opakowaniu 10 x 1 ml.

Pytanie nr 2:

Produkty z pozycji 167, 174, 180, 239, 240, 241, 251, 252, 253, 256, 257, 264, 265, 266, 267, 374, 375 zostały wycofane z oferty. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ich z przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się wykreślić z opisu przedmiotu zamówienia produkty z pozycji 167, 174, 180, 239, 240, 241, 251, 252, 253, 256, 257, 264, 265, 266, 267, 374, 375.

Pytanie nr 3:

Odczynnik z pozycji 268 i 269 jest dostępny tylko w zestawie z nukleotydami. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie takiego zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników z pozycji 268 i 269 w zestawie z nukleotydami.

KAN C ERZ

dr inż. Aleksander Socha

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości zamawianych odczynników w pozycjach od 285 do 377.

Odpowiedź:

Zamawiający ilość odczynników dla każdej pozycji od 285 do 377 ustalił na 1 sztukę.

Z poważaniem

Sporządziła: Anna Adamkiewicz