

Konin, 17.02.2022r.

WSZ-EP-68/22/214/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy WSZ-EP-68/2022).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe: warstwa wewnętrzna – włóknina polipropylenowa Spunbond, warstwa filtrująca: włóknina polipropylenowa Meltblown, warstwa zewnętrzna – włóknina polipropylenowa Spunbond?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe: warstwa wewnętrzna – włóknina polipropylenowa Spunbond, warstwa filtrująca: włóknina polipropylenowa Meltblown, warstwa zewnętrzna – włóknina polipropylenowa Spunbond?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 8 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm +/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany. W części bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość 10 cm +/- 1cm. Wymiary denka: 23cm x 19 cm. Szyty techniką owerlok. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści czepkę chirurgiczną w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlock. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepkę w formie furażerki z wstawką chłonną pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m². Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m², denko: polipropylen 25g/m², wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m², oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 10 poz. 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wydłużony z możliwością wywinięcia wykonany w całości z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 10 poz. 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 75cm x 90cm z otworem owalnym 6cm x 8cm przylepnym od strony pacjenta o gramaturze 60g/m² i nieprzemakalności 196cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30g 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakich kompresów oczekuje włókninowych czy gazowych (w składzie podane są włókninowe natomiast w opisie szczegółowym gazowe)?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 11 wymaga kompresów gazowych. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 11.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H₂O w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H₂O w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 16

Czy Zamawiający ma na myśli koszule pacjenta z krótkim rękawem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie określa powyższego.

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwie wyposażone w molet antypoślizgowy wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, z warstwą chłonną 60 x 145cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę o średnicy 85cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłona na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

Wykonana z folii o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody z perforowaną końcówką (bez samouszczelniającej końcówki)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę o średnicy 85cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 23 poz. 5.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 23, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o grubości 0,035mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałości za rozerwanie na sucho 108 kpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 24.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m² (włóknina polipropylenowa 28g/m² + folia polietylenowa 28 g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26 poz. 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95kpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O.

Zamawiający nie wyraża zgody na osłonę na kończynę o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95kpa, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

W związku z tym w zakresie odporności na przenikanie cieczy Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26 poz. 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 26, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m², o odporności na przenikanie cieczy 41,7cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m².

Zamawiający nie wyraża zgody na osłonę na kończynę o odporności na przenikanie cieczy 41,7cm H₂O, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

W związku z tym w zakresie wykonania osłony na kończynę Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26 poz. 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 26, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm wykonaną z folii o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki wykonane z włókniny typu spunlance w rozmiarze 40x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 27.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny stanowiącą owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, składowa a)

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabiegu cięcia cesarskiego w kształcie litery T o wym. 180/240 x 215cm z oknem w kształcie trapezu wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 23,5 x 23,5 x 2,5 x 33cm. Otwór otoczony torbą 360° do zbiórki płynów o wym. 56cm x 80cm z usztywnionym brzegiem i zaworem spustowym do podłączenia drenów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 29 składowa a).

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 29, składowa d)

Czy zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną z włókniny spunlace 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 29 składowa d).

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 29, składowa e)

Czy Zamawiający dopuści ściereczki chłonne celulozowe 30cm x 30cm o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 29 składowa e).

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 29, składowa f)

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową przylepną 30cm x 40cm (lewa 15cm x 30cm, prawa 25cm x 30cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 29 składowa f).

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 29, składowa g)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne o gramaturze 56g/m² wzmocnione w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m² o odporności na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 29. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 30, 31

Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m² o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m² + folia PE 28g/m² + polipropyleń 22 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakietach nr 30 i 31.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 30, 31

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 102 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie min. 99kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 30, 31, 32, 33, 35, 37

Czy Zamawiający dopuści serwety 2 warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kpa, o chłonności 600%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 32.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 39

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową do irygacji wykonaną z folii o gramaturze 0,065mm w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 42, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną 65cm x 190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 42, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 42 składowa 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 42, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o nieprzemakalności min. 20cm H₂O przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 42, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm z folii PE 50g//m² i włókniny wiskozowej 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 42 składowa 4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 42, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny włókninowo-celulozowy pięciowarstwowy w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 42, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści organizer przewodów typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5cm x 22cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 42 składowa 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 42, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści skalpel nr 15 bez osłonki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 42 składowa 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 42, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwudzielną 40cm x 30cm (zamiast 40cm x 35cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 42 składowa 12.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 42, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabiegów laparoskopowych w kształcie litery „T” 200cm x 260cm oraz otwór samoprzylepny 30cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną. Serweta wykonana z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 205,6/199,4kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 44, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabiegów artroskopii kolana o wym. 230cm x 300cm z otworem samouszczelniającym się o śr. 7cm, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą

chłonną SM, Gramatura serwety 60g/m² warstwa chłonna 80g/m², odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 180/172 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 44, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę 16cm x 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 44, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą 10cm x 50cm o gramaturze 68g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 44 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 44, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm (zamiast 22cm x 75cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 44 składowa 4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 44, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści dren Redona Ch 12 dł 70cm ze znacznikiem RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 44 składowa 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 44, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona 200ml z drenem 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 44 składowa 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 44, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną 65cm x 190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 44, składowa 12

Czy Zamawiający dla parametru 12 dopuści fartuch o nieprzemakalności w strefie krytycznej mon. 20cm H₂O i wytrzymałości na sucho/mokro 145,8 / 131,6 kPaw strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 44, składowa 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w parametrze 14 rozmiaru fartucha (podany XXLL) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 44 składowa 14 wymaga fartucha w rozmiarze XXLL lub XXXL. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 44 składowa 14 poprzez dopisanie rozmiaru XXXL.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 44, składowa 14

Czy Zamawiający dla parametru 14 dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 68g/m² o odporności na przenikanie cieczy 226,2cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 45, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną 65cm x 190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 45, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 95cm x 75cm o gramaturze 60g/m² (PE 30g/m² + PP 30g/m²), odporność na przenikanie płynów 196cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 45 składowa 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 45, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 175cm) o gramaturze 60g/m² (PE 30g/m² + PP 30g/m²), odporność na przenikanie płynów 196cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 45 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 45, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą 10cm x 50cm o gramaturze 68g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 45 składowa 5.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 45, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści przylepną folię operacyjną bez właściwości bakteriobójczych w rozmiarze 45cm x 55cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 45, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową o długości przewodu 320cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 45, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona 200ml z drenem 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 45 składowa 9.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 45, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści miseczkę plastikową 250ml ze skalą, polipropylenową, transparentną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 45 składowa 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 45, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C 100cm x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 45, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 20cm H₂O i wytrzymałości na sucho/mokro 145,8 / 131,6 kPaw strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, składowa 1

Czy Zamawiający dla parametru 1 dopuści fartuch o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 20cm H₂O i wytrzymałości na sucho/mokro 145,8 / 131,6 kPaw strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, składowa 3

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm – folia PE 50g/m² + włóknina wiskozowa 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści owinięcie noworodka o wym. 80cm x 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 48 składowa 4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 48, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne z trzonkiem nr 24?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 48 składowa 5.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 48, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne z tolerancją rozmiaru +/- 2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 48 składowa 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 48, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 48 składowa 8.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 48, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego o wym. 200cm x 320cm z otworem 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, serweta zintegrowana z workiem do zbiórki płynów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół mayo o wym. 80cm x 140cm z warstwą chłonną 60cm x 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 48 składowa 11.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 49, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonna 60cm x 145cm o gramaturze folii 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 49, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne z tolerancją rozmiaru +/- 2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 49 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 49, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę do owinięcia zestawu 150cm x 260cmz warstwą chłonną 65cm x 260cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 49 składowa 4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 49, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 49 składowa 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 49, składowa 7

Czy zamawiający dopuści organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5cm x 22cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 49, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL wykonane z włókniny typu Spunlace o wytrzymałości na rozerwanie – sucho 268,9 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 49 składowa 8.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną (parametr 1) wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) o gramaturze 60g/m² wzmocnioną w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m² o chłonności 680%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 50, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczna o wymiarze 150cm x 240cm ze wzmocnieniem 25cm x 60cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 50, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 95cm x 75cm o gramaturze 60g/m² (PE 30g/m² + PP 30g/m²), odporność na przenikanie płynów 196cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 50 składowa 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 50, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 175cm) o gramaturze 60g/m² (PE 30g/m² + PP 30g/m²), odporność na przenikanie płynów 196cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 50 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 50, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne z tolerancją rozmiaru +/- 2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 50 składowa 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 50, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do ssaka PVC CH 24 dł. 3m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 50, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu velcro 2,5cm x 22cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 50 składowa 8.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 50, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową 40cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 50 składowa 13.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 50, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo 80cm x 140cm z warstwą chłonna 60cm x 140cm o gramaturze folii PE 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 50, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści fartuch o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 20cm H₂O i wytrzymałości na sucho/mokro 145,8 / 131,6 kPa w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 50, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150cm x 260cm z warstwą chłonną 65cm x 260cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 50 składowa 16.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150cm x 260cm z warstwą chłonną 65cm x 260cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 95cm x 75cm o gramaturze 60g/m² (PE 30g/m² + PP 30g/m²), odporność na przenikanie płynów 196cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 240cm o gramaturze 60g/m² (PE 30g/m² + PP 30g/m²), odporność na przenikanie płynów 196cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 175cm) o gramaturze 60g/m² (PE 30g/m² + PP 30g/m²), odporność na przenikanie płynów 196cm H₂O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 4. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne z tolerancją rozmiaru +/- 2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 6. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 7. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 20cm H₂O i wytrzymałości na sucho/mokro 145,8 / 131,6 kPa w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 51, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści dren CH24 o dł. 3m żeński/żeński?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 51, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny 8cm x 10cm z wyspą 4cm x 6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 11. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 17

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stół Mayo 80cm x 140cm z warstwą chłonna 60cm x 140cm o gramaturze folii PE 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 51, składowa 18

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową lepłą 40cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51 składowa 18.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 51, składowa 19

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka CH24 dł. 3m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 54, składowa 3

Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina 30g/m², folia PE 30g/m²)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 54 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 54, składowa 4

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20 cm H₂O, reszta parametrów zgodnie ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 54, składowa 5

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na stół Mayo z folii PE o gramaturze 50g/m² dodatkowo wzmocnioną włókniną szer. 60 x 140 cm, całkowity wymiar 80 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 54

Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu: folia PE 30g/m² oraz włóknina 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 54

Czy zamawiający dopuści laminat trójwarstwowy: Włóknina 28g/m² + Folia PE 25g/m² + Włóknina 22g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 54.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56, składowa 2

Czy zamawiający dopuści dren redona 12 ch, 70 cm, zamiast 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy

Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 56 składowa 2.
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56, składowa 3

Czy zamawiający dopuści serwetę 150 x 250 cm dwuwarstwowe z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej, wycięcie U 7 x 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 56, składowa 4

Czy zamawiający dopuści serwetę operacyjną 150 x 240 cm z taśmą samoprzylepną 2-warstwową (dodatkowo wzmocnienie 80g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 56, składowa 5

Czy zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150 x 260 cm, obszar chłonny 65 x 260 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 56 składowa 5.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56, składowa 6

Czy zamawiający dopuści osłonę foliową na ramię C 100 x 160 cm, zamiast 116 x 183 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 56, składowa 7

Czy zamawiający dopuści tolerancję wymiarów taśmy lepnej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 56 składowa 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56, składowa 8

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę dwuwarstwową 30 x 80 cm, zamiast trójwarstwowej 22 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 56

Czy zamawiający dopuści w strefie krytycznej chłonny materiał SM o gramaturze 80g/m², serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu folia PE 30g/m² oraz włóknina 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 56

Czy zamawiający dopuści laminat trójwarstwowy: Włóknina 28g/m² + Folia PE 25g/m² + Włóknina 22g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 56.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 57, składowa 1

Czy zamawiający dopuści podkład syntetyczny pod gips 10cm x 3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 57 składowa 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 57, składowa 3-5

Czy zamawiający dopuści serwety wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina 30g/m², folia PE 30g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 57, składowa 6

Czy zamawiający dopuści warstwę chłonną 65 x 190 cm, zamiast 75 x 190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 57 składowa 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 57, składowa 7

Czy zamawiający dopuści osłonę foliową na ramię C 100cm x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 57, składowa 8

Czy zamawiający dopuści tolerancję wymiarów taśmy lepnej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 57 składowa 8.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 57, składowa 9

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 57

Czy zamawiający dopuści laminat trójwarstwowy: Włóknina 28g/m² + Folia PE 25g/m² + Włóknina 22g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 57.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 59, składowa 1

Czy zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową 240 x 150 cm z taśmą lepłą, gramatura: włóknina 28g/m², folia PE 25g/m² oraz włóknina 22g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro 100/99 kPa, odporność na przenikanie cieczy 102cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 59, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową 75 x 90 cm z taśmą lepłą, gramatura: włóknina 28g/m², folia PE 25g/m² oraz włóknina 22g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro 100/99 kPa, odporność na przenikanie cieczy 102cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 59, składowa 4

Czy zamawiający dopuści kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 30 cm, zamiast 40 x 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 59 składowa 4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 59, składowa 5

Czy zamawiający dopuści osłonę foliową na aparaturę okrągłą o średnicy 85 cm z gumką, zamiast 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 59 składowa 5.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 59, składowa 6

Czy zamawiający dopuści osłonę foliową 16 x 200 cm, zamiast 12,7 x 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 59, składowa 7

Czy zamawiający dopuści torbę papierową 12,5 x 5 x 25,7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 59 składowa 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 59, składowa 16

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 59, składowa 17

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 59, składowa 17

Czy zamawiający dopuści fartuchy bez metki producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 59 składowa 17.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 59, składowa 18

Czy zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik 150 x 190 cm w ramach owinięcia zestawu, wykonana z włókniny o gramaturze 30g/m² oraz folii 40g/m², odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 60, składowa 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie 200 x 320 cm z decentralnym otworem o średnicy 15 cm, włóknina trójwarstwowa SMS o gramaturze 50g/m², dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej materiałem o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 60, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu 45 x 45 cm, zamiast papieru krepowego 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 60 składowa 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 60, składowa 3

Czy zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru folii operacyjnej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 60 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 60, składowa 4

Czy zamawiający dopuści kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 30 cm, zamiast 40 x 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy

Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 60 składowa 4.
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 60, składowa 5

Czy zamawiający dopuści osłonę z folii PE o gramaturze 35 mikronów, zamiast 30?)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 60 składowa 5.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 60, składowa 6

Czy zamawiający dopuści torbę papierową 12,5 x 5 x 25,7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 60 składowa 6 odstępuje od toreb papierowych. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 60 składowa 6 poprzez wykreślenie toreb papierowych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 60, składowa 7

Czy zamawiający dopuści pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 60 składowa 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 60, składowa 14

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 60, składowa 15

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 60, składowa 15

Czy zamawiający dopuści fartuchy bez metki producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 60 składowa 15.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 60, składowa 16

Czy zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik 150 x 190 cm (zamiast 150 x 150cm) w ramach owinięcia zestawu, wykonana z włókniny o gramaturze 30g/m² oraz folii 40g/m², odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 61, składowa 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie 200 x 320 cm z decentralnym otworem o średnicy 15 cm, włóknina trójwarstwowa SMS o gramaturze 50g/m², dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej materiałem o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 61, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu 45 x 45 cm, zamiast papieru krepowego 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 61 składowa 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 61, składowa 3

Czy zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru folii operacyjnej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 61 składowa 3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 61, składowa 4

Czy zamawiający dopuści kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 30 cm, zamiast 40 x 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 61 składowa 4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 61, składowa 5

Czy zamawiający dopuści torbę papierową 12,5 x 5 x 25,7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 61 składowa 5 odstępuje od toreb papierowych. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 61 składowa 5 poprzez wykreślenie toreb papierowych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 61, składowa 6

Czy zamawiający dopuści pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 61 składowa 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 61, składowa 13

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 61, składowa 14

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 61, składowa 14

Czy zamawiający dopuści fartuchy bez metki producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 61 składowa 14.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 61, składowa 15

Czy zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik 150 x 190 cm (zamiast 150 x 150cm) w ramach owinięcia zestawu, wykonana z włókniny o gramaturze 30g/m² oraz folii 40g/m², odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 1

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny 30g/m² oraz folii PE 30g/m², reszta parametrów zgodnie z wymaganiami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 62 składowa 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 62, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 3

Czy zamawiający dopuści obłożenie do angiografii 225 x 320 cm z dwoma otworami, wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE), wzmocnienie z włókniny 70 x 70 cm o gramaturze 86g/m², po obu stronach foliowa wstawka 62,5 x 320 cm, odporność na przenikanie płynów 283 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 4

Czy zamawiający dopuści obszar chłonny 65 x 190 cm, zamiast 75 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 6

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności 800ml, zamiast 700ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 62 składowa 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 62, składowa 14

Czy zamawiający dopuści aplikator 5 x 5 cm, długość 16cm, niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 62 składowa 14.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 62, składowa 15

Czy zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru kleszczyków +/- 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 62 składowa 15.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 62, składowa 17

Czy zamawiający dopuści osłonę foliową na aparaturę o średnicy 85 cm, zamiast 75cm, folia PE 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 18

Czy zamawiający dopuści osłonę foliową na aparaturę o średnicy 105 cm, zamiast 90cm, folia PE 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 19

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 20

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 62, składowa 21

Czy zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik 150 x 190 cm (zamiast 150 x 150cm) w ramach owinięcia zestawu, wykonana z włókniny o gramaturze 30g/m² oraz folii 40g/m², odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową z papierową wstawką Tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 63 opcja 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający może doprecyzować co ma na myśli przez ubranie operacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem ubranie operacyjne ma na myśli spodnie + bluza krótki rękaw. W związku z tym Zamawiający w pakiecie nr 63 opcja 1 doprecyzowuje pojęcie ubranie operacyjne w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści ręcznik włókninowy 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 63 opcja 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem tradycyjnym, zamiast typu reglan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 63 opcja 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem tradycyjnym, zamiast typu reglan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 63 opcja 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści osłonę w kształcie walca 80cm x 150cm z elastyczną krawędzią na krótszym boku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru Kleszczyków +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy

Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 63 opcja 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści kleszczyki do chusty zielone?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści chustę angiograficzną 320cm x 225cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm otoczonymi i wypełnionymi folią chirurgiczną, wzmocnienie w strefie krytycznej 70 x 70 cm, przezroczysty panel po obu stronach 62,5 x 320 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści torebkę na płyny przezroczystą 1 komora 40 x 30 cm, zamiast 40 x 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 63 opcja 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 63 opcja 1

Czy zamawiający dopuści chustę 2 warstwową o wymiarach 150 x 190 cm w ramach owinięcia zestawu, zamiast 140 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 63 opcja 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m², dostępny w Rozmiar XXL ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 67

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 68

Czy Zamawiający dopuści ręczniki 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 68.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 68

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka 90cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 68.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 68

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 2-warstwową pod pośladki 114cm x 150cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 68

Czy Zamawiający dopuści serwetę z workiem na płyny o wymiarach 78cm x 80cm i pojemności 2500ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 68

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy AAMI PB70 poziom 3, ponieważ jest to norma amerykańska?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 68 odstępuje od wymogu spełnienia normy AAMI PB70 poziom 3. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 68.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 69

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonność min. 680%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa,, odporności na penetrację płynów 188 cm H₂O, chłonności min. 350%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 71

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90cm z wkładem chłonnym w rozmiarze min. 52x80cm ; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², część spodnia z folii o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 71

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od klasy palności, gdyż parametr ten nie jest stosowany dla podkładów chłonnych?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 71 odstępuje od klasy palności. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 71.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu polietylen + polipropylen o gramaturze 60g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 109/99,4 kPa, chłonność 600%, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści serwetę do nakrycia stołu instrumentariuszki wykonaną z laminatu foliowo-włókninowego o gramaturze min. 70/m², wzmocnienie 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm o gramaturze 80g/m², wykonana z folii PE oraz wzmocniona włókniną, wzmocnienie 60 x 145cm, chłonność 350%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80 x 145 cm o gramaturze 80g/m², wykonana z folii PE oraz wzmocniona włókniną, wzmocnienie 60 x 145cm, chłonność 350%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści osłonę na kable video 16 x 250 cm, zamiast 18 x 244 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 74.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową 40 x 30 cm, zamiast 43 x 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści dren o długości 210 cm, 24CH?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 74.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści taśmę typu rzep 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 74.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści serwetę z trójwarstwowej włókniny 200 x 280 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm z dodatkowym wzmocnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 74.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści zestaw owinięty w serwetę włókninowo-foliową zamiast papieru krepowego, fartuch umieszczony jako pierwsza warstwa razem z resztą komponentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 74.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 74

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej folii z jedną papierową wstawką Tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 74.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu polietylen + polipropylen o gramaturze 60g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 109/99,4 kPa, chłonność 600%, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści serwetę do nakrycia stołu instrumentariuszki wykonaną z laminatu foliowo-włókninowego o gramaturze min. 70/m², wzmocnienie 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 75.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści tufery z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści osłonę na kable video 16 x 250 cm, zamiast 18 x 244 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 45 x 45 cm, zamiast 45 x 37,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 75.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej folii z jedną papierową wstawką Tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 75.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 75

Czy zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne pakowanie: zewnętrzny karton zaklejony taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 75.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu polietylen + polipropylen o gramaturze 60g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 109/99,4 kPa, chłonność 600%, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści serwetę do nakrycia stołu instrumentariuszki wykonaną z laminatu foliowo-włókninowego o gramaturze min. 70/m², wzmocnienie 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 77.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści dren o długości 210 cm, 24CH?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 77.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści taśmę typu rzep 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 77.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści tufery z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści serwetę z trójwarstwowej włókniny 200 x 320 cm z przyklepnym otworem o średnicy 15 cm, z dodatkowym wzmocnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 77.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści serwetę 180 x 180 cm z paskiem taśmy przylepnej o szerokości 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową 40 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści zestaw owinięty w serwetę włókninowo-foliową zamiast papieru krepowego, fartuch umieszczony jako pierwsza warstwa razem z resztą komponentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 77.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej folii z jedną papierową wstawką Tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 77.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 77

Czy zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne pakowanie: zewnętrzny karton zaklejony taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 77.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 78

Czy Zamawiający dopuści sterylną matę o antypoślizgowej powierzchni, w rozmiarze 30,5 x 40,5cm, spodnia strona wykonana z pianki antypoślizgowej, kolor różowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 78.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 79

Czy Zamawiający dopuści serwetki chłonne dla noworodków w rozmiarze 75x80cm wykonane z włókniny typu spulnace 80g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 78.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.