

Znak DOAT: 164/12/2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert na świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury medycznej firmy Draeger dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II., nr postępowania: 23/12/2024/Z.

1. Pytanie nr 1

Prosimy o wykluczenie z pakietu parowników które są własnością firmy Baxter i to ona odpowiada za zlecenia przeglądów.

8	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE- 0302	2012/09	04/2025	1
9	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0304	2012/09	04/2025	1
10	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0303	2012/09	04/2025	1
11	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASKK 1855	2017/12	08/2025	1
12	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASKK 1852	2012/09	08/2025	1

Odpowiedź: Zamawiający wyklucza z pakietu parowniki które są własnością firmy Baxter pozycje 8-12.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

Lp.	Lokalizacja	Nazwa sprzętu	Typ, Model	Producent	Numer fabryczny	Rok/miesiąc instalacji	Data ostatniego przeglądu	Ilość planowanych przeglądów
1	OIOM	Aparat do znieczulenia	Atlan 350	DRAEGER	ASNH0056	2020	08/2025	2
2	OIOM	Aparat do znieczulenia	PRIMUS	DRAEGER	ASAE-0187	2009/05	12/2024	2
3	OIOM	Aparat do znieczulenia	PRIMUS	DRAEGER	ASCK-0324	2011/10	12/2024	2

4	OIOM	Aparat do znieczulenia	FABIUS GS	DRAEGER	10171	2001/12	12/2024	2
5	OIOM	Aparat do znieczulenia	FABIUS GS	DRAEGER	ARWF-0100	2005/07	12/2024	2
6	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASCK-0299	2011/02	04/2025	1
7	OIOM	Parownik	VAPOR 2000	DRAEGER	ARLL-1498	2017/12	04/2025	1
8	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0302	2012/09	04/2025	1
9	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0304	2012/09	04/2025	1
10	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0303	2012/09	04/2025	1
11	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASKK-1855	2017/12	08/2025	1
12	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASKK-1852	2012/09	08/2025	1
13	OIOM	Analizator gazów	SCIO	DRAEGER	ARWF-0017	2001/12	04/2025	1
14	OIOM	Analizator gazów	SCIO	DRAEGER	ARYL-0197	2005/07	04/2025	1
15	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	5397994445	2010	12/2024	1
16	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6001106281	2009	12/2024	1
17	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002587463	2010/06	12/2024	1
18	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002519466	2010/06	12/2024	1
19	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002548862	2010/06	12/2024	1
20	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002529571	2010/06	12/2024	1
21	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002549264	2009/06	12/2024	1

22	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	5398147654	2006/12	12/2024	1
23	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6003358174	2011	12/2024	1
24	OIOM	Centrala	INFINITY CENTRAL STATION	DRAEGER	11097M00690	2010	12/2024	1
25	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0243	2010/06	12/2024	2
26	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0244	2010/06	12/2024	2
27	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0246	2010/06	12/2024	2
28	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0247	2010/06	12/2024	2
29	OIOM	Respirator	SAVINA 300	DRAEGER	ASCK0084	2011/10	01/2025	1
30	OIOM	Respirator	SAVINA	DRAEGER	ARZH0099	2008/08	06/2025	1
31	OIOM	Respirator	SAVINA	DRAEGER	ARXM0319	2006/12	08/2025	1

Pytanie nr 2

Prosimy o weryfikację sprawności analizatorów gazów SCIO oraz centrali monitorującej ICS, według naszej wiedzy oraz danych, zamawiający skasować/wyłączyć z użytkowania ten sprzęt.

13	OIOM	Analizator gazów	SCIO	DRAEGER	ARWF-0017	2001/12	04/2025	1
14	OIOM	Analizator gazów	SCIO	DRAEGER	ARYL-0197	2005/07	04/2025	1
24	OIOM	Centrala	INFINITY CENTRAL STATION	DRAEGER	11097M00690	2010	12/2024	1

Odpowiedź: Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia pozycje 13,14,24.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

Lp.	Lokalizacja	Nazwa sprzętu	Typ, Model	Producent	Numer fabryczny	Rok/miesiąc instalacji	Data ostatniego przeglądu	Ilość planowanych przeglądów
1	OIOM	Aparat do znieczulenia	Atlan 350	DRAEGER	ASNH0056	2020	08/2025	2
2	OIOM	Aparat do znieczulenia	PRIMUS	DRAEGER	ASAE-0187	2009/05	12/2024	2
3	OIOM	Aparat do znieczulenia	PRIMUS	DRAEGER	ASCK-0324	2011/10	12/2024	2
4	OIOM	Aparat do znieczulenia	FABIUS GS	DRAEGER	10171	2001/12	12/2024	2
5	OIOM	Aparat do znieczulenia	FABIUS GS	DRAEGER	ARWF-0100	2005/07	12/2024	2
6	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASCK-0299	2011/02	04/2025	1
7	OIOM	Parownik	VAPOR 2000	DRAEGER	ARLL-1498	2017/12	04/2025	1
8	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0302	2012/09	04/2025	1
9	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0304	2012/09	04/2025	1
10	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASDE-0303	2012/09	04/2025	1
11	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASKK-1855	2017/12	08/2025	1
12	OIOM	Parownik	D-VAPOR	DRAEGER	ASKK-1852	2012/09	08/2025	1
13	OIOM	Analizator gazów	SCIO	DRAEGER	ARWF-0017	2001/12	04/2025	1
14	OIOM	Analizator gazów	SCIO	DRAEGER	ARYL-0197	2005/07	04/2025	1
15	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	5397994445	2010	12/2024	1

16	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6001106281	2009	12/2024	1
17	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002587463	2010/06	12/2024	1
18	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002519466	2010/06	12/2024	1
19	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002548862	2010/06	12/2024	1
20	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002529571	2010/06	12/2024	1
21	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6002549264	2009/06	12/2024	1
22	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	5398147654	2006/12	12/2024	1
23	OIOM	Kardiomonitor	INFINITY DELTA	DRAEGER	6003358174	2011	12/2024	1
24	OIOM	Centrala	INFINITY CENTRAL STATION	DRAEGER	11097M00690	2010	12/2024	1
25	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0243	2010/06	12/2024	2
26	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0244	2010/06	12/2024	2
27	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0246	2010/06	12/2024	2
28	OIOM	Respirator	EVITA XL	DRAEGER	ASBE0247	2010/06	12/2024	2
29	OIOM	Respirator	SAVINA 300	DRAEGER	ASCK0084	2011/10	01/2025	1
30	OIOM	Respirator	SAVINA	DRAEGER	ARZH0099	2008/08	06/2025	1
31	OIOM	Respirator	SAVINA	DRAEGER	ARXM0319	2006/12	08/2025	1

Pytanie nr 3

W przedmiotowym pakiecie znajduje się aparat do znieczulania Atlan, który według wytycznych producenta wymaga przeglądu raz na rok. Prosimy o zmianę częstotliwości przeglądu z 2 na 1.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia częstotliwość przeglądu z 2 na 1 rok.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w §8 ust 1 pkt a z 1% do 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej .

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert, zamieszczona jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

Rafał Krupa