

Numer referencyjny postępowania:  
**ZP.272.9.2024**

Pruszków, dnia 9 maja 2024 roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**”.

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ nr 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

*Dzień dobry,  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 9 : Kateter F5.5 do badań histerosalpingografii i sonohisterografii, długość sondy 400mm. Jak obecnie stosowany.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 2:**

*Pytanie 1 Pakiet 20 Pozycja 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 20 pozycji nr 2 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

**Treść pytania nr 3:**

*Pytanie 2 Pakiet 20 Pozycja 2  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje czy czujnik ma być klejowy czy rzep ?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wymaga czujnika na rzep.

**Treść pytania nr 4:**

*Pakiet nr 5 poz. 11  
Prosimy o informację czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. W opisie pojawia się zarówno stwierdzenie „kompatybilny z aparatem” jak i „wymagany oryginał”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wymaga papieru oryginalnego.

**Treść pytania nr 5:**

*Pakiet nr 5 poz. 12*

*Prosimy o doprecyzowanie czy w ww. pozycji Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 6:**

*Projekt umowy par.8 pkt.2*

*Prosimy o zmianę zapisu-umowa przewidziana jest na 12 m-cy, minimalny termin ważności przedmiotu ma być 6 m-cy (par. 1 pkt.4) zatem zgłoszenia reklamacji ze strony Zamawiającego nie mogą obejmować 24 m-cy. Prosimy o skrócenie tego czasu do 12 m-cy.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 7:**

*pakiet 17, poz. 3*

*Czy Zamawiający dopuści rolki z perforacją co ok. 38 cm?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 8:**

*Pakiet 15*

*Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m kw.?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego.

**Treść pytania nr 9:**

*Pakiet 16*

*Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 2 dopuści prowadnice do trudnych intubacji o długości 60 cm, zachowując przy tym pozostałe parametry?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

**Treść pytania nr 10:**

*Pakiet 40*

*Czy Zamawiający w pakiecie 40 pozycji 2 dopuści cewnik jednoświatłowe o średnicy zewnętrznej 1,5 mm, z igłą wprowadzającą 6,8 cm?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 11:**

*Pakiet 35 pozycje 5 i 6*

*Prosimy o wykreślenie zapisu „nie zawiera ftalanów” dla masek anestetycznych w rozmiarach 4 i 5. Zaznaczamy iż Zamawiający nie wprowadził tego wymogu dla tego samego produktu w pozycji 4, tj. maski anestetycznej w rozmiarze 3.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w poz. 4 nastąpiła omyłka pisarska - zamawiający wymaga maski bez ftalanów dla masek anestetycznych w rozmiarach 3, 4 i 5.

**Treść pytania nr 12:**

*Do wzoru umowy*

*1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 11 ust. 1 pkt. 1 do 0,5% ?*

*Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 13:**

*2. Wniosek o dopisanie:*

*Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 14:**

*Pakiet 2 , pozycja 2*

*Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści zestaw do drenaż o specyfikacji technicznej : zestaw jednorazowego użytku z czterema komorami do drenażu klatki piersiowej , do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania. Przezroczysta z każdej strony komora zbiorcza z poliwęglanów o pojemności 2500ml, składająca się z trzech części dla sekwencyjnego napełniania, z pediatrycznym stopniowaniem skali ( co 1ml do 250ml) oraz z powierzchnią umożliwiającą nanoszenie notatek . Miękki monoprenowy przewód (bezląteksowy) samouszczelniający się przy pobieraniu próbek zdrenowanego płynu. Bezigłowy port do pobierania próbek. Przewód zaopatrzony w mechanizm zapobiegający załamaniu i skręcaniu się drenu. Zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym oraz pokrywą zabezpieczającą w celu kontroli nadmiaru podciśnienia. Automatyczny zawór upustowy ciśnienia, uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru dodatniego ciśnienia. System antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w*

komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, nawet wówczas, gdy zestaw ulegnie przewróceniu. Wbudowany statyw podłogowy, haki łóżkowe oraz uchwyty w celu łatwiejszego umieszczenia zestawu oraz jego transportu. Komora kontrolna, umożliwiająca podgląd wartości podciśnienia w klatce piersiowej w zakresie od 0-25cm H<sub>2</sub>O, co zapewnia precyzyjną kontrolę nad efektywnym poziomem ssania. Mechaniczny regulator ssania pozwala kontrolować ssanie bez potrzeby dodawania lub usuwania wody. Produkt bezłateksowy, sterylny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

**Treść pytania nr 15:**

*Pakiet 36, pozycja 1*

*Czy Zamawiający w Pakiecie 36 pozycji 1 dopuści zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN-Fit, długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, wykonany z poliuretanu? Produkt pierwotnie opisany w SWZ nie jest już produkowany.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 16:**

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §11 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6:*

*1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku::*

*1) zwłoki w dostawach, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie mniejszej niż 50,00 zł i nie większej niż 10% wartości brutto opóźnionego zamówienia jednostkowego*

*2) przekroczenia obowiązującego terminu wymiany wadliwego produktu na wolny od wad lub terminu usunięcia usterki - w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego produktu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za które odpowiada Wykonawca, jednak nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie produktu wolnego od wad lub terminu usunięcia usterki za każdy dzień zwłoki;*

*3) zwłoki w uzupełnieniu różnicy w ilości wynikającej z zamówienia jednostkowego i faktycznie zrealizowanej dostawy - w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za które odpowiada Wykonawca, jednak w wysokości nie mniejszej niż 50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy*

*4) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 5 ust. 5 lub 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 2000,00 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem § 5 ust. 5 lub 6 umowy;*

*5) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części, od której nastąpiło odstąpienie od umowy;*

*6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 17:**

*Czy w **Pakiecie nr 6 w poz. 4** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że uważa każdy produkt, który jest dopuszczony do użytku medycznego za zweryfikowany.

**Treść pytania nr 18:**

*Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Pakietu nr 6 poz. 4** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególnie dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 19:**

*Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Pakietu nr 9 poz. 1** do odrębnego pakietu. Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 20:**

*Czy w pakiecie 37 w poz 2 Zamawiający dopuszcza końcówki o pojemności 5-200ul?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 21:**

*Czy w pakiecie 37 w poz 3 Zamawiający dopuszcza końcówki o pojemności 100-1000ul?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 22:**

*Czy w pakiecie 37 w poz 7 Zamawiający dopuści płyty bezbarwne 8 dołkowe?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 23:**

*Czy w pakiecie 37 w poz 9 Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności użytkowej 100ml i całkowitej 125ml?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 24:**

*Czy Zamawiający we wzorze umowy, w paragrafie 11, ust. 1, ppkt 1) wyrazi zgodę na usunięcie zapisu:*

"...jednak w wysokości nie mniejszej niż 50 zł..." ? Uzasadnienie: Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 25:**

Czy Zamawiający we wzorze umowy, w paragrafie 11, ust. 1, ppkt 2) wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "...jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 1 000,00zł za każdy dzień zwłoki..." ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 26:**

Czy Zamawiający we wzorze umowy, w paragrafie 11, ust. 1, ppkt 3) wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "...jednak w wysokości nie mniejszej niż 50 zł..." ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Treść pytania nr 27:**

Dotyczy: „Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy”;  
„Pakiet 31 – dreny do pomiaru ciśnienia, w torze napływu itp.”;  
Pozycja 1: „Dren jednorazowy PneumoSure z ciągłym pomiarem ciśnienia. Op.10 szt.”

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w zamian:  
„Dren jednorazowy PneumoSure z podgrzewaniem i ciągłym pomiarem ciśnienia.Op.10 szt.” ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

**Treść pytania nr 28:**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 33 poz. 1 igłę bezpieczną bez odpinanych skrzydełek?  
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wyraża dopuszcza powyższe.

**Treść pytania nr 29:**

Prosimy o potwierdzenie, czy w Pakiecie 8 pozycja 6 jednostka miary jest poprawna. Czy Zamawiający oczekuje wyceny 12 sztuk produktów czy 12 opakowań (tj. 72 szt.)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że oczekuje wyceny 12 sztuk produktów

**Informacje uzupełniające**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.