

Dziekan

Gdańsk, dnia 09.03.2023

Nr postępowania ZP/27/014/D/23 cz. I

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zgodnym z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na „Dostawę oscyloskopów i zasilaczy laboratoryjnych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na: „Dostawę oscyloskopów i zasilaczy laboratoryjnych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

TESPOL Sp. z o.o.,

ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne wyboru:

Oferta uzyskała łącznie **60 punktów**, w tym w kryterium cena 60 punktów, w kryterium termin realizacji zamówienia 0 punktów.

Uzasadnienie prawne wyboru:

Wykonawca, tj. TESPOL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 125, złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu art. 239 ustawy Pzp, a jej wyboru Zamawiający dokonał w oparciu o art. 242 tejże ustawy. Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIV SWZ. Ponadto oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego, określone w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 308 ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Ponadto informuję, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożył jeszcze jeden Wykonawca.

Lp.	Numer oferty	Nazwa Wykonawcy (siedziba)	Ocena złożonej oferty
1.	II	part-AD Artur Dyrda Grzechynia 768 34-220 Maków Podhalański	oferta odrzucona

OFERTA NR II part-AD Artur Dyrda

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty Wykonawcy:

Oferta ww. Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia SWZ postępowania. Oferowany oscyloskop cyfrowy nie jest wyposażony w dodatkową funkcjonalność, umożliwiającą wykonywanie obliczeń kluczowych parametrów układu trójfazowego tj. całkowitej mocy, zawartości harmonicznego napięcia i prądu oraz asymetrii amplitudy i fazy.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty Wykonawcy:

Art. 226 ust. 1 pkt 5)

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Dziekan

*dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn,
prof. PG
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI*