



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 19.12.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **GAZY MEDYCZNE.**

Nr postępowania: **ZP/36/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. z dnia 2024.08.30 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy – Podpisanie umowy** - Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy – Kwota przeznaczona** - W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o przekazanie informacji zawartych w pkt. 3 protokołu przedmiotowego postępowania: Wartość dla poszczególnych części

Zgodnie z art. 16 ustawy prawa zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone w taki sposób, który gwarantowałby zachowanie uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający uzupełnia protokół postępowania na bieżąco w trakcie procedowania postępowania. Punkt 3 protokołu zostanie uzupełniony po terminie składania ofert.

Zamawiający informuje, że oczekuje złożenia konkurencyjnych ofert, których podstawą będzie rzetelna wycena dokonana przez Wykonawców.

- Dotyczy – Projekt umowy § 8** - Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 8 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

4. **Dotyczy – Projekt umowy § 8** - Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 8 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

5. **Dotyczy – Projekt umowy § 8 ust. 2** - Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

2. Jeżeli szkoda Zamawiającego, spowodowana okolicznościami stanowiącymi podstawę naliczenia kar umownych, przewyższa wysokość naliczonych kar, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażąco uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

6. **Dotyczy – Pakiet 2 poz. 4** - Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkownika Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem nie przekraczała 4kg?, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z zapisami SWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego?

Zamawiający określił minimalne wymagania dla postępowania i oczekuje, że wykonawca spełni te wymagania. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania Zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z określonymi w parametrach wymaganiami.

7. **Dotyczy– Pakiet 2 poz. 4** - Czy w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz zwiększenia komfortu użytkownika Zamawiający wymaga aby tlen medyczny w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym był zaprojektowany i wykonany do pracy z rezonansem magnetycznym – możliwość wykonanie rezonansu w obecności butli aluminiowej (według normy ASTM 2503-05) i będzie zgodne z systemami obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) o indukcji magnetycznej do 3,0 tesli, a jednocześnie będzie to potwierdzone w dokumentacji rejestracyjnej.

Zamawiający nie wymaga.

8. **Dotyczy – Pakiet 3**

A. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych?

Zamawiający określił minimalne wymagania dla postępowania i oczekuje, że wykonawca spełni te wymagania. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania Zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z określonymi w parametrach wymaganiami.

B. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów które bez użycia dedykowanych do tego narzędzi można: swobodnie, przypadkowo, spontanicznie lub natychmiastowo odkręcić, usunąć, względnie może dojść do poluzowania związanego eksploatacją, co może stworzyć potencjalne zagrożenie w bezpośrednim otoczeniu oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu:

Zamawiający określił minimalne wymagania dla postępowania i oczekuje, że wykonawca spełni te wymagania. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania Zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z określonymi w parametrach wymaganiami.

C. Czy Zamawiający może potwierdzić z pełną stanowczością, iż w trakcie realizacji umowy i wynikającego z niej użytkowania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, nie będzie wykorzystywał w/w mieszaniny do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego, w zależności od zaistniałych potrzeb, tj. w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 godzin bez kontrolowania morfologii krwi.

Zamawiający wymaga mieszaniny, którą można stosować do 6 godzin bez kontroli morfologii krwi.

D. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?

Zamawiający określił minimalne wymagania dla postępowania i oczekuje, że wykonawca spełni te wymagania. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania Zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z określonymi w parametrach wymaganiami.

E. Czy przedmiotem oferty ma być urządzenie (zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu), które jest wyposażone w dodatkowe uszczelnienie, zapewniające wydajniejsze (mniejsze zużycie) i bezpieczniejsze (brak kontaktu mieszaniny z bezpośrednim otoczeniem) użytkowanie w/w mieszaniny.

Zamawiający określił minimalne wymagania dla postępowania i oczekuje, że wykonawca spełni te wymagania. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania Zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z określonymi w parametrach wymaganiami.

9. Dotyczy – Pakiet 1 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania oferty na ciekły tlen medyczny produkowany w 100% z odnawialnych źródeł energii (potwierdzony przez jednostkę certyfikującą „Klimat i Energia”), co skutkuje znacznie niższym śladem CO₂ w porównaniu z konwencjonalnym procesem produkcyjnym i pozwala Zamawiającemu na możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych i/lub innowacyjnych zamówienia.

Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy Pakietu nr 2

1) Dotyczy pozycji 1, czy Zamawiającemu chodziło o butle z tlenem medycznym 6,4m³ ?
Tak, Zamawiającemu chodziło o butle z tlenem medycznym 6,4m³

2) Dotyczy pozycji 2, czy Zamawiającemu chodziło o butle z tlenem medycznym 1,6m³ ?
Tak, Zamawiającemu chodziło o butle z tlenem medycznym 1,6m³

3) Dotyczy pozycji 4, czy Zamawiającemu chodziło o butle z tlenem medycznym 0,43m³ ?
Tak, Zamawiającemu chodziło o butle z tlenem medycznym 0,43m³

- 4) Dotyczy pozycji 1, 2, 3 Zamawiający napisał, że butle 10l i 40l są jego własnością, po czym wpisał dzierżawę butli. Proszę o uściślenie jakie butle ma na myśli Zamawiający (liczba butli, pojemność butli)? Czy oprócz pozycji 3 nie powinna się znaleźć pozycja dotycząca ceny gazu w butlach jakie chce wdzierżawić Zamawiający?

Zamawiający ma na myśli:

poz. nr 1, 2: butle zamawiającego – 10 szt. o poj. 40L oraz 10 szt. o poj. 10 L.

poz. nr 3: butle dzierżawione - 12 szt. butli o pojemności 10L .

cenę gazu w butlach 10L należy podać w poz. nr 2.

- 5) Dotyczy pozycji 1, Ile pełni butli odbyło się w czasie trwania ostatniej umowy?
W czasie trwania ostatniej umowy odbyło się 48 pełni butli.
- 6) Dotyczy pozycji 2, Ile pełni butli odbyło się w czasie trwania ostatniej umowy?
W czasie trwania ostatniej umowy odbyło się 10 pełni butli.
- 7) Dotyczy pozycji 1 i 2, skoro Zamawiający zamawia razem 20 szt. butli własnych na 12 miesięcy to czy jest to wystarczająca liczba butli o pojemności 10l i 40l?
Tak, jest to wystarczająca liczba butli o pojemności 10l i 40l?.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1036038>