



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Mogilno, dnia 23.04.2024r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania ofertowego – **Dostawa szybkich testów diagnostycznych, odczynników serologicznych i zestawów do kału na pasożyty**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Prosimy o wyłączenie pozycji 6 – 15 z pakietu zbiorcze i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu zbiorczym uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne.

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie zbiorczym pozycji 1 testu o czułości 98 % i swoistości 98,7 % oraz cut off 10 ng/ml? Test przewyższa parametrami test wymagany przez SIWZ.

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie zbiorczy pozycji 3 test o czułości 96,8 % oraz swoistości 93%?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w pakiecie zbiorczym pozycji 2, 3 oraz 4 testów konfekcjonowanych w opakowanych po 25 sztuk. Każdy z testów opakowanych jest w foliową saszetkę z nazwą, nr katalogowych, daty ważności oraz numery serii. Zaokrąglenie do 2 miejsca po przecinku.

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. a/a